





Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 81 TEC/2021 del 25-06-2021

OGGETTO:	Interventi straordinari sulle gabbie di Faraday dei tomografi a risonanza magnetica nucleare (RMN) in servizio all'ARNAS; affidamento diretto alla casa madre "Itel Telecomunicazioni srl" ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) CIG: Z40323C5AD
-----------------	--

<p>U.O.C. PROPONENTE GESTIONE TECNICA</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>82</u> del <u>24-06-2021</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio</u></p> <p>Il R.U.P. Responsabile della U.O.S. Gestione e manutenzione impianti (Ing. Ernesto Basilico)</p> <p></p> <p>Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica (Ing. Vincenzo Spera)</p> <p></p>	<p>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021</p> <p>N° Conto economico <u>5.03.03.010101</u> N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2021</p> <p>€ <u>3.620.000,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p><u>GEST. TECNICA</u></p> <p>Scheda BUDGET allegata datata <u>24/06/2021</u></p> <p>Il Responsabile del Procedimento </p> <p>Il Direttore della U.O.C. </p>
--	--

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera 

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di Giugno, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda "A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli" di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n.876 del 06/08/2020, assistito da Carlo Broglio quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Ing. Vincenzo Spera

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i.;

Vista la Legge delle Regione Sicilia 14.4.2009 n.5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020 con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici atti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Considerato che, dalle verifiche fatte in contraddittorio tra la scrivente U.O.C. Gestione Tecnica e i Responsabili della sicurezza in risonanza magnetica nucleare (RMN), risulta necessario - in ottemperanza alle indicazioni operative rilasciate dall'INAIL in tema di controlli di qualità e verifica dei sistemi di sicurezza - procedere in tempi brevi ai seguenti interventi straordinari sulla tenuta e sul corretto funzionamento delle gabbie di Faraday e nello specifico:

- 1) Per N.2 RMN marca "GE" presso l'U.O.C. Radiologia Pediatrica del P.O. Di Cristina e presso l'U.O.C. Neuroradiologia del P.O. Civico:
 - a) ispezione impianti di espulsione gas criogenici (tubi di quench);
 - b) chiusura della griglia di sovrappressione;
- 2) Per la RMN marca "PHILIPS" presso l'U.O.C. Radiologia del P.O. Civico:
 - a) ispezione impianti di espulsione gas criogenici (tubi di quench);

Vista la nota n.SSTR 237/21 del 9.6.2021 con cui il Supporto Tecnico al SSN in materia di Radiazioni dell'INAIL richiede entro la data del 9.7.2021, la trasmissione della documentazione che dimostri l'avvenuta occlusione della griglia di sovrappressione e di una nota di chiarimento sul corretto funzionamento del tubo di quench;

Acquisita agli atti la nota dell'azienda produttrice dei tomografi, GE Medical Systems Italia spa, con cui viene comunicato che per quanto riguarda il funzionamento delle apparecchiature di risonanza magnetica non sussiste la necessità della presenza del filtro di sovrappressione e viene garantito che tale esclusione non inficia il perfetto funzionamento e utilizzo del tomografo;

Premesso che per gli adempimenti consequenziali è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dei Lavori l'Ing. Ernesto Basilico, dirigente responsabile della U.O.S. Gestione e manutenzione impianti;

Atteso che la tipologia di lavori necessari non è ricompresa nei servizi di manutenzione delle apparecchiature medicali in atto affidata alla ditta "Tecnologie Sanitarie spa";

Considerato che per l'importo stimato dei lavori e per i motivi di urgenza è possibile, opportuno ed appropriato procedere con l'affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a);

Considerato che per mantenere la certificazione di conformità delle gabbie di Faraday è necessario che ogni qualsivoglia intervento venga eseguito dalla ditta costruttrice "Itel Telecomunicazione srl";

Visti i seguenti preventivi di spesa negoziati con la suddetta ditta costruttrice, azienda costruttrice e fornitrice delle gabbie di Faraday:

- N. 370 del 14.6.2021 per la chiusura di una sola griglia di sovrappressione propone un importo di € 2.500,00 oltre IVA;
- N. 379 del 17.6.2021 che, a seguito di negoziazione con il RUP e in ribasso al preventivo precedente, propone per la chiusura contemporanea di due griglie di sovrappressione un importo complessivo finale di € 3.600,00 oltre IVA;
- N. 388 del 21.6.2021 per l'ispezione delle tubazioni di quench per un importo di € 6.400,00 oltre IVA;

Ritenuto che le condizioni di fornitura sono rispondenti, nelle modalità e nei tempi di esecuzione, alle necessità dell'ARNAS e che i prezzi sono formulati correttamente, congrui ed in linea con i valori di mercato;

Atteso che il costo degli interventi derivante dai due preventivi citati ammonta complessivamente a € 10.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 2.200,00 per un costo totale di € 12.200,00;

Dato atto che il suddetto costo di € 12.200,00 va imputato al c/5.03.03.01.0101 "Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche" (cod.CE: BA1940) con competenza economica anno 2021;

Acquisito agli atti il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z40323C5AD rilasciato dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;

Accertata la regolarità contributiva dell'azienda assegnataria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_27867071 del 16.6.2021, valevole sino al 14.10.2021;

Ritenuto di dovere provvedere con urgenza - in considerazione del termine posto dall'INAIL nella sopracitata nota - e pertanto di dovere munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività, ai sensi del Legge Regionale 30/93 art.53 comma 7;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1196 n. 543, nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

1. di dichiarare la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;
2. di affidare i lavori in epigrafe, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), alla ditta: *ITEL TELECOMUNICAZIONI srl con sede in Ruvo di Puglia (BA) Via Labriola Zona Industriale snc, partita IVA 02954150724* per un corrispettivo tutto incluso pari a € 10.000,00 oltre IVA;
3. di dare atto che il costo del presente provvedimento, pari a € 10.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 2.200,00 per un totale di € 12.200,00 va imputato al c/5.03.03.01.0101 “Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche” con competenza economica anno 2021;
4. di dare mandato all'U.O. Gestione Tecnica di:
 - a) commissionare i lavori in oggetto e porre in essere tutti gli atti tecnici successivi per la corretta esecuzione degli interventi sino al collaudo finale;
 - b) pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio alla sezione “Determine U.O.C. Gestione Tecnica”;
 - c) trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale, al Collegio dei sindaci e alla U.O.C. Economico Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
5. di dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O.C. Gestione Tecnica;
6. di dare atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP, al Direttore dei lavori e a chi lo adotta;
7. di disporre l'immediata esecuzione del presente provvedimento per i motivi espressi nel preambolo.

Il Segretario verbalizzante

Concetta Arzullo

Il Direttore f.f dell'U.O.C.

Gestione Tecnica

Ing. Vincenzo Spera

Vincenzo Spera

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 27-06-2021 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

U.O.S.

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni:
