

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione



AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER ATERECTOMIA ORBITALE

Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n.50/2016 per la fornitura del materiale in oggetto. Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura d'appalto, per la quale si richiede un contributo tecnico agli operatori economici.

Questa ARNAS intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti in epigrafe, per interventistica coronarica, per il trattamento delle lesioni calcifiche dei vasi coronarici.

Le caratteristiche specifiche del dispositivo sono le seguenti:

- sistema per aterectomia orbitale percutanea per distretti coronarico, Diamond back 360 di produzione CSI Cardiovascular Systems, indicato per l'uso terapeutico nei pazienti con malattia aterosclerotica calcifica e severamente calcifica a carico delle arterie coronariche ritenute idonee all'aterectomia transluminale percutanea.


Il sistema è costituito da una parte comune (Consolle – Pompa di infusione - Liquido lubrificante) e una parte specifica per la destinazione d'uso, costituita da: indicazione coronarica: catetere orbitale con presenza di corona eccentrica diamantata nel tratto distale di 1,25 mm di diametro, corona unica per il trattamento di vasi da 2,5 a 4,0 mm di diametro.

Guida dedicata in nitinol da 0,012" con punta da 0,014".

Doppio meccanismo d'azione: riduzione del calcio intraluminale con la corona diamantata e modifica della compliance del calcio intramurale grazie alla forza pulsatile generata all'interno del vaso durante la rotazione della corona.

Al fine di verificare tutti gli elementi di natura tecnico-economica correlati alla scelta della più opportuna procedura di gara, questa ARNAS chiede agli operatori economici interessati di inviare **entro e non oltre il 15 settembre 2021 a provveditorato@arnascivico.it** : a) il prezzo orientativo per il prodotto indicato, nonché i prezzi di aggiudicazione risultanti da procedure di gara esperite da altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del territorio nazionale nell'ultimo triennio, con l'indicazione delle stesse, se riferibili a prodotti uguali o analoghi a quelli richiesti da questa ARNAS; b) schede tecniche di altri prodotti che, ove esistenti sul mercato, svolgano la medesima funzione del bene in esame.

La presente consultazione ha dunque scopo meramente esplorativo, e, pertanto, qualunque dichiarazione formulata dagli operatori economici non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della procedura di gara.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ARNAS. I dati raccolti con la presente saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza, nell'ambito, comunque, della indagine che qui interessa.

Il Provveditore ARNAS
Ing. Vincenzo Spera