



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE**

U.O.C. PROVVEDITORATO

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0013668
Data Prot. : 01-09-2021 13:52:10
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I



AVVISO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 per l'acquisizione di strumento completamente automatico biologia molecolare SarsCov2, necessario alla U.O. Microbiologia e Virologia dell'Arnas Civico.

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura di gara sulla piattaforma informatica dell'Arnas e/o sul MEPA per l'acquisizione di strumento completamente automatico in grado di processare in biologia molecolare campioni biologici faringei/nasali, salivari, espettorati/aspirati e BAL per la ricerca del virus SarsCov2, necessario alla U.O. Microbiologia e Virologia dell'Arnas Civico da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera B) del D.Lgs 50/16.

La S.A. ritiene opportuno esperire, prima dell'avviso della procedura di gara, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e/o 36 del D.Lgs. 50/16. La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati. La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento. La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art.66 comma 2 D.Lgs, n. 50/2016). La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura di che trattasi. La S.A. valuterà le soluzioni alternative eventualmente suggerite nel contesto dei contributi forniti ed è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti e

notizie che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a:

- Agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- Informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di volere indire l'appalto programmato;
- Verificare che le caratteristiche tecniche/organizzative della fornitura non siano limitanti del mercato;
- Consentire eventuali osservazioni su soluzioni o elementi tecnici/organizzativi equivalenti;
- Verificare il prezzo corrisposto per la fornitura dello stesso tipo di bene sul territorio nazionale e comunitario;

1. Luogo di realizzazione

La fornitura avverrà mediante la consegna presso l'U.O.C. di Microbiologia e Virologia per l'apparecchiatura, mentre per il materiale di consumo presso il Servizio di Farmacia allocato nei locali del PP.OO. "Civico e G. Di Cristina" dell'A.R.N.A.S. di Palermo.

2. Descrizione dell'oggetto dell'iniziativa

Acquisizione, di uno strumento completamente automatico in grado di processare in biologia molecolare campioni biologici faringei/nasali, salivari, espettorati/aspirati e BAL per la Ricerca del virus SarsCoV2, necessario alla U.O. Microbiologia e Virologia dell'Arnas Civico, meglio descritti nell'allegato alla presente contraddistinto con la lettera A.

3. Presa d'atto

Gli operatori economici, all'atto della dichiarazione della risposta alla consultazione, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Ai fini suddetti, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, gli operatori interessati sono invitati a fornire il proprio contributo, presentando :

- - Scheda tecnica del prodotto disponibile;
- - Codici di Repertorio e CND del prodotto;
- - il miglior prezzo di aggiudicazione nell'ultimo triennio , presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale , considerando la medesima tipologia di contratto è quello sotto indicato :

Ove alla presente manifestazione di interesse darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale

applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale .

Quanto richiesto, deve pervenire solo ed esclusivamente, entro il_10/09/2021, attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas <https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

5.Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi della normativa vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso esplorativo.

6.Altre informazioni

Tutte le richieste di informazioni devono pervenire entro il 15/09/2021 e dovranno essere indirizzate sempre ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas nella sezione avvisi (riferimento oggetto consultazione) ed attraverso la funzione comunicazioni.

Il R.U.P.

Rag. Giuseppe Salamone

3453

Caratteristiche minime

- Sistema completamente automatico consolidato su un'unica piattaforma strumentale: tutte le fasi devono essere automatizzate, dalla fase di estrazione e amplificazione alla rilevazione degli acidi nucleici. Elaborazione automatica dei dati grezzi con report finale dei risultati.
- Sistema in grado di utilizzare differenti tipologie di provette, anche provetta primaria, con la possibilità di caricare provette differenti sullo stesso carrello campioni
- Sistema integrato con capacità di eseguire in totale automazione l'intero flusso di lavoro dall'estrazione del campione al risultato finale
- Possibilità di amplificare, rilevare ed analizzare diversi parametri simultaneamente (almeno 4)
- Identificazione provetta primaria tramite barcode
- La strumentazione deve consentire l'analisi dei campioni urgenti nel corso della routine (funzione STAT)
- Metodica molecolare: real time PCR o TMA
- Caricamento contestuale di almeno 96 campioni
- Minimo pretrattamento e/o manipolazione dei campioni
- Possibilità di amplificare, rilevare ed analizzare diversi parametri simultaneamente
- Sistema di analisi e rilevamento mediante Real Time PCR-REAL Time/ TMA con almeno 5 canali di acquisizione e rilevamento differenti
- Software gestionale per garantire la tracciabilità del campione, memorizzazione e registrazione dei dati
- Possibilità di analizzare più di 140 campioni, dall'estrazione al risultato finale, in una giornata di 8 ore lavorative
- Capacità di eseguire almeno 5 test nella stessa seduta analitica
- Manutenzione periodica programmata
- Tempo massimo di intervento entro 48 ore dalla chiamata, per tutti i giorni lavorativi compresi i mesi estivi
- Calibrazione della macchina almeno a cambio lotto
- Assistenza tecnica con residenza in Sicilia
- Funzione STAT

Test	Quantità annuo
HCV	350
HBV	200
HIV	400
EBV	100
BKV	50
SARS Covid-19* da saliva con relativo device	15.000
SARS Covid-19	35.000
CMV	150
CT/NG	30
TV/MG	30

***Sars Covid-19 da saliva e altri test richiesti tranne Sars Covid-19 : l'azienda partecipante può offrire anche un sistema semi automatico che sia composto da un estrattore preparatore e una piattaforma real-time.**

L'azienda aggiudicataria dovrà fornire tutto il materiale necessario per eseguire i test sopra elencati.