



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

## Scheda Fabbisogno – sub-lettera “A”

### FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PREVENZIONE DEISCENZE CHIRURGICHE

Le caratteristiche, specifiche, del dispositivo sono le seguenti:

dispositivo per prevenire deiscenze chirurgiche, per la gestione post operatoria in pazienti obesi immunodepressi, radio trattati, monouso portatile a batteria dotato di pompa di aspirazione di almeno 120 mmHg con capacità di mantenere la pressione costante attraverso un meccanismo a doppia lume di regolazione; canister monouso con capacità di 50 ml; sistemi di allarmi visivi e acustici di perdita, blocco e cambio batterie. Pompa, canister e medicazioni devono essere in confezione singola sterile per evitare inquinamento ambientale e/o contaminazione del paziente o dell'operatore. L'unità terapeutica deve essere di dimensione e peso ridotte e dotata di apposita custodia per la portabilità. Durata 14 giorni. Il materiale dedicato deve avere strato di contatto con la ferita in silicone e microaderenza selettiva.

Componenti	fabbisogno annuo
Pompa e canister	100
Dispositivi monouso postoperatori 10x20 cm	50
Dispositivi monouso postoperatori 10x30 cm	50
Dispositivi monouso postoperatori 10x35 cm	30
Dispositivi monouso riempitivo	40
Dispositivi monouso postoperatorio 20x20 cm	30
Dispositivi monouso postoperatori 25x25 cm	30
Pellicola per fissaggio	50
Ricambio canister	50

Dispositivo per terapia spray a base di emoglobina carboni lata al 10% per trattamento deiscenze chirurgiche. 30 applicazioni per flacone.

Flacone	fabbisogno annuo
12 ml	100