



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione



**Servizio Prevenzione e Protezione**  
Piazza Nicola Leotta, 4  
90127, Palermo  
Telefono: 091 6664644  
E MAIL: spp@arnascivico.it  
WEB: www.arnascivico.it

Al Direttore dell'U.O.C. Affari Generali  
Ing. Vincenzo Spera

Al Dirigente U.O.S. Monitoraggio e Gestione e Servizi  
Dott.ssa Alfonsa Di Benedetto

LORO SEDI

e. p.c. Al Direttore Generale  
Dott. Roberto Colletti

Al Direttore Amministrativo  
Dott. Paolo Tronca

Al Direttore Sanitario  
Dott. Salvatore Requirez

Al Direttore F.F. U.O.C. – Radioterapia Oncologica  
Dott. D. Messina

Alla Dott.ssa G. Evangelista

Al Dirigente Servizio Ingegneria Clinica

LORO SEDI

**Oggetto:** Richiesta parere concernente la prova/visione di una apparecchiatura "**Software MIM Maestro**" fornito dalla ditta TEMA Sinergie S.P.A. - c/o la U.O.C. di Radioterapia Oncologica del P.O. Civico.

Si fa seguito alla richiesta di parere di cui alla nota prot. n.5634 del 31/03/2021, finalizzata all'autorizzazione alla prova/visione di apparecchiature biomedicali e/o materiali di consumo, come previsto agli artt. 4 e 6 del "Regolamento Aziendale per l'accettazione e l'utilizzazione dei beni in visione o in prova", adottato con deliberazione n. 306 del 26/02/2016, con specifico riferimento a quanto di competenza dello scrivente servizio in ordine a compatibilità con norme di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché destinazione d'uso.

Per quanto sopra, presa visione del Regolamento suddetto, nonché della documentazione trasmessa in allegato alla richiesta dalla quale si evince che, il Dott. Domenico Messina, n.q. di Direttore F.F. dell'U.O.C. Radioterapia Oncologica, ha fatto istanza di autorizzazione, con nota prot. n.4476 del 15.03.2021, per attivare la prova visione dell'apparecchiatura/software di seguito indicata, fornita dalla **TEMA Sinergie S.P.A.:**

Tipologia apparecchiature	Software MIM Maestro
Modello	-----
Produttore	MIM Software Inc.
Accessori/componenti	Software

09  
ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI  
Il Direttore Sanitario  
Dott. Salvatore Requirez



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Nella fattispecie, la Ditta in questione si atterrà alle "Condizioni di fornitura" a corredo della documentazione e per le quali la Ditta dovrà ottemperare come meglio evidenziato in prosieguo, per quanto di specifico interesse.

In ordine a quanto pervenuto si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione in questione, fermo restando che **il presente parere rimane subordinato alle seguenti ottemperanze**, cui dovranno uniformarsi i soggetti interessati in relazione alle rispettive competenze:

- 1) Il Direttore della U.O. cui è destinata l'apparecchiatura/software dovrà formalmente individuare gli operatori incaricati dell'uso della stessa comunicandone i nominativi allo scrivente Servizio e, contestualmente, alla Ditta fornitrice.
- 2) La Ditta fornitrice, nel rispetto di quanto previsto all'art. 73 del D.Lgs 81/2008, è tenuta, in via preliminare, avvalendosi solo di persone idonee e qualificate a tale scopo, ad effettuare specifica attività di informazione, formazione ed addestramento rivolta al personale come sopra individuato, finalizzata a garantire sia il corretto funzionamento dell'apparecchiatura/software sia il suo corretto utilizzo, in modo da assicurarne l'uso in condizioni di sicurezza.  
Andranno nello specifico evidenziati al personale sanitario gli aspetti di seguito indicati:
  - a) condizioni di impiego dell'attrezzatura/software;
  - b) situazioni anormali prevedibili;
  - c) rischi cui è esposto il personale stesso durante l'uso di tale attrezzatura/software;
  - d) le norme di sicurezza esplicitamente previste dal costruttore e riportate nella manualistica a corredo al fine di consentirne l'utilizzo in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone. Di tale adempimento dovrà darsi comunicazione allo scrivente servizio.
- 3) La Ditta fornitrice è tenuta, avvalendosi di proprio personale tecnico qualificato e con l'assistenza degli operatori tecnici aziendali, a verificare, preliminarmente, l'idoneità dell'apparecchiatura su cui verrà installato il software, accertandosi, altresì, che siano rispettate tutte le norme di sicurezza specificatamente richieste dal costruttore. Di tale adempimento dovrà, parimenti, darsi comunicazione allo scrivente servizio.
- 4) Vengano poste in essere tutte le procedure di decontaminazione e sanificazione previste secondo le indicazioni del manuale d'uso ed il personale deve essere informato, formato ed addestrato preliminarmente su tali procedure in modo da garantire efficacemente la sicurezza e la salute di operatori e pazienti. Dell'avvenuta ottemperanza a tale incombenza deve darsene formalmente atto.
- 5) Il Servizio di Ingegneria Clinica si esprima favorevolmente.

Distinti saluti.

Il Responsabile S.P.P.  
Ing. Salvatore Sapienza