

Lo strumentario richiesto dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- N.1 laringoscopio di Bouchayer mm.39x22x17 completo di aspiratore e fibra per fonte luce;
- N. 1 laringoscopio Sataloff mm. 24x15x17 completo di aspiratore e fibra per fonte luce;
- N.1 laringoscopio di Sataloff mm. 15x26x14 completo di aspiratore e fibra per fonte luce;
- N. 1 laringoscopio di Abitbol per chirurgia laser mm. 35x37,5x18 completo di aspiratore e fibra per fonte luce;
- N. 3 pinza a morso a cucchiaio morso 4 mm di Bouchayer lunghezza cm. 22, morso retto;
- N. 3 pinza morso a cucchiaio morso 4 mm di Bouchayer lunghezza cm. 22, morso a destra;
- N. 3 pinza morso a cucchiaio morso 4 mm di Bouchayer lunghezza cm.22, morso a sinistra;
- N. 3 pinza morso a cucchiaio morso 4 mm di Bouchayer lunghezza cm. 22, morso curvo verso l'alto;
- N. 2 micro forbici di Bouchayer lunghezza cm. 22, lama retta;
- N. 2 micro forbici di Bouchayer lunghezza cm. 22, lama curva a destra;
- N. 2 micro forbici di Bouchayer lunghezza cm. 22, lama curva a sinistra;
- N. 2 micro forbici di Bouchayer lunghezza cm. 22, lama curva verso l'alto;