SCHEDA TECNICA

N. 1 1 videolaringoscopio per intubazione pazienti COVID per l'U.O. di Terapia Intensiva Respiratoria dell'Arnas.

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Monitor LCD antiriflesso su carrello, che deve essere munito anche di mensola dove poggiare la lama		
2. Cavo per la connessione lama-monitor		
3. Lama per intubazioni difficili riutilizzabile, misura n. 3 preferibilmente in titanio, con possibilità di messa a fuoco automatica, luminosità e bilanciamento del bianco e con sistema automatico di anti-appannamento		
4. Utilizzabile a corrente elettrica 220V e dotato di batteria interna ricaricabile con almeno due ore di autonomia in uso		

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 8 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO