

SISTEMA DI VIDEOECOENDOSCOPIA BRONCHIALE DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI ENDOSCOPIA BRONCHIALE DELL'ARNAS

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. Tutte le componentistiche devono essere destinate a pazienti adulti		
2. Tutte le apparecchiature devono avere in garanzia la riparazione dei guasti ful service ed entro 15 giorni, con sostituzione dell'apparecchiatura guasta con apparecchio sostitutivo con caratteristiche analoghe entro 48 ore lavorative		
CARRELLO		
3. Porta strumentazione di almeno 2 piani, completo di trasformatore di isolamento, supporto porta monitor, supporto endoscopico, con ruote piroettanti per consentire l'appropriato contenimento di tutta la strumentazione oggetto della gara		
DOPPIO MONITOR		
4. Medica ad alta definizione, da fissare a parete o su stativo, di almeno 26" per conseguire un'adeguata visualizzazione delle immagini a video durante l'espletamento della procedura endoscopica		
VIDEOPROCESSORE HDTV		
5. Con gestione delle funzioni di controllo delle immagini endoscopiche per l'identificazione delle lesioni minime della mucosa così da permettere una diagnostica precoce delle patologie polmonari, garantendo l'acquisizione e la registrazione delle immagini endoscopiche utili in fase di refertazione e a fini di ricerca		
FONTE DI LUCE		
6. Modulare o integrata al video processore, con tipologia di illuminazione idonea ad enfatizzare le immagini da osservare anche in piccoli segmenti		
ECOPROCESSORE O ECOGRAFO		
7. In grado di elaborare immagini ecografiche delle strutture		

