

**VIDEOBRONCOSCOPIO ULTRASOTTILE DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI ENDOSCOPIA BRONCHIALE DELL'ARNAS**

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. Tutte le componentistiche devono essere destinate a pazienti adulti		
2. Tutte le apparecchiature devono avere in garanzia la riparazione dei guasti full service ed entro 15 giorni, con sostituzione dell'apparecchiatura guasta con apparecchio sostitutivo con caratteristiche analoghe entro 48 ore lavorative		
<b>VIDEOBRONCOSCOPIO</b>		
3. Ultrasottile per consentire il raggiungimento e il campionamento delle lesioni polmonari periferiche		
<b>VIDEOPROCESSORE HDTV</b>		
4. Con gestione delle funzioni di controllo delle immagini endoscopiche per l'identificazione delle lesioni minime della mucosa così da permettere una diagnostica precoce delle patologie polmonari, garantendo l'acquisizione e la registrazione delle immagini endoscopiche utili in fase di refertazione e a fini di ricerca		
<b>FONTE DI LUCE</b>		
5. Modulare o integrata al video processore, con tipologia di illuminazione idonea ad enfatizzare le immagini da osservare anche in piccoli segmenti		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

