ISISTEMA PER MONITORAGGIO EMODINAMICO NEONATALE PEDIATRICO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DELL'ARNAS

FABBISOGNO SANITARIO DA SODDISFARE:

l'apparecchio deve consentire un facile accesso vascolare, una stabilità del segnale ed affidabilità dei dati registrati anche in casi particolarmente instabili in condizioni critiche su pazienti molto piccoli, neonato prematuri inclusi. Inoltre il sistema deve consentire l'ottimizzazione della qualità del segnale di pressione arteriosa. Facilità d'uso senza connettori aggiuntivi e senza necessità di calibratura per un amigliore maneggevolezza in caso di intervento in emergenza. Interfaccia intuitiva con ampio spettro di informazioni indispensabili nell'ottimizzazione terapeutica del paziente ad alto rischio e nella definizione del migliore assetto emodinamico in caso di alterazioni del sistema cardiovascolare al fine di migliorare l'efficienza delle terapie di supporto. Interpretazione agevole e pronta dei dati. Utilizzo in circostanze cliniche differenti. Batteria tampone per non perdere i dati registrati.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI IDENTICO OGGETTO INTERVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO