N. 1 APPARECCHIATURA DI URODINAMICA DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI GINECOLOGIA ONCOLOGICA

FABBISOGNO SANITARIO DA SODDISFARE:

Apparecchiatura di urodinamica, fornita di n.4 trasduttori di pressione, di n.1 pompa di infusione a flusso programmato, n.1 trasduttore di flusso e di n.1 comoda, che possano permettere la valutazione e l'acquisizione su dispositivo digitale della modalità di minzione della paziente con flusso urinario libero e con flusso urinario monitorato con trasduttori di pressione (studio pressione/flusso), la valutazione della funzione vescicale durante la fase di riempimento e durante la fase di svuotamento.Inoltre la strumentazione richiesta deve essere fornita di modulo di neurofisioogiache permetta la valutazione della EMG semplice del piano perineale.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI IDENTICO OGGETTO INTERVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI DI PARI OGGETTO INTERVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO