

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

, nella sede della U.O.C.

DETERMINA n. 166 /TEC2021 del 12 - 11 - 2,021

OGGETTO:	Calibrazione dello strumento Teslametro Metrolab THM 1176 in dotazione alla U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. CIVICO - imputazione costo ditta GHT Photonics . Procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo il comma 2, lett. a, dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iiCIG ZE533D0060			
		l		
U.O.C. Gestione Tecnica			U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021	
			N° Conto economico 5.03.02.01-0101	
Rif. Nº 168 /TEC del 99-11-2021			N° Conto Patrimoniale	
			Budget assegnato anno 2021	
Non compata Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.			(euro) 3,610.000 0	
Il Funzionario Istruttore Antonino Di Salvo			Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale	
Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica			STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET	
			GEST. TECHICA 08/11/2021	
Ing. Vincenzo Spera			Scheda BUDGET allegata	
			datata BG 11 1021	
			Il Responsabile Il Direttore flell'U.O.C.	
			del prodedimento	
nsi della Legge 15/58 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sotioscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la				
sua rispondenza ai contenuti esposti.				
Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera				

Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n.876 del 06/08/2020 assistito da Villa Illa , quale segretario verbalizzante adotta

L'anno duemilaventuno il giorno _____del mese di ____

seguente determina:

Il Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n°502 e s.m.i.

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 876 del 06/08/2020, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che l'U.O.C. di Fisica Sanitaria del P.O. CIVICO ha in dotazione tra le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle misure e dei controlli di qualità sulle radioprotezioni e sulla risonanza magnetica, lo strumento Teslametro Metrolab THM 1176, con aggregate sonde e rilevatori, per il quale è stato richiesto dal Direttore ff. dr.ssa Giuseppina lacoviello un intervento tecnico di calibrazione della ditta GHT Photonics;

Vista la nota prot. n.14244 del 14/09/2021 inoltrata dall'U.O.C. di Fisica Sanitaria all'U.O.C. Gestione Tecnica con la quale, si chiede la calibrazione dello strumento sopra indicato e si trasmetteva il preventivo di spesa della ditta GHT Photonics, quale ditta distributrice per l'Italia;

Preso atto che le tarature e il buon funzionamento della strumentazione e delle relative sonde di rilevazione sono indispensabili per l'attività di misure, verifiche e controlli che l'unità operativa svolge giornalmente ed in particolare, nel caso dello strumento oggetto della taratura alla misura del campo magnetico;

Visto il preventivo di spesa della ditta GHT Photonics n.075N_21 del 14/09/2021 per l'importo di € 2.020.00 oltre IVA:

Considerato che la taratura degli strumenti di misura in radioprotezione è un obbligo di legge ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e che il buon funzionamento della strumentazione e delle relative sonde di rilevazione sono indispensabili per l'attività di misure, verifiche e controlli che l'unità operativa di Fisica Sanitaria svolge giornalmente;

Considerato inoltre che la manutenzione e la taratura degli strumenti in questione non è gestita dalla ditta Tecnologie Sanitarie spa, affidataria del Servizio di Ingegneria Clinica, in quanto tale classe di apparecchiatura è esclusa dalla categoria delle apparecchiature elettromedicali;

Atteso che il costo totale di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 2.464,40 IVA esclusa sarà rilevato per l'esercizio economico 2021 sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo Fisica Sanitaria del P.O. Civico;

Preso atto che:

- il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: CIG ZE533D0060;

Visto l'art. 36 comma 2 Lett.a) del D.Lgs 50/2016 e smi;

Preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Dato atto che il Dirigente proponente il seguente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del DL 23/10/1996 n° 543 come modificato dalla Legge 20/12/1996 n° 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6/11/102 n°190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione- nonché nell'osservanza dei contenuti del piano Aziendale della prevenzione della Corruzione 2019-2021;

Determina

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

Affidare alla ditta GHT Photonics la calibrazione del Teslametro Metrolab THM 1176, con aggregate sonde e rilevatori in dotazione all'U.O.C. di Fisica Sanitaria a fronte dell'offerta n.075N_21 del 14/09/2021 per l'importo di € 2.020,00 oltre IVA;

Prendere atto che il costo di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 2.464,40 IVA inclusa sarà rilevato per l'esercizio economico 2021 sul conto 5.03.03.01.0101 −



"Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo Fisica Sanitaria del P.O. Civico;

Affidare l'esecuzione del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Tecnica che procederà a trasmettere copia dello stesso all'U.O.C. Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;

Disporre che la documentazione citata nel presente provvedimento sarà custodita presso l'Ufficio

proponente;

Trasmettere il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale:

Dare atto ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL Direttore f.f dell'U.O.C. Gestione Tecnica

Ing. Vincenzo Spera

Il Segretario Verbalizzante

meno Dresla

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina,	per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia
	olicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a
decorrere dal giorno 14-20	al giorno
	Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi Dott.ssa Paola Vitale
and the state of t	kina mengalaggi magapangga kebagangan mengganakan panga
Determina non soggetta al contr marzo 2002 e divenuta	ollo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26
	ESECUTIVA
☐ Per decorso il termine di giorni 10	O dalla data di pubblicazione
☐ Determina non soggetta al control	lo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,
	IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Notificata al Collegio Sindac	cale ilProt. n
Notificata in Archivio	ilProt. n
	Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi Dott.ssa Paola Vitale
	ja –
	Altre annotazioni
4	
-	