



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE**

U.O.C. PROVVEDITORATO

AVVISO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 , per la fornitura annuale in conto deposito, con eventuale rinnovo di 12 mesi ed eventuali ulteriori 12 mesi di fabbisogno plus di "materiale specialistico e protesico per Otorinolaringoiatria", occorrenti alle UU.OO.C. dell'Arnas.

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura di gara sulla piattaforma informatica dell'Arnas e/o sul MEPA per la annuale in conto deposito, con eventuale rinnovo di 12 mesi ed eventuali ulteriori 12 mesi di fabbisogno plus di "materiale specialistico e protesico per Otorinolaringoiatria ", occorrente all' U.O.C. dell'Arnas, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera B) del D.Lgs 50/16.

La S.A. ritiene opportuno esperire, prima dell'avviso della procedura di gara, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e/o 36 del D.Lgs. 50/16. La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati. La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento. La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art.66 comma 2 D.Lgs, n. 50/2016). La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura di che trattasi. La S.A. valuterà le soluzioni alternative eventualmente suggerite nel contesto dei contributi forniti ed è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti e notizie che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a:

- Agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- Informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di volere indire l'appalto programmato;
- Verificare che le caratteristiche tecniche/organizzative della fornitura non siano limitanti del mercato;
- Consentire eventuali osservazioni su soluzioni o elementi tecnici/organizzativi equivalenti;
- Verificare il prezzo corrisposto per la fornitura dello stesso tipo di bene sul territorio nazionale e comunitario;

1. Luogo di realizzazione

La fornitura avverrà mediante contratto di fornitura in conto deposito e la consegna dei prodotti avverrà presso il Servizio di Farmacia allocato nei locali del PP.OO. "Civico e G. Di Cristina" dell'A.R.N.A.S. di Palermo.

2. Descrizione dell'oggetto dell'iniziativa

Fornitura annuale in conto deposito, con eventuale rinnovo di 12 mesi ed eventuali ulteriori 12 mesi di fabbisogno plus "materiale specialistico e protesico per Otorinolaringoiatria", occorrente all' U.O.C. dell'Arnas, **meglio descritto nell'allegato alla presente contraddistinto con la lettera A.**
Si fa presente che il fabbisogno indicato si riferisce ad una stima presunta annuale.

3. Presa d'atto

Gli operatori economici, all'atto della dichiarazione della risposta alla consultazione, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Ai fini suddetti, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, gli operatori interessati sono invitati a fornire il proprio contributo, presentando :

- Scheda tecnica e depliant di quanto proposto con indicazione dei codici di repertorio e CND ;
- il miglior prezzo di aggiudicazione nell'ultimo triennio , praticato alle altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale , considerando la medesima tipologia di fornitura.

Ove alla presente manifestazione di interesse darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale

Quanto richiesto, deve pervenire solo ed esclusivamente, entro il 26/11/2021, attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas <https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

5. Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi della normativa vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso esplorativo.


6. Altre informazioni

Tutte le richieste di informazioni devono pervenire entro il 18.11.2021 e dovranno essere indirizzate sempre ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas nella sezione avvisi (riferimento oggetto consultazione) ed attraverso la funzione comunicazioni.

**Il Responsabile Unico del Procedimento e' il Rag. Giuseppe Salamone telefono 091 6662680
email : giuseppe.salamone@arnascivico.it .**

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

(Ing. Mario Bisignano)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mario Bisignano', written over the printed name.

DISPOSITIVI SPECIALISTICI ORL

Lotto n.1 - Impianti chirurgici per ipoacusia a conduzione ossea:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Impianto per il trattamento chirurgico delle sordità trasmissive, miste o neurosensoriali monolaterali completo di processore, vite e magnete o pilastro. Peso non superiore a 11,5 grammi e dimensioni non superiori a mm. 26x19x12 nei seguenti colori o formati:		
colore nero	pz	10
colore argento	pz	1
colore marrone	pz	6
colore nero per perdite fino a 60 dB	pz	2
colore nero con sistema di generaione del suono totalmente impiantato nella mastoide (tipo osia o simili)	pz	4

Lotto n.2 - Sistemi di sterilizzazione e disinfezione delle ottiche ambulatoriali:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Sterilizzante a freddo generatore di radicali liberi per fibroscopi in polvere da 5 grammi	pz	300
Sterilizzante a freddo generatore di radicali liberi per strumentario e piccole superfici in polvere da 2,6 grammi	pz	150
Sistema di disinfezione ambulatoriale in salviettine (salviettina sporicida, salviettina di disinfezione con attivazione a schiuma, salviettina di risciaquo)	cf	10

Lotto n.3 - Emostatico in schiuma da adoperare in interventi di chirurgia endoscopica nasale:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Medicazione post-chirurgica per le cavità nasali/sinusali in un gel schiumoso a base di Carbossimetilcellulosa già pronto all'uso, sterile, in siringa da 15 cc.	pz	100

Lotto n.4 - Colla in cianoacrilato per il trattamento di fistole faringocutanee:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Co-monomero di cianoacrilato, trasparente, sterile in flacone da 1 ml corredata dei seguenti accessori:	pz	100
Puntale Applicatore per colla	pz	100
Siringa Sterile per applicazione colla	pz	50
Nebulizzatore Lungo sterile per colla	pz	30
Nebulizzatore Corto sterile per colla	pz	30

Lotto n.5 - Polvere antiaderenziale con effetto emostatico:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
antiaderenziale composto da microparticelle idrofile vegetali purificate privo di sostanze di origine animale o umana sterile, apirogeno e biocompatibile. Flacone da 5 grammi	pz	100

Lotto n.6 - Spugna in merocel con antiappannante per ottiche rigide:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
spugna non abrasiva in merocel o simile, altamente assorbente, già pre-imbibita di liquido antiappannante per ottiche rigide durante interventi di endoscopia nasale	pz	100

Lotto n.7 - Protesi in titanio per chirurgia ossiculare dell'orecchio medio:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Titanio di grado 2, sterile, peso non superiore a 5 grammi, gancio 0,3 mm, asta diametro 0,2 mm, diametro del pistone 0,6 mm con cilindro alla base di 2 mm. La faccia del pistone che abbraccia il martello deve essere disassata e fenestrata. Nelle seguenti lunghezze		
4,25 mm	pz	2

4,5 mm	pz	10
4,75 mm	pz	2

Lotto n.8 - Dispositivi per ablazione a radiofrequenza monouso:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
manipolo modello binner o simile, a due punte, bipolari, per radiofrequenza a 4 MhZ nei seguenti formati:		
curvo a 45 gradi	pz	100
retto cm.20	pz	100
a baionetta cm.23	pz	100

Lotto n.9 - Dispositivi assorbenti per uso intraoperatorio:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
longhette in fibra di cotone e viscosa sterile, in busta da 10 pezzi, con capacità di assorbimento pari ad almeno 10 volte il loro peso asciutto, nelle seguenti misure:		
25x75 mm	pz	3000
20x40 mm	pz	1000
12x75 mm	pz	1000
10x40 mm	pz	1000
70x70	pz	1000

Lotto n.10 - Dispositivi per il trattamento di stenosi tracheali o esofagee:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Tubo a "T" di sicurezza in silicone medico flessibile, estremità smusse, con tappo a vite e scanalature per evitare che il dispositivo scenda troppo nel lume tracheale. Radiopaco. Nelle seguenti misure:		
10 mm	pz	3
11 mm	pz	3
12 mm	pz	3
13 mm	pz	3
14 mm	pz	3
bypass salivare 12 mm	pz	3
IMPORTO BASE ASTA ANNUALE €.7.000,00		

Lotto n.11 - Dispositivi monouso da adoperare con polisonnografi in dotazione all'UOC:	U.M.	Fabbisogno annuale
sonde Pat	pz	240
dischi adesivi Pat	pz	240
IMPORTO BASE ASTA ANNUALE €.72.000,00		

Lotto n.12 - Dispositivi monouso per la dilatazione delle tube di Eustachio:	U.M.	Fabbisogno annuale
palloncino	pz	5
insufflatore	pz	5
IMPORTO BASE ASTA ANNUALE €.6.000,00		

Lotto n.13 - Drenaggi trans timpanici per il trattamento di otiti medie:	U.M.	Fabbisogno annuale
modello shepard diametro 1,15 in fluoroplastica	pz	100
modello shepard diametro 1,15 in fluoroplastica con filo	pz	100
modello a "T" lunghezza 12 mm in fluoroplastica	pz	100
modello autoinserente in titanio diametro 1,25 mm	pz	100
IMPORTO BASE ASTA ANNUALE €.5.000,00		

Lotto n.14 - Kit monouso sterili per piccoli interventi:	U.M.	Fabbisogno annuale
kit per miringotomia	pz	100
kit per paracentesi	pz	100

Lotto n.15 - Lame per debrider modello M5 di proprietà di questa UOC di marca Medtronic (s/n 2909 - 3710) adoperati con consolle di proprietà matricola n.06125:	U.M.	Fabbisogno annuale
lama quadcut da 4,3 mm retta	pz	100
lama quadcut da 3,5 mm retta	pz	10
lama quadcut da 3,0 mm retta	pz	10
lama quadcut da 3,0 mm retta per navigazione con tecnologia elettromagnetica	pz	20
lama tricut 12 gradi 4 mm	pz	10
lama tricut 40 gradi 4 mm	pz	10
lama con fresa per DCR	pz	3
kit di aspirazione medi per lama quadcut navigata	pz	20
dispositivo di interfaccia del paziente a lama navigata	pz	20
dispositivo di interfaccia a lama navigata	pz	20

Lotto n.16 - Frese per otologia da adoperare con trapani Indigo e Visao di proprietà di questa UOC di marca Medtronic (s/n 0628 - 13G3023) adoperati con consolle di proprietà matricola n.06125:	U.M.	Fabbisogno annuale
frese taglienti da 2 a 5 mm rette in carburo di tungsteno	pz	100
frese diamantate da 2 a 5 mm rette in carburo di tungsteno	pz	100
frese curve 15 gradi, rivestite in teflon, per cocleostomia mm.1	pz	10
frese curve 15 gradi, rivestite in teflon, per cocleostomia mm.1,5	pz	10
dispositivo per interfacciare la fresa all'elettromiografia intraoperatoria del nervo facciale durante il fresaggio dell'osso mastoide	pz	10

Lotto n.17 - Dispositivi monouso per il monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale in interventi di asportazione della ghiandola parotide:	U.M.	Fabbisogno annuale
kit monouso sterile per il monitoraggio dei 4 muscoli facciali con elettrodo di controllo ed elettrodo di messa a terra per stimolazione monopolare	pz	51
stimolatore monouso sterile, con punta a palla da 1 mm e impugnatura per variare la potenza di stimolazione da campo sterile	pz	51

Lotto n.18 - Tamponi nasali e auricolari:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Tampone in acetato di polivinile idrossilato a cellule aperte con cellulosa ossidata microdispersa, non dissolvibile né riassorbibile, in grado di assorbire liquidi fino a 25 volte il suo peso asciutto, sterile nei seguenti formati:		
cm.4,5x1,5x2	pz	200
cm.8x1,5x2	pz	2000
cm.10x1,5x2,5	pz	500
cm.8x1,5x2 con cannula di areazione	pz	200
cm.7,7x1,5x3,3	pz	200
cm.2,5x0,6x2	pz	200
cm.3,5x1,2x1,2	pz	200
cm.0,9x2,4	pz	1000
cm.8x1,5x2 con lamine di polietilene	pz	200
diametro 8 mm in acido ialuronico per la membrana del timpano	pz	20
archetto nasale per settoplastica adulti	pz	200
archetto nasale per settoplastica bambini	pz	50

Lotto n.19 - Manipoli per chirurgia al plasma:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Manipoli per il taglio e coagulo al plasma, con punta rivestita in vetro nero antriflesso, pieghevole ed adattabile, che garantisca una grande precisione di taglio e che generi una temperatura tra i 40 e 170 gradi. Compatibile con l'uso dell'elettromiografia intraoperatoria ed adoperabile in pazienti portatori di pacemaker o defibrillatori impiantati senza necessità di disattivarli durante l'atto chirurgico		

lama da 4 mm	pz	50
lama da 3 mm con aspirazione	pz	50
punta ad ago	pz	100

Lotto n.20 - Lame debrider per coagulazione bipolare:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Lame per debrider da adoperare in chirurgia funzionale del naso con coagulazione bipolare in punta nei seguenti formati:		
lama da 4 mm retta	pz	50
lama da 4 mm curva a 40 gradi	pz	50
tubo monouso di aspirazione e irrigazione	pz	50

Lotto n.21 - Strumenti chirurgici ambulatoriali monouso:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Strumenti chirurgici monouso, in acciaio, sterili nei seguenti modelli:		
forbici metzenbaum curve 16 cm	pz	100
forbici mayo rette 17 cm	pz	100
pinza anatomica retta 16 cm	pz	100
pinza adson anatomica 12 cm	pz	100
pinza adson chirurgica 12 cm	pz	100
pinza Pean curva 16 cm	pz	100
pinza Mosquito curva 12,5 cm	pz	100
portaghi di Mayo-Hegar retto cm.16	pz	100
pinza auricolare micro di Hartmann cm.15 morso 3 mm	pz	100
speculi auricolari, neri antiriflesso mis.3	pz	100
speculi auricolari, neri antiriflesso mis.4	pz	100
speculi auricolari, neri antiriflesso mis.5	pz	100
speculi nasali, neri antiriflesso di Voltolini	pz	100
speculi nasali, neri antiriflesso di Killian	pz	100

Lotto n.22 - Cannule Tracheostomiche:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Cannula tracheostomica, in pvc, a flangia regolabile con freno a pulsante, cuffiata con aspirazione subglottidea, completo di sistema di introduzione atraumatico nelle seguenti misure:		
diametro interno 7 mm lunghezza totale 104 mm	pz	5
diametro interno 8 mm lunghezza totale 123 mm	pz	5
diametro interno 9 mm lunghezza totale 126 mm	pz	5
diametro interno 10 mm lunghezza totale 135 mm	pz	5

Lotto n.23 - Cannule Tracheostomiche:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Cannula tracheostomica, in pvc, a flangia regolabile con freno a pulsante, armata e cuffiata, completo di sistema di introduzione atraumatico nelle seguenti misure:		
diametro interno 7 mm lunghezza totale 104 mm	pz	5
diametro interno 8 mm lunghezza totale 123 mm	pz	5
diametro interno 9 mm lunghezza totale 126 mm	pz	5
diametro interno 10 mm lunghezza totale 135 mm	pz	5

Lotto n.24 - Cannule Tracheostomiche:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		

Cannula tracheostomica cuffiata in poliuretano, con introduttore automatico, completa di due controcannule, gel lubrificante, otturatore perforato, fascetta. Non Fenestrata. Sterile. Connettore 15 mm a basso profilo. Linea d'aria con due fori aggiuntivi per consentire al paziente di parlare quando è ventilato. Nelle seguenti misure:		
diametro interno 5 mm lunghezza totale 63 mm	pz	5
diametro interno 6 mm lunghezza totale 73 mm	pz	5
diametro interno 7 mm lunghezza totale 91 mm	pz	50
diametro interno 8 mm lunghezza totale 95 mm	pz	50
diametro interno 9 mm lunghezza totale 99 mm	pz	20
diametro interno 10 mm lunghezza totale 102 mm	pz	10

Lotto n.25 - Cannule Tracheostomiche:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
Cannula rigida non cuffiata in PVC termosensibile a temperatura corporea, altamente flessibile con flangia a basso profilo. La qualità del PVC deve assicurare una cannula molto leggera e di lunga durata (circa 6 mesi prima della sostituzione). Doppia fenestrazione sull'arco interno ed esterno della controcannula. Completa di una controcannula con connettore da 15 mm e una controcannula con connettore da 22 mm e fascetta di fissaggio. Nelle seguenti misure:		
diametro interno 7 mm lunghezza totale 87 mm	pz	5
diametro interno 8 mm lunghezza totale 91 mm	pz	5
diametro interno 9 mm lunghezza totale 94 mm	pz	5
diametro interno 10 mm lunghezza totale 97 mm	pz	5

Lotto n.26 - Accessori per Cannule Tracheostomiche:	U.M.	Fabbisogno annuale
Requisiti minimi:		
filtri per cannule tracheostomiche, scambiatori di calore ed umidità, dimensioni 22 mm x 15 mm. In polipropilene e filtro in poliuretano impregnato con esaidrato di cloruro di calcio. Confezione singola sterile	pz	1000
filtri per cannule tracheostomiche, scambiatori di calore ed umidità, con filtro ricoperto in schiuma, valvola di sicurezza sul lato posto del connettore da 15mm. Fenestrazione per l'introduzione di sondino di aspirazione. Porta per ossigenoterapia. Calotta in elastomero termoplastico. Filtro in polietilene, poliestere e poliuretano con clorexidina dicluconato e con esaidrato di cloruro di calcio. Confezione sterile singola	pz	900
collarino reggicannula, di ricambio, con chiusura in velcro	pz.	1000
scovolino con setole in nylon, curvo, con punta in lana morbida lunghezza totale 21 cm	pz.	1000
medicazione in poliuretano altamente assorbente, in tre strati, con superficie a contatto con la cute in materiale antiaderenziale e membrana permeabile al vapore. Potere assorbente pari a 2,5 gr per cm. Apertura per alloggiamento cannula tracheostomica. Mis. 9x10x0,5 cm. Singolarmente confezionati in busta sterile	pz	1000
kit per la pulizia della cannula tracheale completo di: prodotto in polvere, soluzione detergente trienzimatica a ph neutro da 400 grammi, contenitore per immersione della cannula nel detergente, scovolino, collarino di ricambio, flacone di olio di paraffina per l'inserimento atraumatico della cannula nel lume tracheale, metalline di ricambio in tnt rivestito di alluminio, e filtri di ricambio comprensivi di adattatore 15/22 mm.	pz	10

