



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE

**U.O.C. PROVEDITORATO**

**AVVISO**

### **CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

**Oggetto:** Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 , per la fornitura con contratto di noleggio triennale di n.1 Laser chirurgico CO2 Lumenis con emissione del raggio laser attraverso fibra flessibile e acquisto materiale delicato concernente fibre flessibili monouso e pluriuso occorrenti alla U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA dell'Arnas.

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura di gara sulla piattaforma informatica dell'Arnas e/o sul MEPA per la fornitura con contratto di noleggio triennale di n.1 Laser chirurgico CO2 Lumenis con emissione del raggio laser attraverso fibra flessibile e acquisto materiale delicato concernente fibre flessibili monouso e pluriuso, occorrenti alle U.O di OTORINOLARINGOIATRIA dell'Arnas, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera B) del D.Lgs 50/16.

La S.A. ritiene opportuno esperire, prima dell'avviso della procedura di gara, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e/o 36 del D.Lgs. 50/16. La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati. La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento. La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art.66 comma 2 D.Lgs, n. 50/2016). La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura di che trattasi. La S.A. valuterà le soluzioni alternative eventualmente suggerite nel contesto dei contributi forniti ed è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti e notizie che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a:

- Agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- Informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di volere indire l'appalto programmato;
- Verificare che le caratteristiche tecniche/organizzative della fornitura non siano limitanti del mercato;
- Consentire eventuali osservazioni su soluzioni o elementi tecnici/organizzativi equivalenti;
- Verificare il prezzo corrisposto per la fornitura dello stesso tipo di bene sul territorio nazionale e comunitario;

### **1. Luogo di realizzazione**

La fornitura avverrà mediante contratto di noleggio triennale in somministrazione per acquisto materiale delicato concernente fibre flessibili monouso e pluriuso la cui consegna dei prodotti avverrà presso il Servizio di Farmacia allocato nei locali del PP.OO. "Civico e G. Di Cristina" dell'A.R.N.A.S. di Palermo.

### **2. Descrizione dell'oggetto dell'iniziativa**

Fornitura con contratto di noleggio triennale di n.1 Laser chirurgico CO2 Lumenis con emissione del raggio laser attraverso fibra flessibile e acquisto materiale delicato concernente fibre flessibili monouso e pluriuso, occorrenti alle U.O. di OTORINOLARINGOIATRIA dell'Arnas, **meglio descritti nell'allegato alla presente contraddistinto con la lettera A.**

**Si fa presente che il fabbisogno indicato si riferisce ad una stima presunta annuale.**

### **3. Presa d'atto**

Gli operatori economici, all'atto della dichiarazione della risposta alla consultazione, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

### **4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

Ai fini suddetti, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, gli operatori interessati sono invitati a fornire il proprio contributo, presentando :

- Scheda tecnica e depliant dell'apparecchiatura proposta;
- scheda tecnica del materiale di consumo proposto con indicazione dei codici di repertorio e CND o;
- il miglior prezzo di aggiudicazione nell'ultimo triennio , praticato alle altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale , considerando la medesima tipologia di fornitura.

**Ove alla presente manifestazione di interesse darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale**

Quanto richiesto, deve pervenire solo ed esclusivamente, entro il 06/12/2021, attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas <https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

## 5. Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi della normativa vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso esplorativo.


## 6. Altre informazioni

Tutte le richieste di informazioni devono pervenire entro il 30/11/2021 e dovranno essere indirizzate sempre ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas nella sezione avvisi (riferimento oggetto consultazione) ed attraverso la funzione comunicazioni.

**Il Responsabile Unico del Procedimento e' il Rag. Giuseppe Salamone telefono 091 6662680 email : [giuseppe.salamone@arnascivico.it](mailto:giuseppe.salamone@arnascivico.it) .**


**Il RUP**

Rag. Giuseppe Salamone



**Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato**

**(Ing. Mario Bisignano)**



Allegato A

Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Capitolato tecnico/scheda fabbisogno


<p>Sistema laser medicale chirurgico con lunghezza d'onda 10600 nm con trasmissione del raggio tramite guida d'onda da 1,04 monouso e pluriuso, potenza 40 W e schermo Touch Screen da 10 pollici e con emissione del raggio CO2 attraverso fibra flessibile e con diametro da 1 mm e lunghezza 2 metri, riparabile e riutilizzabile fino a 5 procedure e fibre microlase™ da 0,4 mm riutilizzabili 25 volte con possibilità di implementazione di seconda uscita attraverso braccio articolato e fibre CO2 collegabile ad un manipolo dedicato con diametro esterno da 0,4 mm per chirurgia endoscopica all'orecchio.</p> <p>Canone mensile n.12</p>	<p>PZ</p>	<p>1</p>
<p>Fibre flessibili monouso con diametro esterno da 1 mm e lunghezza 2 m compatibile con laser CO2 con possibilità di implementazione futura di una seconda uscita del raggio CO2 anche attraverso braccio articolato</p>	<p>PZ</p>	<p>120</p>

Fibre pluriuso con diametro di 1 mm e lunghezza 2 m riparabile e riutilizzabile sino a cinque procedure con possibilità di implementazione futura di una seconda uscita del raggio CO2 anche attraverso braccio articolato	PZ	5
--	----	---

Si precisa che il fabbisogno indicato si riferisce ad una annualità.

**Il RUP**

Rag. Giuseppe Salamone



**Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato**

(Ing. Mario Bisignano)

