



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
Unità Operativa Rinnovo Tecnologico
\ Impianti ed Attrezzature
Piazza Nicola Leotta n. 4
90127 Palermo
Telefono: 091- 6662241/401
Fax: 091 – 6662301
www.arnascivico.it
E-mail: contocapitale@arnascivico.it
P. IVA 058417708283

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0018453
Data Prot. : 23-11-2021 14:07:49
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I



Oggetto: Indagine di " fornitura e posa in opera di un videolaringoscopio per intubazione pazienti Covid per l'U.O. di Terapia Intensiva Respiratoria dell'Arnas.

Questa Amministrazione deve acquistare "n. 1 videolaringoscopio per intubazione pazienti COVID per l'U.O. di Terapia Intensiva Respiratoria dell'Arnas".

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di attrezzature aventi caratteristiche collimanti con i bisogni sanitari individuati nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il costo di vendita esclusa IVA;
- 3) **Il costo di vendita esclusa IVA per forniture di pari oggetto intervenute negli ultimi due anni PRATICATO SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO.**

A tal fine la ditta dovrà compilare l'apposita tabella a margine della scheda tecnica.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

Si precisa che è necessario soddisfare il c.d. BISOGNO SANITARIO individuato nella scheda, indicando, se del caso, il diverso elemento tecnico in grado comunque di soddisfare la funzione richiesta.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche/funzioni sanitarie deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione degli elementi tecnici richiesti.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente, con urgenza e comunque non oltre il 03.12.2021 al seguente indirizzo mail conto.capitale@arnascivico.it, per qualsiasi informazione al seguente numero telefonico 091/6662636

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Ing. Mario Bisignano

SCHEDA TECNICA

N. 1 1 videolaringoscopio per intubazione pazienti COVID per l'U.O. di Terapia Intensiva Respiratoria dell'Arnas.

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Monitor LCD antiriflesso su carrello, che deve essere munito anche di mensola dove poggiare la lama		
2. Cavo per la connessione lama-monitor		
3. Lama iperangolata per intubazioni difficili riutilizzabile, misura n. 3 preferibilmente in titanio, con possibilità di messa a fuoco automatica, luminosità e bilanciamento del bianco e con sistema automatico di anti-appannamento		
4. Utilizzabile a corrente elettrica 220V e dotato di batteria interna ricaricabile con almeno due ore di autonomia in uso		

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 8 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO