



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Procedura ad affidamento diretto ex art. 1 comma 2 L. 120/2020 lett. a) come sostituita dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 legge 108 del 2021, per la fornitura e installazione di n. 1 Fluorangiografo di ultima generazione da destinare alla U.O.C. di Oculistica. CIG _____

Questa Amministrazione intende procedere alla fornitura di:
n. 1 Fluorangiografo di ultima generazione da destinare alla U.O.C. di Oculistica le cui caratteristiche necessarie a soddisfare il "fabbisogno sanitario" sono descritte nella scheda tecnica sub Allegato "A".

L'aggiudicazione sarà operata con affidamento diretto nei confronti dell'operatore economico la cui offerta sarà ritenuta più idonea a seguito di comparazione delle offerte pervenute, secondo il criterio di seguito indicato.

La valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse, sarà effettuata tenendo conto dei seguenti elementi negoziali indicati in ordine decrescente di importanza di seguito elencati:

- 1 - Attrezzatura proposta in conformità alle specifiche tecniche rispondenti al "bisogno sanitario" di cui alla scheda tecnica allegata al presente Avviso sub lett. "A"**
- 2 - Tempi di consegna**
- 3 - Prezzo più basso rispetto all'importo fissato quale base di negoziazione**

Importo base per la negoziazione € 76.000,00 Iva esclusa su cui effettuare ribasso

Termine ultimo di presentazione manifestazione di interesse: indicato sulla piattaforma MEPA

Nella manifestazione di interesse l'operatore economico interessato dovrà produrre:

1) documentazione tecnica relativa al "fluorangiografo di ultima generazione" che intende offrire,
costituita da:

- Depliant illustrativi
- Schede tecniche di casa madre del prodotto offerto
- Relazione tecnica illustrativa dalla quale si rilevi la rispondenza ai "bisogni sanitari" descritti, con l'indicazione della pagina e del rigo della scheda tecnica o del depliant in cui riscontrare le suddette specifiche, nonché tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione con indicazione anche in questo caso di numero e pagina



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- Documentazione attestante la rispondenza alle direttive di riferimento (certificati e dichiarazioni della destinazione d'uso di tutti i materiali oggetto della fornitura)
- Documentazione attestante la conformità CE per l'apparecchiatura da acquisire riferibile alla tipologia, marca e modello
- Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che i prodotti offerti sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose per difetti di fabbricazione e/o posa in opera dei prodotti forniti
- **Dichiarazione che il modello di apparecchiatura offerta corrisponde all'ultima release della produzione offerta.**

2) Indicazione dei tempi di consegna (che in ogni caso non devono superare 30 gg. dalla data dall'ordine).

3) Prezzo più basso rispetto all'importo fissato quale base di negoziazione pari a € 76.000,00 Iva esclusa

L'offerta economica, munita di marca da bollo, dovrà indicare:

- il codice prodotto
- importo dello strumento (se formato da parti distinte, indicare i singoli importi)
- importo complessivo della fornitura del fluorangiografo comprensivo di installazione
- i propri costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza aziendale.
- indicazione CIG
- PASS OE

Si allega altresì sub lett. "B" il capitolato prestazionale, che dovrà essere restituito con la firma per accettazione da parte del rappresentante legale dell'O.E.

Per l'ammissione alla procedura gli operatori economici dovranno altresì produrre:

- DGUE Allegato sub lett. "C", debitamente compilato in tutte le parti di pertinenza, debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata, comprensivo di tutte le dichiarazioni relative all'assenza di elementi ostativi ai sensi dell'art.80 del D.lgs 50/2016, per i soggetti previsti dal medesimo articolo.

La S.A. si riserva di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente a seguito di aggiudicazione.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Tutta la documentazione dovrà:

- essere prodotta in lingua italiana
- firmata dal legale Rappresentante dell'O.E. e corredata da documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore

Il presente Avviso, unitamente ai documenti ad esso allegati, saranno pubblicati sul MEPA – RDI n.

Si rappresenta che non essendo ad oggi disponibile sulla piattaforma MEPA/CONSIP, una funzionalità dedicata, la RDO/MEPA suindicata verrà utilizzata esclusivamente per il fine sopraindicato e, pertanto, **la ditta interessata dovrà inserire l'Offerta tecnica, l'offerta economica e la documentazione amministrativa, esclusivamente come allegati alla Sezione "Comunicazioni" all'interno della RDO di riferimento, entro i termini previsti.**

Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi della normativa vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Rosaria Tamburello email: rosaria.tamburello@arnascivico.it

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Ing. Mario Bisignano



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO SPECIALE

della Procedura con affidamento diretto, per la fornitura ed installazione di un fluorangiografo di ultima generazione, da destinare alla U.O.C. di Oculistica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 120/2020 lett. a), come sostituita dall'art. 51 comma 1 lett. A9 sub 2.1 Legge 108 del 2021.

Importo base di negoziazione Euro 76.000,00 IVA esclusa.

CIG 87905130D0

Art.1

REQUISITI MINIMI DELLE APPARECCHIATURE

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite ed indicate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato, devono essere necessariamente possedute dalle apparecchiature offerte in gara, a pena di esclusione.

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la conformità delle apparecchiature alle vigenti normative di riferimento (CE, UNI EN, ISO) o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori e del paziente.

Tutte le apparecchiature e le attrezzature fornite dovranno essere (non ricondizionate) **nuove di fabbrica, di ultima generazione presente sul mercato.**

Art. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera dell'apparecchiatura in oggetto, presso l'U.O.C. di Oculistica dell'A.R.N.A.S. previo accordo con il Responsabile.
2. L'apparecchiatura dovrà essere confezionata ed imballata in modo tale che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
3. La consegna ed il montaggio dell'apparecchiatura dovranno essere effettuata entro il termine che sarà concordato in fase di negoziazione, che comunque non dovrà essere superiore a **30**

giorni a far data dall'ordinativo di fornitura ed avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

4. L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

5. All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, firmata per ricevuta, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato alla stanza 314 III° piano della palazzina Uffici Amministrativi.

Art. 3

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti, la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dall'esecuzione della fornitura.

Art. 4

COLLAUDO/VERIFICA

1. Le apparecchiature oggetto della fornitura sono soggette a collaudo e verifica da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l'obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e dei materiali all'ordine d'acquisto;
- verifica del corretto funzionamento del bene/i fornito/i;
- verifica di conformità del bene/i fornito/i alle norme comunitarie e alla normativa vigente

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente o, ove possibile, contestualmente, alle operazioni di collaudo, si procederà alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all'utilizzo delle attrezzature.

Art. 5
ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo e verifica, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

2. Garanzia: l'impresa garantisce la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura fornita per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore, da fatti imputabili all'Ente e comunque dall'uso improprio e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'amministrazione:

a) sostituzione di componenti che risultino difettosi o danneggiati;

b) nel caso di cui al punto a) del presente capitolato la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;

L'impresa deve pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia, al prezzo di mercato ridotto almeno della stessa percentuale offerta in gara.

4. Restano altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l'intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Art. 6
INADEMPIENZE / PENALITA'

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine concordato, in fase di negoziazione, l'Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un importo massimo del 10% del valore del contratto dei beni oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura parziale dei beni costituenti oggetto della fornitura, e la fornitura di materiale difforme da quello offerto o materiale difettato. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

4. Configureranno inadempienza i casi in cui l'impresa fornitrice non dovesse ottemperare a quanto previsto dall'art.7, commi 3 e 4 del presente capitolato.

In tali casi, la Stazione Appaltante provvederà:

- per il caso di cui al comma 3, ad addebitare al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per la sostituzione delle parti di ricambio, per il periodo indicato (5 anni a decorrere dalla data di scadenza);

- per il caso di cui al comma 4, ad addebitare i costi scaturenti dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva non eseguite dalla ditta fornitrice nel periodo di garanzia).

Art. 7
FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'acquisto è finanziato con fondi ex Linea programmazione 3 sub 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 PO PSN 2019/2020 Linea Progettuale 5 e Linea 3 sub 58 Fondi di Bilancio da accantonamenti 2018 e ante.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato tempestivamente, previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Art. 8
SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto (registrazione dello stesso alla quale si provvederà in caso d'uso) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.
2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art. 9
CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della Magistratura.
2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.
3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.10
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- le disposizioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n. 2440;
- il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;
- il D.Lgvo n.50/2016;
- le disposizioni regionali valedoli per i beni acquisiti con finanziamenti in conto/capitale; le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

La ditta obbligata

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

<<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo>>

La ditta obbligata

L'aggiudicatario accetta con la sottoscrizione del contratto di non cedere a terzi propri crediti maturati per i quali sia stato già emesso il correlato documento/fattura di addebito, il cui termine di pagamento non risulti scaduto (scadenza determinata al 61° giorno successivo alla data di invio della fattura elettronica su Piattaforma PCC).

La cessione non potrà comunque avere ad oggetto crediti maturandi non correlati a servizi già resi o beni già consegnati.


L'atto di cessione ricevuto in conformità alle precedenti prescrizioni, dovrà esplicitamente menzionare se trattasi o meno di cessione "pro-solvendo". In caso di omessa esplicita indicazione, si intenderà sempre a titolo di "pro-solvendo".

L'aggiudicatario accetta con la sottoscrizione del contratto di riportare sempre nei documenti di addebito delle forniture di beni e servizi, l'indicazione del numero di ordine emesso dall'Azienda. In caso di omessa indicazione, l'Azienda procederà al rifiuto su piattaforma della fattura elettronica ricevuta.

La ditta obbligata

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
(Ing. Mario Bisignano)

'''



All. "A"

SCHEDA TECNICA alla luce dei bisogni sanitari e delle esigenze funzionali della U.O.C. di destinazione.

n.1 FLUORANGIOGRAFO DI ULTIMA GENERAZIONE per l' U.O.C. di Oculistica

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO		
Acquisizione di immagini con campo di almeno 130° con un singolo scatto al fine di acquisire in modo rapido e preciso le fotografie del fondo e dei tempi fluorangiografici Necessità di estendere l'immagine alla periferia retinica ad almeno 250°/260°		
L'apparecchiatura deve consentire l'Acquisizione delle foto con colori reali in autofluorescenza sia blu che verde per evidenziare eventuali patologie maculari		
Le immagini devono essere acquisite con elevata risoluzione non inferiore a 7 micron per una migliore visualizzazione delle immagini in termini di nitidezza e contrasto delle patologie retiniche.		
Rotazione dello strumento per consentire l'acquisizione occhio destro/sinistro del paziente con limitazioni di movimento.		
Lo strumento deve consentire l'acquisizione delle immagini in miosi evitando così l'uso di farmaci midriatici		
Messa a fuoco automatica al fine di velocizzare l'esame senza comprometterne la qualità	CARATTERISTICHE PREFERIBILI NON INDISPENSABILI	
Necessità che lo strumento identifichi automaticamente la posizione del nervo ottico		
Montaggio automatico delle immagini		
Lateralità automatica (OD/OS)		
Monitor touchscreen		