

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 13-03-2022 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 27 /U.O.C Prov. del 11-03-2022

OGGETTO:
Preso atto aggiornamento tecnologico materiale specialistico per elettrofisiologia per l'U.O.C. di Cardiologia dell'Arnas.

U.O.C. Provveditorato

Proposta n. 27 del 9-3-22

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio

Il Responsabile del Procedimento
Il Titolare della Posizione Organizzativa
Flussi informativi, gestione delle fatture e dell'ordinato
Rag. Giuseppe Galimone

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Ing. Mario Bisignano

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2022

N° Conto economico

N° Conto Patrimoniale

Budget assegnato anno 2022

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DEL BUDGET

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Ing. Mario Bisignano

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo, nella sede della U.O.C. Provveditorato dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale N.172 del 23/05/2019, assistito da CORTESE Valerio, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Ing. Mario Bisignano

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione n. 172 del 23.05.2019 modificata con deliberazione n. 871 del 05/08/2020 con cui il Direttore dell'UOC proponente, il cui incarico è stato conferito con deliberazione n. 1299 del 25/10/2021, è delegato ai sensi di legge e per tutta la durata dell'incarico alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

Atteso che :

con delibera n. 253 del 24.03.2017 è stata aggiudicata la procedura aperta , avente ad oggetto la fornitura triennale , con eventuale rinnovo di 12 mesi, di materiale specialistico per elettrofisiologia , occorrente all' U.O.C. di Cardiologia dell'Arnas , rinnovata con atto deliberativo n. 241 del 06.03.2020 e n. 1177 del 24.09.2021;

con delibera n. 96 del 07.02.2020, si è preso atto del D.S.A. n. 1332 del 14.06.2019, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta, espletata da parte della C.U.C. della Regione Sicilia per la definizione di un accordo quadro della durata di quattro anni per la fornitura di dispositivi medici impiantabili attivi per elettrostimolazione cardiaca, occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia;

con delibera n. 636 del 14.05.2021 si è aderito all'Accordo Quadro di Consip, in attuazione del DPCM 24.12.2015, per la fornitura dispositivi impiantabili attivi;

Riscontrato che sono pervenute , da parte dei sotto elencati operatori economici, richieste di aggiornamento tecnologico, nell'ambito delle suddette forniture come di seguito indicato:

Ditta Abbott Medical Italia srl , lotto n. 43, delibera n. 253 del 24.03.2017 , rinnovata con atto deliberativo n. 241 del 06.03.2020 e n. 1177 del 24.09.2021, e lotto n. 6 , delibera n. 96 del 07.02.2020 , aggiornamento tecnologico, come riportato negli allegati A-B;

Ditta Boston Scientific S.p.A , lotti n.ri 2-5 e 6 , delibera n. 96 del 07.02.2020 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato C;

Ditta Medico S.p.A. , lotto n. 1 , delibera n. 96 del 07.02.2020 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato D;

Ditta Microport Crm srl , lotto n. 5, delibera n. 96 del 07.02.2020 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato E;

Ditta Abbott Medical Italia srl , lotti n.ri 7 e 8 , delibera n. 636 del 14.05.2021 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato F;

Ditta Boston Scientific S.p.A, lotti n.ri 1-2-4-5-8 e 9 , delibera n. 636 del 14.05.2021 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato G;

Ditta Microport Crm srl , lotto n. 5, delibera n. 636 del 14.05.2021 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato H;

Vista la nota , protocollata al n. 3120 del 08.02.2022 (allegato I) con la quale la ditta MEDICO S.p.A. comunica la variazione societaria;

Rilevato che :

per le suddette richieste il Responsabile dell'U.O.S. di Elettrofisiologia Dott. Giuseppe Sgarito ha espresso parere favorevole ;

i prezzi relativi ai suddetti aggiornamenti rimangono invariati rispetto a quelli di aggiudicazione;

Attestato che la presente proposta di determinazione è formulata in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto ;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2022-2023;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti di :

Prendere atto :

delle richieste di aggiornamento tecnologico avanzate dagli operatori economici, nell'ambito della suddetta fornitura come di seguito indicato:

Ditta Abbott Medical Italia srl , lotto n. 43, delibera n. 253 del 24.03.2017 , rinnovata con atto deliberativo n. 241 del 06.03.2020 e n. 1177 del 24.09.2021, e lotto n. 6 , delibera n. 96 del 07.02.2020 , aggiornamento tecnologico, come riportato negli allegati A-B;

Ditta Boston Scientific S.p.A , lotti n.ri 2-5 e 6 , delibera n. 96 del 07.02.2020 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato C;

Ditta Medico S.p.A. , lotto n. 1 , delibera n. 96 del 07.02.2020 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato D;

Ditta Microport Crm srl , lotto n. 5, delibera n. 96 del 07.02.2020 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato E;

Ditta Abbott Medical Italia srl , lotti n.ri 7 e 8 , delibera n. 636 del 14.05.2021 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato F;

Ditta Boston Scientific S.p.A, lotti n.ri 1-2-4-5-8 e 9 , delibera n. 636 del 14.05.2021 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato G;

Ditta Microport Crm srl , lotto n. 5, delibera n. 636 del 14.05.2021 , aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato H;

che l'affiancamento non comporta incrementi di spesa né variazione delle condizioni economiche di fornitura ;

del parere favorevole del Responsabile dell'U.O.S. di Elettrofisiologia Dott. Giuseppe Sgarito;

della variazione societaria della ditta MEDICO S.p.A. , come riportato nella nota protocollata al n. 3120 del 08.02.2022 (allegato I);

presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all'UOC Farmacia; al Responsabile dell'U.O.S. di Elettrofisiologia Dott. Giuseppe Sgarito ed al Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario.

Dichiarare gli allegati "A-B-C-D-E-F-G-H-I" parte integrante del presente provvedimento.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato


Ing. Mario Bisignano

Il Segretario Verbalizzante



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricorso Specializzato nel Alta Specializzazione

Servizio Provveditorato ARNAS Civico <provveditorato@arnascivico.it>

Prog. Selomoni
06/10/2021**Abbott:: proposta di sostituzione prodotto**

1 messaggio

Anselmi, Vittorio <vittorio.anselmi@abbott.com>

4 ottobre 2021 17:34

A: "provveditorato@arnascivico.it" <provveditorato@arnascivico.it>

In relazione alla recente delibera 1177 del 24/09/2021 si invia proposta di sostituzione prodotto, per aggiornamento tecnologico alle stesse condizioni economiche.

Tale sostituzione è da riferirsi al lotto 43. In allegato alla presente:

PROT 20293
DEC 8-10-2021

- Proposta di sostituzione
- Scheda tecnica

Si precisa che il responsabile dell'UO di Elettrofisiologia ha già concesso il suo nulla osta in merito, come visibile dall'allegato.

Cordiali saluti

2 allegati **Sostituzione Abbott.pdf**
555K **IT ENSITE X PATCH.pdf**
119K



Allypet, A

Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Referente: Cristina Vecchi
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: +39 02 35961082
Fax ufficio gare: 02 3596 1100
Indirizzo E-mail: cristina.vecchi@abbott.com - italytender@abbott.com
Ns. Rif.: PRAP-0323/2016-1130/AF
Sesto San Giovanni, 25/03/2021

Codice Cliente: 1000050791

Spett.le
**ARNAS CIVICO DI CRISTINA
BENFRATELLI**
PIAZZA N. LEOTTA, 4
90127 PALERMO - PA

OGGETTO: Aggiornamento Tecnologico di Ensite Velocity a EnSite X con riferimento alla NS OFFERTA RIF. PRAP-0323/2016-1130 DEL 14/11/2016 *(da citare nelle risposte)* PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ED IN CONTO DEPOSITO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER ELETTROFISIOLOGIA PER UN PERIODO DI 36 MESI ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI DA DESTINARE ALL'UOC DI CARDIOLOGIA - DELIBERA N. 253 DEL 24/03/2017.

Abbott Medical Italia S.r.l., sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Thomas Alva Edison n. 110 (cap 20099), Tel. 02 359611 - Fax 02 35961100 - pec ufficiogare@pec.sjm.it, Partita IVA n. 11264670156 capitale sociale € 20.000.000,00 i.v., numero iscrizione Registro alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al n. 11264670156 (ai sensi dell'art. 3 DPR 558 del 14.12.1999 in vigore dal 6.12.2000), iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-2335166, nella persona del suo Procuratore, Sig. Carlo Fagnani, nato a Gorgonzola l'1.10.1971 e residente in Cassina de' Pecchi (MI) Via G. Pascoli, 6 - C.F. FGNCRL71R01E094F

è lieta di annunciare

la release di un nuovo aggiornamento tecnologico relativo al sistema di mappaggio e navigazione 3D EnSite Velocity. L'aggiornamento, denominato Ensite X, rappresenta l'evoluzione dell'attuale sistema di mappaggio ed integra dal punto di vista software ed hardware nuove funzionalità a beneficio di sicurezza, outcome, efficienza procedurale. La nuova release rappresenta l'evoluzione sia dal punto di vista hardware che software dell'attuale piattaforma tecnologica relativa al mappaggio ed alla navigazione 3D. Il dettaglio delle principali novità introdotte con il nuovo sistema è descritto nella documentazione tecnica allegata.

Tale aggiornamento verrà fornite senza alcun onere per il centro ed alle medesime condizioni dell'attuale capital equipment in dotazione, ovvero comodato d'uso gratuito.

Cap. Sociale € 20.000.000 i.v.
Codice Fiscale - Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano- Monza- Brianza- Lodi 11264670156
Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories Chicago Illinois USA

C-W S A
6396



Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Con riferimento a quanto in oggetto con la presente la sottoscritta **Abbott Medical Italia S.r.l.** è lieta di comunicarVi la propria disponibilità, ad effettuare la seguente sostituzione:

LOTTO 43 - KIT DI ELETTRODI PER IL MAPPAGGIO E LA NAVIGAZIONE NON FLUOROSCOPICA 3D DELLE CAMERE CARDIACHE - CIG 676413659B

Attuale fornitura

EnSite Velocity	
Descrizione	Codice
Kit elettrodi di superficie EnSite Precision™	EN0020-P

Nuova fornitura

EnSite X	
Descrizione	Codice
Kit elettrodi di superficie EnSite X EP	ENSITE-SEK-5-I-01

Verranno forniti in sconto merce tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento del Sistema.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni economiche e di fornitura.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Abbott Medical Italia S.r.l.
Carlo Fagnani
Procuratore speciale

*Si accetta la sostituzione in quanto
conferma overamento templates*

6346


24/01/2022
N.O.

Cap. Sociale € 20.000.000 i.v.

Codice Fiscale - Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza Lodi 11264670156

Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories - Chicago Illinois USA

Kit elettrodi di Superficie EnSite™ X EP



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il kit di elettrodi di superficie del sistema EnSite™ X EP viene utilizzato per trasmettere informazioni dal paziente al sistema EnSite™ X EP per la ricostruzione dell'anatomia cardiaca e la visualizzazione, il posizionamento e la navigazione degli elettrocateretri presenti nelle camere cardiache. Il kit contiene i seguenti componenti non sterili monouso da utilizzare in combinazione con il sistema EnSite™ X EP:

Componente del Kit	Quantità	Descrizione
Elettrodo di riferimento del sistema EnSite™ X EP	1	Un elettrodo autoadesivo, non sterile, monouso. Questo elettrodo funge da riferimento elettrico del sistema per misurazioni di impedenza ed ECG.
Elettrodo ECG GD del sistema EnSite™ X EP	1	Un elettrodo autoadesivo, non sterile, monouso che funge da elettrodo ECG per gamba destra durante una procedura con il sistema EnSite™ X EP.
Elettrodi di localizzazione del sistema EnSite™ X EP	1	Gli elettrodi di localizzazione del sistema EnSite™ X EP sono costituiti dai seguenti elementi: - Elettrodi di superficie del sistema EnSite™ X EP (6): elettrodi autoadesivi, non sterili, monouso codificati per colore recanti uno schema di posizionamento stampato sul retro di ciascun elettrodo. Gli elettrodi fungono da strumenti diagnostici che impartiscono correnti alternate a bassa intensità generate dal sistema EnSite™ X EP al torace del

		<p>paziente e rilevano i potenziali elettrici risultanti che supportano l'acquisizione dei segnali di impedenza utilizzati per localizzare la posizione degli elettrodi sui cateteri EP tradizionali.</p> <p>- Piastre del sensore di riferimento del paziente (PRS) (4): piastre adesive in schiuma destinate a fissare i sensori PRS in posizione stabile sul paziente durante una procedura con il sistema EnSite™ X EP.</p>
--	--	---

Il kit di elettrodi di superficie del sistema EnSite™ X EP permette di utilizzare il sistema EnSite™ X EP in modo univoco in due distinte modalità di navigazione: **EnSite™ Voxel Navigation Mode** (a base magnetica) o a impedenzometrica **EnSite NavX™ Navigation Mode** (estensione della precedente piattaforma EnSite Precision™ mantenendo una piattaforma aperta senza l'utilizzo di alcun catetere dedicato). Ciò consente all'utente di selezionare il flusso di lavoro più appropriato per ciascuna tipologia di procedura, adattando perfettamente il sistema a qualsiasi esigenza nell'ambito delle procedure di elettrofisiologia, sia esse semplici che complesse. Sono inoltre disponibili le seguenti funzioni:

- Modulo AutoMap, per la creazione di mappe ad alta densità in minor tempo, in modo automatico, preciso ed utilizzando qualsiasi catetere:
 - o Algoritmo avanzato di matching di morfologia
 - o Eliminazione automatica dei battiti indotti dal catetere
 - o Capacità di mappare aritmie secondarie fino a 10 volte più velocemente con la funzionalità di TurboMap
 - o Funzione SparkleMap per la visualizzazione della sequenza di attivazione sopra a un'altra mappa (ad es. mappa di voltaggio)
- Modulo AutoMark, per la creazione automatica di lesioni colorimetriche sulla base di indici di lesione (valori di contatto validati clinicamente) e di erogazione.
- Importazione e visualizzazione di immagini digitali provenienti dalla TAC/RM, DEMRI.
- Possibilità di creazione di mappe, acquisibili su più camere, di:
 - o Voltaggio
 - o Attivazione
 - o Rientro
 - o Propagazione
 - o Potenziali Frammentati CFE (media e Deviazione Standard)
 - o Frazionati
 - o Mappe di attivazione live (EnSite™ LiveView Dynamic Display)
 - o Full Color Propagation Maps
- Visualizzazione della forza di contatto sul catetere ablatore (Disponibile per cateteri



TactiCath™ Sensor Enabled™) direttamente sulla tip del catetere.

INDICAZIONI D'USO


Il kit di elettrodi di superficie EnSite™ X EP è indicato per l'uso con il sistema EnSite™ X EP nel rispetto delle relative indicazioni per l'uso.

NUMERO D'ORDINE

Model Number	Descrizione
ENSITE-SEK-5-I-01	Kit elettrodi di Superficie EnSite X EP

ALTRE INFORMAZIONI

FABBRICANTE	St. Jude Medical Costa Rica Ltda. Edificio #44 Calle 0, Ave. 2 Zona Franca Coyol El Coyol, Alajuela Costa Rica
DISTRIBUTORE	Abbott Medical Italia Srl
CLASSE DI APPARTENENZA	I
CLASSIFICAZIONE CND	C020199
ANNO DI COMMERCIALIZZAZIONE	2020
DISPOSITIVO STERILE	NA
NUMERO DI REPERTORIO	NA
METODO DI STERILIZZAZIONE	NA
PRESENZA di LATTICE	NO
PERIODO MASSIMO DI UTILIZZO/SCADENZA	6 mesi
CONFEZIONE	5 unità (confezione indivisibile)
CONFEZIONAMENTO	Il confezionamento consiste in una sacca in stagnola sigillata, contenuta all'interno di una scatola di cartone.



Abbott

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE	Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto: <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: Da -25 °C a +60 °C• Umidità relativa: Dal 10 al 90%, senza condensa
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Dopo l'uso devono essere smaltiti con cautela in conformità alle procedure della struttura e alle leggi e alle normative applicabili. Smaltire tutti i componenti non utilizzati dopo la procedura.

ATTENZIONE: Questo prodotto è destinato per l'utilizzo da o sotto la direzione di un medico. Prima dell'uso leggere attentamente le Istruzioni per l'Uso inserite nella confezione (se presenti) o disponibili su medical.abbott/manuals per informazioni dettagliate in merito a Indicazioni, Controindicazioni, Avvertenze, Precauzioni ed Eventi Avversi.

Le informazioni fornite sono solo per Operatori Sanitari. Non distribuire o mostrare al pubblico.

Le informazioni qui contenute sono per la SOLA DISTRIBUZIONE in Italia.

Test e dati su fileAbbott.

™ Indica un marchio del gruppo Abbott e delle sue affiliate.



SALARONE
06/11/21
RB
Servizio Provveditorato ARNAS Civico <provveditorato@arnascivico.it>

Proposta di sostituzione Abbott - Divisione CRM

1 messaggio

Anselmi, Vittorio <vittorio.anselmi@abbott.com>

3 novembre 2021 12:02


A: "provveditorato@arnascivico.it" <provveditorato@arnascivico.it>

In allegato si trasmette proposta di sostituzione prodotto in relazione all'adesione gara regionale CUC per il lotto 6A, Vs delidera 096/2020.

Cordiali saluti

 **Sostituzione Gallant HF.pdf**
310K

INVIATO
12-11-2021
ORE 13:57



S. ACCETTA LA SOSTITUZIONE
DEL MODELLO E TECNOLOGIA

[Handwritten signature]
8356

24/08/21 N.O.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 33 96 11
Fax: +39 02 33 96 1001

PEC: sjnitalia@pec.sjn.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 09 11
Fax +39 06 52 09 1436

Referente: Cristina Vecchi
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: 02 35961082
Fax ufficio gare: 02 3596 1100
Indirizzo E-mail: cristina.vecchi@abbott.com - italytender@abbott.com
Ns. Rif.: PRAP-0738/2020-1145/AF

Codice Cliente: 1000050791

Spett.le
**A.O. DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE - ARNAS CIVICO DI
CRISTINA BENFRATELLI**
PIAZZA N. LEOTTA, 4
90127 PALERMO - PA

Sesto San Giovanni, 04/10/2021

Cortese attenzione Dott. Giuseppe Sgarito
giuseppesgarito@gmail.com


OGGETTO: NS OFFERTA RIF. PRAP-0738/2020-1145 DEL 13/03/2020 (da citare nelle risposte) - PROCEDURA APERTA PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 4 (QUATTRO) ANNI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI PER ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE SICILIA - GARA N. 690 - DELIBERA REGIONE SICILIA D.A.S. N. 1332 DEL 10/06/2019 - DELIBERA DI ADESIONE N. 096/2020 - LETTERA DI SOSTITUZIONE

Con riferimento a quanto in oggetto, vista la rapidità con cui le innovazioni tecnologiche vengono implementate nei materiali da noi commercializzati, con la presente la sottoscritta Abbott Medical Italia S.r.l. è lieta di comunicarVi la propria disponibilità, ad effettuare la seguente sostituzione:

**LOTTO N. 6A
IL DEFIBRILLATORE ASSURA QUADRA CD3371-40QC VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE MODELLO:**

➤ **GALLANT HF CDHFA500Q**

Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettrocattetero sinistro quadripolare e dotato di stimolazione MultiPoint, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), dotato di telemetria wireless Bluetooth Low Energy, funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia sia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard) che per assicurare la terapia quando necessaria (VF Therapy Assurance™), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e di algoritmo di ottimizzazione del ritardo AV in maniera dinamica sulla base dell'attività del paziente (SyncAV™ plus). Il dispositivo è inoltre dotato di algoritmo di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente acustici e compatibilità con con l'applicazione mobile per il monitoraggio remoto myMerlinPulse™. Compatibilità MRI a 1,5 e 3 T.
Telemetria: induttiva e Bluetooth Low Energy



Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Connettore ventricolare: DF4 - IS4
Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court -
Sylmar, CA 91342 USA
Prodotto Marchiato CE
Classe di appartenenza: AIMD
Confezione singola
Codice prodotto: CDHFA500Q
Codice CND: J01050301
N. Repertorio: 1898874/R
Famiglia prodotto codice: IT GALLANT HFA500Q

Tale prodotto Vi verrà fornito alle medesime condizioni economiche e più precisamente a Euro 13.100,00 tredicimilacento / 00 + IVA al 4%

Ad integrazione del defibrillatore modello GALLANT HF CDHFA500Q:

➤ APPLICAZIONE MYMERLINPULSE APP1004-APP1005

L'applicazione myMerlinPulse™ scaricabile sullo smartphone Android™ e Apple™ del paziente consente di effettuare il monitoraggio remoto dei defibrillatori dotati di tecnologia Bluetooth Low Energy attraverso la rete

Merlin.net™ Patient Care Network (PCN) permettendo anche l'invio di trasmissioni da paziente da remoto in caso di necessità. Consente l'invio di notifiche al paziente in caso di allarme nel dispositivo di natura tecnica e clinica.

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division 15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE

Classe di appartenenza : AIMD

Codice prodotto:

Piattaforma Android™ APP1004

Piattaforma Apple™ APP1005

Codice CND: J010280


N. Repertorio:

APP1004: 1898876/R

APP1005: 1898879/R

Famiglia prodotto codice: IT APP PULSE

Scaricabile gratuitamente da Apple Store o GooglePlay



Abbott

Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

➤ **SMARTPHONE MTX2000**

Smartphone dedicato per l'installazione dell'applicazione myMerlinPulse™ che consente la comunicazione via bluetooth con i defibrillatori dotati di questa tecnologia (Bluetooth LE).

Codice prodotto : MTX2000

Codice CND: N/A

N. Repertorio: N/A

Famiglia prodotto codice: IT MTX2000

In sconto merce nel caso in cui il paziente non fosse dotato di proprio smartphone

Rimangono invariate tutte le altre condizioni economiche e di fornitura.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Abbott Medical Italia S.r.l.
Carlo Fagnani
Procuratore

Da "BOSTONSCIENTIFIC.TENDER" <bostonscientific.tender@legalmail.it>
A "ape.ospedalecivicopa@pec.it" <ape.ospedalecivicopa@pec.it>
Cc "giuseppe.salamone@arnascivico.it" <giuseppe.salamone@arnascivico.it>
Data martedì 18 gennaio 2022 - 16:44

Dott. Sperito
Reg. Salamone
24/01/22

Comunicazione di Aggiornamento tecnologico degli elettrocateretri da stimolazione a fissaggio attivo - Procedura aperta per la definizione di un Accordo Quadro della durata di 4 (quattro) anni per la fornitura di dispositivi medici impiantabili attivi per elettrostimolazione cardiaca alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia (Lotti 2-5-6)

Buongiorno,
trasmettiamo in allegato proposta di sostituzione nella gara regionale in oggetto e relativa documentazione.
A disposizione per ogni chiarimento in merito.
Cordiali saluti

BOSTON SCIENTIFIC SPA
Ufficio Gare
Luca Galbiati

Allegato(i)

PALERMO ARNAS_Agg.to tecnologico INGEVITY+ Lotti 2-5-6.pdf (156 KB)
PALERMO ARNAS_Agg.to tecnologico INGEVITY+ Lotti 2-5-6.pdf.p7m (159 KB)
documenti ingevity+.zip (7117 KB)

PROT. 1669
DEL 24/1/2022

Spett.le

ARNAS CIVICO - DI CRISTINA
P.ZA N. LEOTTA, 4
90127 PALERMO PA

Milano, 18 gennaio 2022

Is rif.to: Prot. N. ADES-0867/2020-1069/CRM/og/18/01/2022/1g

OGGETTO: Procedura aperta per la definizione di un Accordo Quadro della durata di 4 (quattro) anni per la fornitura di dispositivi medici impiantabili attivi per elettrostimolazione cardiaca alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia (Lotti 2-5-6) – Comunicazione di aggiornamento tecnologico degli elettrocaterteri da stimolazione a fissaggio attivo

Con la presente la sottoscritta Boston Scientific S.p.A. comunica che ha recentemente introdotto sul mercato i nuovi modelli di elettrocaterteri da stimolazione a fissaggio attivo INGEVITY+. Tali modelli presentano una miglioria nel design interno dell'elettrocatertere, con un coil trifilare che garantisce petibilità e predicibilità nella estrazione/retrazione della vite durente l'impianto.

I modelli INGEVITY+ ampliano la gamma degli elettrocaterteri da stimolazione INGEVITY MRI attualmente disponibili sul mercato e presentano le medesime caratteristiche tecniche in termini di:

- dimensione del corpo dell'elettrocatertere
- connessione IS1
- compatibilità MRI
- materiali dei conduttori e degli isolanti
- performance elettriche e affidabilità in acuto e in cronico

Di seguito i nuovi codici disponibili, che si propongono in affiancamento alle medesime condizioni economiche per i **Lotti 2-5-6** della procedura in oggetto:

UPN	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.	CND	Repertorio
7840	INGEVITY+ Elettrocatertere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D	€ 100,00 (cento / 00)	4%	1	J0190010102	2187373/R
7841	INGEVITY+ Elettrocatertere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	€ 100,00 (cento / 00)	4%	1	J0190010102	2187373/R
7842	INGEVITY+ Elettrocatertere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	€ 100,00 (cento / 00)	4%	1	J0190010102	2187373/R

Condizioni di vendita: COME DA CONTRATTO

Per tutti gli ulteriori dettagli di questa procedura di gara, si prega di rivolgersi all'Ufficio Gare, presso l'indirizzo di cui sopra, o al numero di telefono 02/269831, o al fax 02/26983230, o all'indirizzo e-mail tender.italy@bsci.com.

OSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Procuratore

Marco Boniardi

[firmato digitalmente]

Referente: Ufficio Gare

☎ 02/269831 / 📠 02/26983230

e-mail: tender.italy@bsci.com

Boston Scientific S.p.A. - Direzione e coordinamento di Target Therapeutics, Inc.

Sede legale: Viale E. Forlanini, 23 – 20134 Milano Italy

Capitale sociale € 1.230.000 – N. Reg. P.IVA & C.F. 11206730159 – N. REA MI 1447573

Allyet C

Allegato 2



Spettabile
A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA E BENEFRATELLI
U.O.C. Provveditorato ed Economato
PIAZZA NICOLA LEOTTA n. 4 - 90127 PALERMO
PEC: ospedalecivicopa@pec.it

e.p.c. U.O. CARDIOLOGIA
e.p.c. SC. FARMACIA (Fax 091.6662672)

Rubano, 18/10/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – COMUNICAZIONE SOSTITUZIONE PRODOTTI

Con la presente, in riferimento alla "ADESIONE ACCORDO QUADRO CENTRALE UNICA DI COMMITENZA DELLA REGIONE SICILIANA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI PER ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE SICILIA DELLA DURATA DI 4 ANNI", Medico S.p.A. Vi informa che il pacemaker mod. **Iris VDR** attualmente fornito esce di produzione e viene sostituito con lo stesso mod. MRI compatibile, commercializzato da quest'anno. Inoltre anche l' elettrocatterete mod. **Phymos 4** viene affiancato dal suo mod. MRI:

Pacemaker mod. **Iris VDD MRI** → sostituisce il mod. Iris VDR (LOTTO 1 A-B)
Elettrocatterete mod. **Phymos 44 MRI + 44 L MRI** → affiancano il mod. CATPH4 (LOTTO 1 A-B)

E' caratterizzato da tecnologia e prestazioni più avanzate e venduto alle medesime condizioni economiche.

Tali prodotti sono dotati di omologazione C.E. e quindi sono perfettamente in regola con la normativa in vigore, di seguito ne riportiamo codice CND e Nr. di Repertorio:

PRODOTTO		CODICE PRODOTTO	NR. REPERTORIO	CND
ARTICOLO FUORI PRODUZIONE	Pacemaker mod. Iris VDR	PMIRISVDR	1492801/R	J01010202
ARTICOLO ATTUALMENTE DISPONIBILE	Pacemaker mod. Iris VDD MR	PMIRISVDDM	2089570/R	J01010202
Elettrocatterete mod. Phymos 44 MRI		CATPH44R	2089607/R	J0190010104
Elettrocatterete mod. Phymos 44 L MRI		CATPH44LR	2089634/R	J0190010104

Dei suddetti prodotti Vi allegiamo la Certificazione CE, e la relativa scheda tecnica.

Fiduciosi che apprezzerete questa nuova iniziativa che punta decisamente al miglioramento delle relazioni tra le nostre Aziende, attraverso il miglioramento degli standard terapeutici che potrete riservare ai pazienti che saranno curati presso i Reparti di Cardiologia della Vostra Azienda, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MEDICO S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Eugenio Centin Snichelotto

Prof. Salamone
16/09/2021



Servizio Provveditorato ARNAS Civico <provveditorato@arnascivico.it>

Proposta sostituzione dispositivi per la resincronizzazione cardiaca lotto nr. 5

1 messaggio

Ufficio Gare - Italy <UfficioGare.Italy@crm.microport.com>

9 settembre 2021 11:31

A: "provveditorato@arnascivico.it" <provveditorato@arnascivico.it>, "giuseppe.sgarito@arnascivico.it" <giuseppe.sgarito@arnascivico.it>

In allegato la nostra comunicazione.

Si resta a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

MicroPort CRM S.r.l.

Ufficio Gare

Tel. 02 38591400

 **21-0988.pdf**
136K

Ns. Rif. 0988/2021/CC/gb

Spettabile
ARNAS CIVICO DI CRISTINA E BENFRATELLI
Piazza N. Leotta, 4
90127 PALERMO

c.a.: UOC PROVVEDITORATO
Rag. Giuseppe Salamone
email: provveditorato@arnascivico.it

Reparto Cardiologia
c.c.: Dr. Giuseppe Sgarito
email: giuseppe.sgarito@arnascivico.it

Milano, 09 settembre 2021

OGGETTO:
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 4 (QUATTRO) ANNI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI PER ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE SICILIA. Numero Gara: 6909977 LOTTO 5: 7284377A0E

- **Proposta sostituzione dispositivi per la resincronizzazione cardiaca lotto nr. 5**

Con la presente la scrivente Microport CRM S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Claudio Crippa, domiciliato per la carica in via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC), ha il piacere di comunicare che, a seguito di un processo di rinnovamento del proprio portafoglio prodotti, ha attivato le azioni necessarie per la commercializzazione di una nuova famiglia di CRTD denominata **GALI**.

La famiglia **GALI**, conservando le caratteristiche tecniche e gli algoritmi della famiglia precedente PLATINIUM, presenta in aggiunta le seguenti migliorie:

- Autosoglia in tutte le camere di stimolazione che consente di testare periodicamente e adattare l'energia di stimolazione in base alle esigenze di ciascun paziente tra i follow-up;
- Soglia sx automatica durante follow up in ambulatorio che consente di testare tutte le configurazioni di stimolazioni disponibili in modo automatico;
- Migliore longevità;
- Migliore efficienza del follow up grazie ad una lettura più rapida della diagnostica.

In virtù di quanto previsto dalla clausola di aggiornamento tecnologico, si rende pertanto disponibile ad offrire i modelli GALI in sostituzione dei modelli PLATINIUM, confermando le attuali condizioni economiche di fornitura, come qui di seguito meglio specificate:

MICROPORT CRM S.R.L.

SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA E STABILIMENTO VIA CRESCENTINO SNC 13040 SALUGGIA (VC) T.+39 0161 4871 F 39 0161 487681

SEDE COMMERCIALE VIALE MONZA 338 20128 MILANO, ITALY

CONTACT T +39 02 35964500 F +39 02 35964590 SERVIZIO CLIENTI ITALIA T +39 02 38591400

INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE T +39 02 38591401

LOTTO	MODELLO ATTUALE	MODELLO IN SOSTITUZIONE	CND	RDM	PREZZO
5	PLATINIUM SONR CRT-D 1811 Cod. TDF034C	GALI SONR CRT-D 2811 Cod. TDF046C	J01050301	2130841	€ 10.500,00
5	PLATINIUM SONR CRT-D 1841 Cod. TDF038C	GALI SONR CRT-D 2841 Cod. TDF052C	J01050301	2130844	€ 10.500,00
5	PLATINIUM 4LV SONR CRT-D 1844 Cod. TDF040C	GALI SONR CRT-D 4LV 2844 Cod. TDF054C	J01050301	2130850	€ 10.500,00

Nella speranza di aver fatto con la presente cosa gradita, cogliamo l'occasione per ricordarVi che restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento e per porgere i nostri migliori saluti.

Microport CRM S.r.l.
 Legale Rappresentante
 Claudio Crippa

Referente pratica: Giancarla Baldassarre
Contract & pricing Admin – Customer Service Italy: tel. 02/38 59 1400
E-mail gare: ufficiogare.italy@crm.microport.com
E-mail ordini: customerservice.italy@crm.microport.com
Pec: microportcrm@legalmail.com

MICROPORT CRM S.R.L.

SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA E STABILIMENTO VIA CRESCENTINO SNC 13040 SALUGGIA (VC) T.+39 0161 4871 F 39 0161 487681

SEDE COMMERCIALE VIALE MONZA 338 20128 MILANO, ITALY

CONTACT T +39 02 35964500 F +39 02 35964590 **SERVIZIO CLIENTI ITALIA** T +39 02 38591400

INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE T +39 02 38591401



A. Civico Di Cristina Palermo

Servizio Provveditorato ARNAS Civico <provveditorato@arnascivico.it>

Allegato F

Rep. Sgarito

Invio proposta di sostituzione dispositivi Abbott

1 messaggio

Anselmi, Vittorio <vittorio.anselmi@abbott.com>

28 gennaio 2022 15:40

A: "provveditorato@arnascivico.it" <provveditorato@arnascivico.it>

Cc: "giuseppe.sgarito@arnascivico.it" <giuseppe.sgarito@arnascivico.it>

In relazione alla Vs delibera numero 636 del 14/05/2021 si propone aggiornamento tecnologico alle stesse condizioni economiche per i dispositivi presenti ai lotti:

- Lotto 7: Defibrillatori monocamerale
- Lotto 8: Defibrillatori bicamerale

Si resta in attesa di un Vs riscontro.

Cordiali saluti,

Vittorio Anselmi

*PROT. 3300
DEL 9/2/2022*

2 allegati

Sostituzione Entrant DR.pdf
841K

Sostituzione Entrant VR.pdf
965K



Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Referente: Cristina Vecchi
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: +39 02 35961082
Fax ufficio gare: 02 3596 1100
Indirizzo E-mail: cristina.vecchi@abbott.com
Ns. Rif.: TU02-0963/2021-1350

Codice Cliente: 1000050791

Spett.le
ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PIAZZA N. LEOTTA, 4
90127 PALERMO - PA

Sesto San Giovanni, 28/09/2021

OGGETTO: VS. DELIBERA DI ADESIONE N. 636 DEL 14/05/2021 - GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, IN UNDICI LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2113

Spett.le Ente,

In relazione alla Vs. Delibera n. 000636 del 14 Maggio 2021 di stipula di appalti specifici, in particolare per quanto attiene al Lotto n. 8 ed al prodotto da noi commercializzato Fortify Assura DR con connettore DF-4 cod. CD2359-40QC, ed in considerazione che il suddetto lotto fa riferimento alla Convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. in data 22 Luglio 2020, con la presente, considerata l'evoluzione tecnologica dei dispositivi, ci rendiamo disponibili ad offrirVi alle stesse condizioni economiche del prodotto citato, il dispositivo Entrant DR con connettore DF-4 cod. CDDRA300Q, recentemente immesso nel mercato con caratteristiche innovative.

➤ **ENTRANT DR CDDRA300Q**

Defibrillatore impiantabile, bicamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (36J), dotato di telemetria wireless Bluetooth Low Energy, funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia sia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard) che per assicurare la terapia quando necessaria (VF Therapy Assurance™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente acustici e compatibilità con l'applicazione mobile per il monitoraggio remoto myMerlinPulse™. Compatibilità MRI a 1,5 e 3 T.

Telemetria: induttiva e Bluetooth Low Energy

Connettore: DF4

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE


Confezione Singola

Classe di appartenenza: AIMD

Cap. Sociale € 20.000.000 i.v.

Codice fiscale - Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi 11264670156

Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories, Chicago Illinois USA



Abbott

Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Codice prodotto: CDDRA300Q
Codice CND: J01050201
N. Repertorio: 1965225/R
Famiglia prodotto codice: IT ENTRANT DRA300Q


Prezzo unitario offerto: Euro 6.500,00 (seimilacinquecento / 00)
IVA applicabile: 4%

Certi di farvi cosa gradita, porgiamo cordiali saluti

Abbott Medical Italia S.r.l.
Carlo Fagnani
Procuratore speciale

27/1/2022

Si accetta come aggiornamento
tecnologico.



Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Referente: Cristina Vecchi
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: +39 02 35961082
Fax ufficio gare: 02 35961100
Indirizzo E-mail: cristina.vecchi@abbott.com - italytender@abbott.com
Ns. Rif.: PROF-0592/2021-1659

Codice Cliente: 1000050791

Spett.le
ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PIAZZA N. LEOTTA, 4
90127 PALERMO - PA

Sesto San Giovanni, 19/11/2021

provveditorato@arnascivico.it

OGGETTO: VS. DELIBERA DI ADESIONE N. 636 DEL 14/05/2021 - GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, IN UNDICI LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2113

Spett.le Ente,

In relazione alla Vs. Delibera n. 000636 del 14 Maggio 2021 di stipula di appalti specifici, in particolare per quanto attiene al Lotto n. 7 ed al prodotto da noi commercializzato Fortify Assura VR con connettore DF-4 cod. CD1359-40QC, ed in considerazione che il suddetto lotto fa riferimento alla Convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. in data 22 Luglio 2020, con la presente, considerata l'evoluzione tecnologica dei dispositivi, ci rendiamo disponibili ad offrirVi alle stesse condizioni economiche del prodotto citato, il dispositivo Entrant VR con connettore DF-4 cod. CDVRA300Q, recentemente immesso nel mercato con caratteristiche innovative.

➤ **ENTRANT VR CDVRA300Q**

Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (36J), dotato di telemetria wireless Bluetooth Low Energy, funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia sia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard) che per assicurare la terapia quando necessaria (VF Therapy Assurance™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente acustici e compatibilità con l'applicazione mobile per il monitoraggio remoto myMerlinPulse™. Compatibilità MRI a 1,5 e 3 T.

Telemetria: induttiva e Bluetooth Low Energy

Connettore: DF4

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA


Prodotto marchiato CE

Confezione Singola

Cap. Sociale € 20.000.000 i.v.

Codice Fiscale - Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi 11204070156

Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories - Chicago Illinois USA



Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Classe di appartenenza: AIMD
Codice prodotto: CDVRA300Q
Codice CND: J01050101
N. Repertorio: 1965222/R
Famiglia prodotto codice: IT ENTRANT VRA300Q

Prezzo unitario offerto: Euro 6.700,00 (seimilasettecento / 00)
IVA applicabile: 4%

Certi di farvi cosa gradita, porgiamo cordiali saluti

Abbott Medical Italia S.r.l.
Carlo Fagnani
Procuratore speciale

27/01/2022

Si accetta come aggiornamento
tecnologico.

6346



Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjmit.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel: +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Referente: Cristina Vecchi
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: +39 02 35961082
Fax ufficio gare: 02 35961100
Indirizzo E-mail: cristina.vecchi@abbott.com - italytender@abbott.com
Ns. Rif.: PROF-0592/2021-1659

Codice Cliente: 1000050791

Spett.le
ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PIAZZA N. LEOTTA, 4
90127 PALERMO - PA

Sesto San Giovanni, 19/11/2021

provveditorato@arnascivico.it

OGGETTO: VS. DELIBERA DI ADESIONE N. 636 DEL 14/05/2021 - GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, IN UNDICI LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2113

Spett.le Ente,

In relazione alla Vs. Delibera n. 000636 del 14 Maggio 2021 di stipula di appalti specifici, in particolare per quanto attiene al Lotto n. 7 ed al prodotto da noi commercializzato Fortify Assura VR con connettore DF-4 cod. CD1359-40QC, ed in considerazione che il suddetto lotto fa riferimento alla Convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. in data 22 Luglio 2020, con la presente, considerata l'evoluzione tecnologica dei dispositivi, ci rendiamo disponibili ad offrirVi alle stesse condizioni economiche del prodotto citato, il dispositivo Entrant VR con connettore DF-4 cod. CDVRA300Q, recentemente immesso nel mercato con caratteristiche innovative.

➤ **ENTRANT VR CDVRA300Q**

Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (36J), dotato di telemetria wireless Bluetooth Low Energy, funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia sia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard) che per assicurare la terapia quando necessaria (VF Therapy Assurance™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente acustici e compatibilità con l'applicazione mobile per il monitoraggio remoto myMerlinPulse™. Compatibilità MRI a 1,5 e 3 T.

Telemetria: induttiva e Bluetooth Low Energy

Connettore: DF4

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE

Confezione Singola

Cap. Sociale € 20.000.000 i.v.

Codice Fiscale - Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi 11264/2015s

Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories - Chicago Illinois USA



Abbott

Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjra.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Classe di appartenenza: AIMD
Codice prodotto: CDVRA300Q
Codice CND: J01050101
N. Repertorio: 1965222/R
Famiglia prodotto codice: IT ENTRANT VRA300Q

Prezzo unitario offerto: Euro 6.700,00 (seimilasettecento / 00)
IVA applicabile: 4%


Certi di farvi cosa gradita, porgiamo cordiali saluti

Abbott Medical Italia S.r.l.
Carlo Fagnani
Procuratore speciale

27/01/2022

Si accetta come appozzamento
tecnologico.

6346



Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Referente: Cristina Vecchi
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: +39 02 35961082
Fax ufficio gare: 02 35961100
Indirizzo E-mail: cristina.vecchi@abbott.com - italytender@abbott.com
Ns. Rif.: PROF-0592/2021-1659

Codice Cliente: 1000050791

Spett.le
ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PIAZZA N. LEOTTA, 4
90127 PALERMO - PA

Sesto San Giovanni, 19/11/2021

provveditorato@arnascivico.it

OGGETTO: VS. DELIBERA DI ADESIONE N. 636 DEL 14/05/2021 - GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, IN UNDICI LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2113

Spett.le Ente,

In relazione alla Vs. Delibera n. 000636 del 14 Maggio 2021 di stipula di appalti specifici, in particolare per quanto attiene al Lotto n. 7 ed al prodotto da noi commercializzato Fortify Assura VR con connettore DF-4 cod. CD1359-40QC, ed in considerazione che il suddetto lotto fa riferimento alla Convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. in data 22 Luglio 2020, con la presente, considerata l'evoluzione tecnologica dei dispositivi, ci rendiamo disponibili ad offrirVi alle stesse condizioni economiche del prodotto citato, il dispositivo Entrant VR con connettore DF-4 cod. CDVRA300Q, recentemente immesso nel mercato con caratteristiche innovative.

➤ **ENTRANT VR CDVRA300Q**

Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (36J), dotato di telemetria wireless Bluetooth Low Energy, funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia sia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard) che per assicurare la terapia quando necessaria (VF Therapy Assurance™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente acustici e compatibilità con l'applicazione mobile per il monitoraggio remoto myMerlinPulse™. Compatibilità MRI a 1,5 e 3 T.

Telemetria: induttiva e Bluetooth Low Energy

Connettore: DF4

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA


Prodotto marchiato CE

Confezione Singola

Cap. Sociale € 20.000.000 I.v.

Codice Fiscale - Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi 11203070156

Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories - Chicago Illinois, USA



Abbott

Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Classe di appartenenza: AIMD
Codice prodotto: CDVRA300Q
Codice CND: J01050101
N. Repertorio: 1965222/R
Famiglia prodotto codice: IT ENTRANT VRA300Q

Prezzo unitario offerto: Euro 6.700,00 (seimilasettecento / 00)
IVA applicabile: 4%

Certi di farvi cosa gradita, porgiamo cordiali saluti

Abbott Medical Italia S.r.l.
Carlo Fagnani
Procuratore speciale

27/01/2022

Si accetta come aggiornamento
tecnologico.

6346

Salomone
26/11/21
R



Cristina Vecchi


Servizio Provveditorato ARNAS Civico <provveditorato@arnascivico.it>

Caratteristiche innovative - Defibrillatore ENTRANT VR CDVRA300Q

1 messaggio

Vecchi, Cristina <crisrina.vecchi@abbott.com> 19 novembre 2021 17:29
A: "provveditorato@arnascivico.it" <provveditorato@arnascivico.it>
Cc: "De Wolanski, Alessandro" <alessandro.dewolanski@abbott.com>, "Anselmi, Vittorio" <vittorio.anselmi@abbott.com>


Buonasera,
con la presente trasmettiamo quanto in oggetto.
Cordiali saluti



Cristina Vecchi	Abbott Medical Italia S.r.l.	O: +39 0235961082
Bid & Tender Sr. Specialist Italy	Sesto San Giovanni	M: +39 342 6791178
	Viale Thomas Alva Edison, 110	F: +39 0235 96 1001
	20099 – Sesto San Giovanni	E: crisrina.vecchi@Abbott.com

PROF-0592-ENTRANT VR .pdf
86K

PROT 24227
DEL 29-11-2021



Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Referente: Cristina Vecchi
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: +39 02 35961082
Fax ufficio gare: 02 35961100
Indirizzo E-mail: cristina.vecchi@abbott.com - italytender@abbott.com
Ns. Rif.: PROF-0592/2021-1659

Codice Cliente: 1000050791

Spett.le
ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PIAZZA N. LEOTTA, 4
90127 PALERMO - PA

Sesto San Giovanni, 19/11/2021

provveditorato@arnascivico.it

OGGETTO: VS. DELIBERA DI ADESIONE N. 636 DEL 14/05/2021 - GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, IN UNDICI LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2113

Spett.le Ente,

In relazione alla Vs. Delibera n. 000636 del 14 Maggio 2021 di stipula di appalti specifici, in particolare per quanto attiene al Lotto n. 7 ed al prodotto da noi commercializzato Fortify Assura VR con connettore DF-4 cod. CD1359-40QC, ed in considerazione che il suddetto lotto fa riferimento alla Convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. in data 22 Luglio 2020, con la presente, considerata l'evoluzione tecnologica dei dispositivi, ci rendiamo disponibili ad offrirVi alle stesse condizioni economiche del prodotto citato, il dispositivo Entrant VR con connettore DF-4 cod. CDVRA300Q, recentemente immesso nel mercato con caratteristiche innovative.

➤ **ENTRANT VR CDVRA300Q**

Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (36J), dotato di telemetria wireless Bluetooth Low Energy, funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia sia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard) che per assicurare la terapia quando necessaria (VF Therapy Assurance™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente acustici e compatibilità con l'applicazione mobile per il monitoraggio remoto myMerlinPulse™. Compatibilità MRI a 1,5 e 3 T.

Telemetria: induttiva e Bluetooth Low Energy

Connettore: DF4

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA


Prodotto marchiato CE

Confezione Singola

Cap. Sociale € 20.000.000 i.v.

Codice Fiscale - Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 11264670156

Società sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories Chicago Illinois USA



Abbott Medical Italia S.r.l.
Sede Legale:
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 35 96 11
Fax: +39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Classe di appartenenza: AIMD
Codice prodotto: CDVRA300Q
Codice CND: J01050101
N. Repertorio: 1965222/R
Famiglia prodotto codice: IT ENTRANT VRA300Q

Prezzo unitario offerto: Euro 6.700,00 (seimilasettecento / 00)
IVA applicabile: 4%

Certi di farvi cosa gradita, porgiamo cordiali saluti

Abbott Medical Italia S.r.l.
Carlo Fagnani
Procuratore speciale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Fagnani', written in a cursive style.



consip

Allegato G

Inviata via PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett. le

Boston SCIENTIFIC S.p.A.

c.a. Dott. Carlo Siino

PEC: bostonscientific.tender@legalmail.it

Oggetto: Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca - suddiviso in undici lotti – Lotti 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 - Ampliamento Gamma Elettrocatereteri da Stimolazione a Fissaggio Attivo - Ingevity Plus

Con Vostra comunicazione del, 13 gennaio 2022 (rif.to: Prot. N. 09/22/cr-CRM/cs), relativa all'Accordo Quadro in oggetto, è stato proposto un ampliamento dei dispositivi offerti in gara.

Più precisamente, è stato proposto un ampliamento alla gamma elettrocatereteri da stimolazione a fissaggio attivo - **ingevity plus**.

Sulla base dell'esame dei documenti presentati e delle verifiche eseguite dalla Commissione a tal uopo nominata, accertato che il nuovo modello offerto rappresenta un miglioramento delle funzionalità cliniche per alcune tipologie di pazienti, Consip S.p.A. comunica l'accettazione, rimanendo invariati modalità, termini, condizioni e corrispettivi della fornitura nel suo complesso.

Si precisa, altresì, che i nuovi modelli proposti dovranno essere disponibile per gli ordinativi di fornitura con decorrenza dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Con i migliori saluti.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)

CRISTIANO
CANNARSA
CONSIP S.P.A
28.01.2022
13:41:00 UTC

Inviata via PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett. le

Boston SCIENTIFIC S.p.A.

c.a. Dott. Carlo Siino

PEC: bostonscientific.tender@legalmail.it

Oggetto: Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca - suddiviso in undici lotti – Lotti 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 - Ampliamento Gamma Elettrocatereteri da Stimolazione a Fissaggio Attivo - Ingevity Plus

Con Vostra comunicazione del, 13 gennaio 2022 (rif.to: Prot. N. 09/22/cr-CRM/cs), relativa all'Accordo Quadro in oggetto, è stato proposto un ampliamento dei dispositivi offerti in gara.

Più precisamente, è stato proposto un ampliamento alla gamma elettrocatereteri da stimolazione a fissaggio attivo - **ingevity plus**.

Sulla base dell'esame dei documenti presentati e delle verifiche eseguite dalla Commissione a tal uopo nominata, accertato che il nuovo modello offerto rappresenta un miglioramento delle funzionalità cliniche per alcune tipologie di pazienti, Consip S.p.A. comunica l'accettazione, rimanendo invariati modalità, termini, condizioni e corrispettivi della fornitura nel suo complesso.

Si precisa, altresì, che i nuovi modelli proposti dovranno essere disponibile per gli ordinativi di fornitura con decorrenza dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Con i migliori saluti.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)

CRISTIANO
CANNARSA
CONSIP S.P.A
28.01.2022
13:41:00 UTC

	DESCRIZIONE	CND	REPERTORIO
Ingevity+ mod. 7840	Elettrocatteter da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D	J0190010102	2187373/R
Ingevity+ mod. 7841	Elettrocatteter da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J0190010102	2187373/R
Ingevity+ mod. 7842	Elettrocatteter da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	J0190010102	2187373/R



Servizio Provveditorato ARNAS Civico <provveditorato@arnascivico.it>

Rep. Salamone

Codifica nuovi Prodotti : AQ Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca -suddiviso in undici lotti

1 messaggio

Mangano, Vito <Vito.Mangano@crm.microport.com>

1 febbraio 2022 10:52

A: "provveditorato@arnascivico.it" <provveditorato@arnascivico.it>, "giuseppe.salamone@arnascivico.it"

<giuseppe.salamone@arnascivico.it>

Cc: Marco Brugnano <marcobrugnano4@gmail.com>

DA STAMPARE
SCHEDE TECNICHE

Buongiorno rag. Salamone,

Ho provato a contattarla telefonicamente per anticiparle l'invio della presente email contenente Accettazione Consip di Affiancamento e di Sostituzione prodotto relativi ai lotti N 5 e N 8 come di seguito riportato:

1. **Lotto N 5** Prodotto Microport CRM Aggiudicato (TEO DR - cod. TPM016C):

- **Ora In affiancamento** con nuovo prodotto (Borea DR 1500 - cod. TPM022C);
(CONSIP_PROT_17962_2021_41, in allegato).

2. **Lotto N 8** Prodotto Microport CRM Aggiudicato (PLATINIUM DR 1510 - cod. TDF032C / PLATINIUM DR 1540 - cod. TDF03C):

- **Ora In sostituzione** con nuovo prodotto (EDIS DR 2410 - cod. TDF042C / EDIS DR 2440 - cod. TDF048C)
(CONSIP_PROT_4458_2022_41, in allegato).

PROT. 3145
DEL 8/2/2022

Nella speranza di aver fatto con la presente cosa gradita, colgo l'occasione per ricordarle che rimango a completa disposizione per ogni ulteriore

informazione e/o chiarimento.

Cordialmente,

Vito MANGANO

Vito Mangano

District Manager -Regione Sicilia




O: +39 02 38591400 M: +39 348 2539388

Website: <https://www.microport.com> Email: vito.mangano@crm.microport.com

Add: Viale Monza 338 , 20128 Milano, Italy



Confidentiality and Privacy Statement: This communication may contain privileged or other confidential information of MicroPort company. If you have received it in error, please advise the sender by reply e-mail and immediately delete the message and any attachments. If you are not the intended recipient, any copying, forwarding, preservation, or dissemination of all or part of this mail is illegal and prohibited. Thank you for your cooperation.



3 allegati

CONSIP_PROT_17962_2021_41.pdf
251K

CONSIP_PROT_4458_2022_41.pdf
678K

Schede tecniche.zip
598K



Inviata via PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett. le

MicroPort CRM S.r.l.,

c.a. Dott. Claudio CRIPPA

PEC: microportcrm@legalmail.it

Oggetto: Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca - suddiviso in undici lotti – Lotto 5 - Pacemaker bicamerali funzioni avanzate e algoritmi dedicati – richiesta di affiancamento

Con Vostra comunicazione del 16 luglio 2021 (Ns. Rif. 0800/2021/CC/fc), relativa all'Accordo Quadro in oggetto, è stato proposto un nuovo modello in affiancamento al dispositivo offerto in gara per il lotto 5 (Pacemaker bicamerali funzioni avanzate e algoritmi dedicati).

Più precisamente, è stato proposto un nuovo pacemaker denominato **"Borea DR" in affiancamento al dispositivo offerto in gara "TEO DR"**.

Sulla base dell'esame dei documenti presentati e delle verifiche eseguite dalla Commissione a tal uopo nominata, accertato che il nuovo modello offerto rappresenta un miglioramento delle funzionalità cliniche per alcune tipologie di pazienti, Consip S.p.A. comunica l'accettazione, rimanendo invariati modalità, termini, condizioni e corrispettivi della fornitura nel suo complesso.

Si precisa, altresì, che i nuovi modelli proposti dovranno essere disponibile per gli ordinativi di fornitura con decorrenza dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Con i migliori saluti.

Ing. Cristiano Cannarsa

(L'Amministratore Delegato)

CRISTIANO CANNARSA
CONSIP S.P.A.

30.07.2021 15:14:07 UTC



consip

Inviata via PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett. le

MicroPort CRM S.r.l.,

c.a. Dott. Claudio CRIPPA

PEC: microportcrm@legalmail.it

Oggetto: Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca - suddiviso in undici lotti – Lotto 8 - Defibrillatori bicamerale standard e relativi elettrocateri - richiesta di aggiornamento Tecnologico

Con Vostra comunicazione del 03 Agosto 2021 (Rif. 0864/2021/CC/im), relativa all'Accordo Quadro in oggetto, è stato proposto un nuovo modello in sostituzione al dispositivo offerto in gara per il lotto 8.

Più precisamente, è stato proposto un nuovo dispositivo **EDIS DR 2410 cod. TDF042C/EDIS DR 2440 cod. TDF048C** in sostituzione di **PLATINIUM DR 1510/PLATINIUM DR 1540**.

Sulla base dell'esame dei documenti presentati e delle verifiche eseguite dalla Commissione a tal uopo nominata, accertato che il nuovo modello offerto rappresenta un miglioramento delle funzionalità cliniche per alcune tipologie di pazienti, Consip S.p.A. comunica l'accettazione, rimanendo invariati modalità, termini, condizioni e corrispettivi della fornitura nel suo complesso.

Si precisa, altresì, che i nuovi modelli proposti dovranno essere disponibile per gli ordinativi di fornitura con decorrenza dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Con i migliori saluti.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)

CRISTIANO
CANNARSA
CONSIP S.P.A.
28.01.2022
13:41:32 UTC


RUP Agg. Solomone

Sr. Trime

C000718

Igloco 14/2/22

Allyst I



MEDICO
Italian Design for Life

Spett.le

A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA E BENEFRATELLI
PIAZZA NICOLA LEOTTA N.4
90127 PALERMO (PA)

Mail: PEC: ospedalecivicopa@pec.it

Comunicazione variazioni societarie.

Con la presente siamo a comunicare che:

- dal giorno 27 dicembre 2021 la nostra società è iscritta come PMI Innovativa nella sezione speciale del Registro Imprese di Padova
- che il giorno 29/12/2021, con atto del Notaio Giulia Clarizio di Padova, Rep. N. 929, Registrazione n. 55169 del 30/12/2021 la società Medico ha:
 - cambiato la forma societaria da Società per Azioni a S.R.L.
 - aumentato il proprio capitale da € 3.202.897 a € 4.002.897
 - le variazioni sono state recepite nel Registro delle Imprese di Padova il giorno 17/01/2022 al n. PD118383

Rimangono invariati: codice fiscale e partita Iva, numeri telefonici, indirizzi e-mail, sito internet, indirizzi della sede operativa direzione e stabilimento, della sede legale, codice univoco, REA, registro AEE, codice LEI e tutti gli altri dati.

Invitiamo pertanto, i nostri Clienti, i nostri Fornitori e tutti i partner e le istituzioni di aggiornare i propri archivi elettronici apportando la variazione della nuova forma societaria su tutti i documenti fiscali a noi indirizzati con effetto a decorrere dal 17/01/2022

RingraziandoVi per l'attenzione e collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Medico S.r.l.

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0003120
Data Prot. : 08-02-2022 09:37:53
Tipo Reg. : Entrata
Cod. Reg. : REG_PRO_GEN_191217170554_E_U

