



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

000371

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Procedura ad affidamento diretto ex art. 1 comma 2 L. 120/2020 lett. a) come sostituita dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 legge 108 del 2021, per la fornitura e installazione di n. 1 Ecografo top di gamma, di ultima generazione da destinare alla U.O.C. di Ginecologia Oncologica. CIG

Questa Amministrazione intende procedere alla fornitura di:

n. 1 Ecografo top di gamma, di ultima generazione da destinare alla U.O.C. di Ginecologia Oncologica le cui caratteristiche necessarie a soddisfare il "fabbisogno sanitario" sono descritte nella scheda tecnica sub Allegato "A".

L'aggiudicazione sarà operata con affidamento diretto nei confronti dell'operatore economico la cui offerta sarà ritenuta più idonea a seguito di comparazione delle offerte pervenute, secondo il criterio di seguito indicato.

La valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse, sarà effettuata tenendo conto dei seguenti elementi negoziali indicati in ordine decrescente di importanza di seguito elencati:

- 1 - Attrezzatura proposta in conformità alle specifiche tecniche rispondenti al "bisogno sanitario" di cui alla scheda tecnica allegata al presente Avviso sub lett. "A"**
- 2 - Tempi di consegna**
- 3 - Prezzo più basso rispetto all'importo fissato quale base di negoziazione**

Importo base per la negoziazione € 77.000,00 Iva esclusa su cui effettuare ribasso

Termine ultimo di presentazione manifestazione di interesse: indicato sulla piattaforma MEPA

Nella manifestazione di interesse l'operatore economico interessato dovrà produrre:

1) documentazione tecnica relativa all' "Ecografo" che intende offrire, costituita da:

- Deplianti illustrativi
- Schede tecniche di casa madre del prodotto offerto
- Relazione tecnica illustrativa dalla quale si rilevi la rispondenza ai "bisogni sanitari" descritti, con l'indicazione della pagina e del rigo della scheda tecnica o del deplianti in cui riscontrare le suddette specifiche,



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

nonché tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione con indicazione anche in questo caso di numero e pagina

- Documentazione attestante la rispondenza alle direttive di riferimento (certificati e dichiarazioni della destinazione d'uso di tutti i materiali oggetto della fornitura)
- Documentazione attestante la conformità CE per l'apparecchiatura da acquisire riferibile alla tipologia, marca e modello
- Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che i prodotti offerti sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose per difetti di fabbricazione e/o posa in opera dei prodotti forniti
- **Dichiarazione che il modello di apparecchiatura offerta corrisponde all'ultima release della produzione offerta.**

2) Indicazione dei tempi di consegna (che in ogni caso non devono superare 30 gg. dalla data dall'ordine).

3) Prezzo più basso rispetto all'importo fissato quale base di negoziazione pari a € 77.000,00 Iva esclusa

L'offerta economica, munita di marca da bollo, dovrà indicare:

- il codice prodotto
- importo dello strumento (se formato da parti distinte, indicare i singoli importi)
- importo complessivo della fornitura dell'ecografo comprensivo di installazione
- i propri costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza aziendale.
- indicazione CIG
- PASS OE

Si allega altresì sub lett. "B" il capitolato prestazionale, che dovrà essere restituito con la firma per accettazione da parte del rappresentante legale dell'O.E.

Per l'ammissione alla procedura gli operatori economici dovranno altresì produrre:

- DGUE Allegato sub lett. "C", debitamente compilato in tutte le parti di pertinenza, debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata, comprensivo di tutte le dichiarazioni relative all'assenza di elementi ostativi ai sensi dell'art.80 del D.lgs 50/2016, per i soggetti previsti dal medesimo articolo.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La S.A. si riserva di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente a seguito di aggiudicazione.

Tutta la documentazione dovrà:

- essere prodotta in lingua italiana
- firmata dal legale Rappresentante dell'O.E. e corredata da documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore

Il presente Avviso, unitamente ai documenti ad esso allegati, saranno pubblicati sul MEPA – RDI n.

_____.

Si rappresenta che non essendo ad oggi disponibile sulla piattaforma MEPA/CONSIP, una funzionalità dedicata, la RDO/MEPA suindicata verrà utilizzata esclusivamente per il fine sopraindicato e, pertanto, **la ditta interessata dovrà inserire l'Offerta tecnica, l'offerta economica e la documentazione amministrativa, esclusivamente come allegati alla Sezione "Comunicazioni" all'interno della RDO di riferimento, entro i termini previsti.**


Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi della normativa vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Rosaria Tamburello email: rosaria.tamburello@arnascivico.it

Il Direttore U.O.C. Provveditorato

Ing. Mario Bisignano



SCHEDA TECNICA (ALL. "A")

N. 1 Ecografo da destinare all'U.O.C di Ginecologia Oncologica dell'A.R.N.A.S.

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
La strumentazione ecografica deve permettere:		
1. La caratterizzazione delle masse annessiali con valutazione bi e tridimensionale		
2. La valutazione del coinvolgimento cervicale neoplastico in particolare con valutazione del tumor free distance		
3. La valutazione quali e quantitative delle carcinosi peritoneali		
4. La caratterizzazione della malattia di parete pelvica con identificazione delle strutture vascolari e nervose coinvolte		
<p>Tali bisogni peculiari specifici della ginecologia oncologica rendono necessario l'acquisizione di un ecografo di ultima generazione top di gamma con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonde convex e lineare 2D • Sonda volumetrica convex • Sonda volumetrica endocavitaria con acquisizione volumetrica non inferiore a 120° <p>Tali sonde necessitano di essere complete di kit biottico</p>		
<p>I Software configurati nell'apparecchiatura ecografica devono permettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La connessione in DICOM e DICOM Q/R • La refertazione delle masse ovariche secondo la classificazione IOTA • La valutazione elastografica per la valutazione dell'interessamento cervicale • L'applicazione del più ampio campo di frequenze di ultrasuoni nella medesima immagine ecografica, al fine di poter visualizzare le strutture anatomiche difficilmente identificabili 		