

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA n.42 TEC/2022 del 25-03-2022

OGGETTO:	Riparazione ottica rigida presso la S.O. dell' U.O.C. di Chirurgia Pediatrica del P.O. G.Di Cristina .Ditta Me-Sys. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo il comma 2, lett. a, dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. CIG ZF635A2C49
-----------------	--

U.O.C. Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO	Esercizio 2022
Proposta n.43 del 22.03.2022	N° Conto economico 5.03.03.01.0101
☐ Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.	N° Conto Patrimoniale
L'Estensore <u>Concetta Arcolio</u>	Budget assegnato anno 2022 (euro) 3600.000,00
Il Direttore f.f. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
	STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>UTS - U.O.C. TECNICA</u>
	Scheda BUDGET allegata datata 22/03/2022
	Il Responsabile del procedimento <u>[firma]</u>
	Il Direttore dell'U.O.C. <u>[firma]</u>
Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.	
Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera <u>[firma]</u>	

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di marzo, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo il Direttore f.f. Ing. V. Spera in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019 assistito da Concetta Arcolio, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina

Il Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera

Visto il D. Lgs. 30.12.1992. n° 502e s.m.i.

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 876 del 06/08/2020, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore f.f. dell'U.O.C. gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che le sale operatorie dell'ARNAS hanno tra la strumentazione in dotazione ottiche rigide e strumentario chirurgico il cui funzionamento è indispensabile per l'attività operativa e diagnostica che si svolge giornalmente;

Vista la richiesta di intervento tecnico per la riparazione di n°1 ottica rigida 30° 10 mm Hopkins K. Storz, sn 121Z5F inoltrata dall'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica del P.O. G. Di Cristina, di cui in allegato;

Preso atto che:

- i servizi in oggetto del presente atto non sono disponibili su Consip;
- non sempre risulta possibile attivare una procedura finalizzata a formulare richiesta di offerta a più operatori economici, in quanto, per una corretta valutazione del guasto/danno e, conseguentemente, redazione di un accurato preventivo di spesa, per alcune tipologie di riparazioni come quelle delle ottiche rigide e flessibili, risulta possibile solo previo completa disassemblaggio del bene;
- detta circostanza comporta l'impossibilità oggettiva di garantire la *par-conditio* per tutti gli operatori economici interpellati, il disassemblaggio dell'apparecchiatura ne comporta, inevitabilmente, l'alterazione delle "condizioni iniziali", potendo costituire, contemporaneamente, una conduzione di vantaggio/svantaggio per il primo operatore economico che valuta il bene;

Visto il preventivo di spesa della ditta Soramed, rivenditore autorizzato K. Storz, relativo alla sostituzione secondo il programma "Repair Exchange", adottato dalla casa madre K. Storz, pari a € 2.839,00 iva esclusa;

Visto il preventivo di spesa n° 639/01 del 09/03/2022, per la riparazione dell'ottica 30° 10 mm Hopkins K. Storz, della ditta Me-Sys, specializzata nella riparazione di strumentario chirurgico, per un importo totale di € 460,00 iva esclusa;

Preso atto che non si fa ricorso al Mepa in quanto l'importo totale delle riparazioni è inferiore ai 5.000 euro (art.1, comma 450 della legge del 27/12/2006 e successivo art.130 della legge 30/12/18 n.145 che ha innalzato da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere a Mepa);

Atteso che il costo totale di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 460,00 oltre iva, sarà rilevato per l'esercizio economico 2022 con ordine sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo della S.O di Chirurgia Pediatrica del P.O. G. Di Cristina ;

Preso atto che:

- il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: ZEC34F1809

Visto l'articolo 36, c. 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;

Dato atto che il Dirigente proponente il seguente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del DL 23/10/1996 n° 543 come modificato dalla Legge 20/12/1996 n° 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6/11/102 n°190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione- nonché nell'osservanza dei contenuti del piano Aziendale della prevenzione della Corruzione 2019-2021;

Determina

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

Approvare la riparazione dell' ottica rigida in dotazione alla S.O. dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica del P.O. G. Di Cristina;

Affidare alla ditta Me-sys, la riparazioni dell'ottica 30° 10 mm Hopkins K. Storz, sn 121Z5F , n° 639/01 del 09/03/2022 per un importo totale di € 561,20 iva inclusa;

Prendere atto che il costo di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 561,20 Iva inclusa sarà rilevato con ordine per l'esercizio economico 2022 sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo della S. O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. G. Di Cristina;

Affidare l'esecuzione del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Tecnica che procederà a trasmettere copia dello stesso all'U.O.C. Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;

Trasmettere il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, ed alla U.O.C. Economico Finanziario;


Dare atto ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

Il Direttore f.f dell'U.O.C. Gestione Tecnica

Ing. Vincenzo Spera



Il segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 27-03-2022 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

☐ Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

☐ Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

☐ Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☒ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
