



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 5662680

FAX
091 5662672

EMAIL
provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB
www.ospedalecivicopa.org

Prot. n. 460 del 14/03/2014

OGGETTO: GARA DI BACINO MATERIALE SPECIALISTICO E PROTESICO PER NEUROCHIRURGIA – CHIARIMENTI 2

Con la presente si pubblicano i chiarimenti chiesti da alcuni operatori economici in relazione alla gara in epigrafe.

D) Si richiede la specifica dell'impianto tipo relativo ai lotti n. 133-134-135.

R) L'impianto tipo per i lotti n. 133-134-135 è il seguente:

LOTTO N. 133:

- N.1 KIT ACCESSO BIPORTALE;
- N. 1 CEMENTO;
- N. 1 CURETTE;
- N. 1 KIT BIOPSIA.

LOTTO N. 134 :

- N. 1 BARRA CERVICALE;
- N. 4 DADI BLOCCATORI;
- N. 4 VITE PENDUCOLARE;
- N. 1 PLACCA ANTERIORE;
- N. 4 VITI PER PLACCA ANTERIORE;
- N. 1 PROTESI MOBILE;
- N. 1 SET ELETTRODI STIMOLAZIONE;
- N. 1 SET ELETTRODI REGISTRAZIONE.

LOTTO 135:

- N. 3 IMPIANTI A FORMA TRIANGOLARE.

D)Offerta Economica:

- Come articolare l'offerta relativamente ai lotti che, pur richiedendo articoli di diverse tipologie e misure e con prezzi diversi, non specificano le quantità per tipologia? Come definire dunque il totale dell'offerta rispetto alla base d'asta?

E' possibile fare una media matematica tra i gruppi di "prezzi uguali" il cui risultato, moltiplicato per le quantità genericamente richieste, può determinare il prezzo finale ed il conseguimento ribasso su base d'asta?

R)- Non potendo i Neurochirurghi determinare i fabbisogni per singoli articoli di diverse tipologie e misure , è possibile fare una media matematica, il cui risultato può determinare il ribasso sulla base d'asta .

Si prospetta schema esemplificativo:

Lotto Articoli diversi per tipologia e misure costituenti il lotto	Prezzo unitario di listino	Prezzo netto offerto	Sconto applicato al singolo articolo diverso per tipologia e misura costituente il lotto
A	€. 80,00	€. 64,00	20%
B	€. 100,00	€. 65,00	35%
C	€. 130,00	€. 78,00	40%
D	€. 200,00	€. 170,00	15%
Totale	€. 510,00 (f)	€. 377,00 (g)	26,08% sconto medio *

* lo sconto medio è stato calcolato in base alla percentuale di sconto applicata al totale listino (f) per arrivare al totale netto (g).

Tale schema permette altresì alla stazione appaltante di rilevare per ogni articolo il prezzo offerto ed all'operatore economico di poter formulare per singolo articolo la scheda comparazione prezzi.

D) Documentazione Tecnica:

- Punto 8, lettera F) : quanto richiesto è da dichiarare solo nel caso si tratti di prodotti di cui alla lettera E)?

R)- No .

Il punto 8 F) fa riferimento a tutti i prodotti offerti che hanno l'obbligo di registrazione nella banca dati dei dispositivi medici "D.M. 20 febbraio 2007";

Il punto 8 E) fa riferimento ai prodotti offerti che non dovranno avere un costo superiore ai prezzi determinati dal Ministero della Salute, per dispositivi corrispondenti, con Decreti dell'11.10.2007, del 25.01.2008, del 15.04.2008 e del 17.02.2009 (aventi ad oggetto la determinazione di prezzi da

- b) nella documentazione tecnica, pag.19 disciplinare, viene richiesto di elencare i centri utilizzatori dei dispositivi che si presentano sia esteri che nazionali. Nel caso venissero presentati solo quelli nazionali, in quanto non si conoscono eventuali utilizzatori esteri, è motivo di esclusione?
- c) nella documentazione economica, pag.21-22 del disciplinare, viene richiesto di presentare il listino prezzi dei prodotti che si intendono offrire. Tale listino ufficiale deve essere presentato e vidimato alla camera di commercio? Inoltre, la percentuale di sconto che deve essere applicata nell'offerta economica dal prezzo del listino corrisponde alla percentuale di sconto dal listino prezzi ufficiale
C.C.I.A.A.?
- d) se un'azienda presta la propria capacità tecnica/economica ad un'altra azienda, mediante avvalimento, può partecipare in proprio ad altri lotti?
- e) nella docum. amministrativa, pag. 3 del disciplinare, viene richiesto di indicare le principali forniture prestate negli anni 2010-2011-2012. Ci confermate che le forniture devono essere analoghe all'oggetto di gara? Inoltre, c'è un importo al di sotto del quale tali forniture non possono scendere?

R) Relativamente al punto:

- a) Come già precisato nel primo chiarimento nel disciplinare viene indicato “ogni altra informazione tecnico-scientifica utile ai fini della valutazione qualitativa e comparativa delle offerte” pertanto qualora non esistente non produrrà l’esclusione.
- b) Qualora non si è in grado di produrre l’elenco dei centri esteri utilizzatori, la non presentazione non produrrà l’esclusione .
- c) Il listino può essere prodotto anche in copia con allegata dichiarazione attestante che lo stesso è una copia conforme a quello ufficiale vigente . La percentuale di sconto deve essere applicata sul listino vigente

d) Gli operatori economici che intendono utilizzare l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2) p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo, nonché allegando la dichiarazione di impresa ausiliaria, "Allegato A2" del disciplinare di gara .

e) Sì, le forniture devono essere analoghe all'oggetto della gara. Cioè appartenenti alle medesime categorie oggetto della gara.

L'importo relativo alla fornitura nel settore oggetto della gara realizzato nell'ultimo triennio (2010/2012) non dovrà essere inferiore al 60% del lotto per il quale si partecipa o alla somma dei lotti per i quali si partecipa.

D) In merito al Disciplinare di gara in cui è richiesta "la documentazione attestante un fatturato per analoghe forniture pari almeno al 60%, nel triennio antecedente la gara, del lotto o della somma dei lotti a cui partecipa..." .

Nel caso di partecipazione ad un solo lotto, quali si intendono i documenti attestanti il fatturato?

I bilanci non mostrano il fatturato specifico per i prodotti offerti.

R) Il documento attestante il fatturato da presentare in gara è l'autodichiarazione prevista nel disciplinare di gara al punto 2 lettera b).

D) PARTE AMMINISTRATIVA: PAG. 18 disciplinare di gara

La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere redatte in conformità al modello (Allegato A1 - Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta) che potrà essere scaricato dal sito internet www.ospedalecivico.org .

PERTANTO CHIEDO

se anche le dichiarazioni richieste al punto 2 – pag. 3 del disciplinare di gara; al punto 3 - pag. 4 del disciplinare di gara devono essere stilate come da Vs. ALL. 1). Oppure è sufficiente fare le dichiarazioni su ns. carta intestata. Devono essere in bollo?

R) Le dichiarazioni richieste al punto 2- pag. 3 ed al punto 3 –pag. 4 possono essere stilate su carta intestata mantenendo invariati i contenuti e non devono essere in bollo .

D) Nell'ipotesi a partecipazione a più lotti, potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria cumulativa per i lotti a cui si intenda partecipare . In detta cauzione dovranno essere riportati i numeri di lotti partecipati.

R) Si può essere presentata unica cauzione cumulativa per i lotti a cui si intenda partecipare . In detta cauzione dovranno essere riportati i numeri di lotti partecipati.

D) Dal MOD. ALL. 3 (da utilizzare in caso di riduzione garanzia a corredo dell'offerta) A pag. 1 viene riportato: dichiara di fruire del beneficio, previsto al comma 7 art. 75 D.Lgs. 163/06 e s.m.i, e, quindi di versare, l'importo della garanzia a corredo dell'offerta indicata nell'allegato C/4 al disciplinare (capitolato tecnico) ridotto del 50% faccio notare che l'allegato C/4 non c'è ... si tratta di un refuso

R) Si è un refuso di stampa , pertanto non dovrà essere considerato l'allegato C/4;

D) In merito alla gara in oggetto si chiede:

- In merito al documento "PASSOE", accedendo al sito dell'AVCP, lo stesso non riconosce in alcun modo la gara in oggetto. Parimenti procedendo alla ricerca per lotti, inserendo il codice CIG, il sistema risponde che " il CIG inserito non è gestito dallo sistema AVCPASS". Come bisogna comportarsi in merito? Bisogna allegare qualcosa alla doc. di gara? Se si cosa?

R) La gara in oggetto essendo stata indetta nel dicembre del 2013 non prevedeva l'obbligatorietà del sistema AVCPASS, pertanto il CIG inserito non è gestito dal sistema AVCPASS .Peraltro tale modalità è stata prorogata di mesi sei.

D) Il capitolato Speciale d'Appalto all'art. 10 ult. cpv., così recita: "Per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i concorrenti sono tenuti a presentare in offerta (documentazione

amministrativa) un documento di valutazione dei rischi con l'indicazione degli accorgimenti adottati per la sicurezza dei lavoratori."

Se l'impresa concorrente non ha nessun lavoratore dipendente è tenuta a presentare il suddetto documento?

R) Trattandosi di mera fornitura e non avendo nessun lavoratore dipendente non è tenuta alla presentazione di un documento di valutazione rischi con l'indicazione degli accorgimenti adottati per la sicurezza dei lavoratori" .

Sarà sufficiente produrre soltanto una dichiarazione attestante quanto sopra.

D) Un'impresa ausiliaria che presta avvalimento ad un concorrente limitatamente ad un lotto, può partecipare all'appalto concorrendo per un lotto **diverso** da quello per cui ha prestato avvalimento?

R) Si.

D) Nel modello A/2 il paragrafo denominato " **INDICAZIONE PER IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTRATTO**" e quanto dopo prescritto è un refuso di stampa?

R) Si è un refuso di stampa pertanto non dovrà essere considerato

D) Se un'impresa è costituita da meno di un triennio, per dimostrare la propria capacità economica e finanziaria di cui alla lett. c) dell'art. 41 del d.lgs 163/2006, (fatturato globale d'impresa e importo relativo alle forniture identiche) le basterà presentare l'estratto di bilancio (C.E. e S.P.) come previsto al p.to 2. lett d), dovrà ricorrere all'avvalimento oppure dovrà fare entrambe le cose?

R) Dovrà presentare l'estratto dell'ultimo bilancio (C.E. e S.P.) come previsto al p.to 2. lett d), e dovrà ricorrere all'avvalimento .

D) E' ammesso avvalersi di diverse imprese ausiliarie per diversi lotti. In questo caso di quale importo di fatturato globale d'impresa e di forniture nel settore realizzati dall'ausiliaria ci si dovrà avvalere ?

R) Si può avvalere di diverse imprese ausiliarie per diversi lotti.

Un fatturato per analoghe forniture pari almeno al 60%, nel triennio antecedente la gara, del lotto " .

D) Nell'allegato A/2 al p.to 3.1 (ult.pag.) si parla di "scheda di rilevazione" di cosa si tratta?

R) E' un refuso di stampa pertanto non dovrà essere considerato.

D) A pag. 21 del disciplinare di gara in relazione al prezzo per confezione da indicare in offerta si riporta in due diversi capoversi quanto segue:

- prezzo della confezione in cifre e lettere, al netto dell'Iva etc....

- prezzo della confezione al netto dello sconto e dell'Iva etc...

Qual è la differenza tra le 2? Cosa deve indicarsi in offerta?

R) Nessuna differenza, pertanto ne potrà essere indicata una soltanto.

D) Relativamente alla documentazione tecnica : E' consentito dato il volume e la complessità della stessa, presentare la documentazione tecnica di cui ai vs. punti: 4 manuali dei prodotti offerti e 5 letteratura scientifica solo su supporto informatico.

R) Si.

D) Il capitolato prevede che la fornitura del materiale protesico sia tutta in conto deposito, ma non vengono segnalati i lotti in questione. Vorremmo sapere per cortesia la specifica dei prodotti soggetti a detto conto deposito.

R) il materiale protesico impiantabile .

D) Al punto 2 lettera b) del disciplinare di gara viene richiesto il fatturato globale dell'impresa e le principali forniture relative agli ultimi tre esercizi ma viene indicato il triennio 2010-2011-2012. Dato che gli ultimi tre esercizi sarebbero 2011-2012-2013, vorremmo avere la conferma del periodo per il quale presentare tali dichiarazioni.

R) Considerato che la gara è stata indetta in dicembre del 2013 si è ritenuto richiedere il fatturato globale dell'impresa e le principali forniture relative agli ultimi tre esercizi 2010-2011-2012 dato che l'esercizio 2013 ancora non risultava chiuso ed approvato.

Le dichiarazioni vanno presentate relativamente agli anni 2010-2011-2012.

D) Viene specificato che non saranno valutate le schede tecniche ed i depliant recanti correzioni dei dati a penna od a mezzo targhetta autoadesiva, compresi i dati trascritti ex novo od

aggiunti/sovrapposti a penna od a mezzo targhetta autoadesiva. Domanda : come segnaliamo i riferimenti dei lotti per esempio sui depliant visto che non possiamo utilizzare etichette né scrivere dati a penna?

R) Saranno accettate solo le indicazioni inserite a penna od a mezzo targhetta autoadesiva relative ai lotti di riferimento alla gara.

D) Per quanto riguarda i dati richiesti nell'offerta economica (art. 32 comma 7 bis del D.l. 63/convertito con legge 98/13) dai vostri chiarimenti sembra che in sostituzione della tabella con la specifica dei costi del personale si possa fare un'autocertificazione attestante che il personale viene retribuito a norma delle tabelle minime salariali definite dalla contrattazione nazionale del settore. Ma per quanto riguarda le altre informazioni, punti:

- 2) voce spese generali e utile totale
- 3) oneri per la sicurezza del personale operante all'interno della ditta;
- 4) offerta totale

Non sono state date indicazioni precise. Si intende che non dobbiamo considerare dette voci e quindi dobbiamo indicare solo il totale del lotto e la percentuale di sconto praticato sulla base d'asta?

R) Così come indicato nel Chiarimento n. 1 pubblicato sul nostro sito aziendale , occorre produrre soltanto un'autocertificazione attestante che il personale viene retribuito a norma delle tabelle minime salariali definite dalla contrattazione nazionale e quindi in offerta non vanno considerate le informazioni indicate nei suddetti punti 2);3) e 4) basterà indicare solo il totale del lotto e la percentuale di ribasso praticata sulla base d'asta.

D) Le buste "listini e comparazione prezzi devono essere inserite a sua volta nella busta C-offerta economica?

R) Si -

IN BUSTA SEPARATA – contrassegnata con la dicitura "LISTINI" , deve essere fornito listino prezzi ufficiale aggiornato, in formato cartaceo e su supporto magnetico in formato pdf, della gamma di prodotti di pari tipologia di quelli in oggetto che la ditta è in grado di fornire;

IN BUSTA SEPARATA – contrassegnata con la dicitura " comparazione prezzi" scheda comparazione prezzi debitamente compilata per i lotti offerti .

D) Il modello Gap dove va inserito?

R) Nella busta A "Documentazione Amministrativa".

D) La campionatura dei prodotti va presentata per questa gara?

R) Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di campionatura, in ogni caso, l'Azienda si riserva di richiederla successivamente, qualora si rendesse necessario per la valutazione della conformità da parte dell'Organo tecnico. Vedere Capitolato Speciale d'Appalto art. 11.

D) La base d'asta è riferita al prezzo unitario dei prodotti descritti è sottointeso che poi alcuni di questi dovranno essere acquistati nella confezione imposta dal produttore e non singolarmente?

R) Si saranno, acquistati nella confezione imposta dal produttore e non singolarmente.

D) In relazione al lotto n. 41 (guanti monouso sterili, in lattice, per protezione Rx) siamo a richiedere di specificare il tipo di materiale schermante. A tale proposito ci permettiamo di sottolineare che il "piombo" risulta essere un materiale tossico da smaltire come rifiuto speciale, al contrario materiali schermati privi di piombo non necessitano di particolari procedure per lo smaltimento. In aggiunta chiediamo di chiarire la marcatura CE richiesta.

R) Trattandosi di guanti per protezione Rx utilizzati dal neurochirurgo il materiale schermante dovrà essere privo di piombo.

Per quanto riguarda la marcatura CE richiesta dovrà essere classificato come dispositivo di protezione individuale (Direttiva 2007/47/CE).

SI COMUNICA CHE VERRA' DATO RISCONTRO ESCLUSIVAMENTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI CHE PERVERRANNO ALLA STAZIONE APPALTANTE ENTRO E NON OLTRE IL 27 MARZO 2014.

IL DIRETTORE SOC PROVEDITORATO

Dr.ssa Nora Virga

