



PROT. 383 DEL 03 MAR. 2014

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

CHIARIMENTI PER GARA

AVCP N. 5351753

Procedura aperta di Bacino della Sicilia Occidentale per la fornitura triennale (con eventuale rinnovo di ulteriori dodici mesi), in somministrazione ed in conto deposito di materiale specialistico e protesico per neurochirurgia ; Azienda Capofila Arnas Civico-Di Cristina e Benfratelli di Palermo.

Una ditta domanda chiarimenti in merito alla gara in oggetto e precisamente :

D) - OFFERTA ECONOMICA

punto 1) - **Voce costo del personale**, non capiamo di cosa si tratti; "N° unità di personale": di tutto il personale o quello specificamente dedicato a qualcosa?

"N° ore di lavoro": giornalieri? Mensili? annuali?

punto 2) - **la voce spese generali e utile totale**; considerato che la voce spese generali non è solo data dal costo del la manodopera ma bensì dai costi relativi a tutta la gestione aziendale;

Per quanto concerne l'utile totale si intende l'utile del lotto? l'utile della gara? l'utile di bilancio?

Punto 4) **offerta totale**: E' il costo effettivo del lotto? Congloba la voce spese generali e utili totali? costo del materiale? Altro?

Considerato che la nostra azienda si occupa di distribuzione e commercializzazione e non certo di produzione, dobbiamo forse non considerarla?

R.) Premesso che la norma di cui all'art. 32 comma 7 bis del D.L. 63/13 convertito in legge 98/13 è cogente e per quanto ambigua è necessario verificare la voce del costo del personale preferibilmente seguendo lo schema del disciplinare.

Tuttavia potrà essere accettata anche una autocertificazione attestante che il personale viene retribuito a norma delle tabelle minime salariali definite dalla contrattazione nazionale di settore. Poiché i dati economici richiesti assumeranno

rilievo nel caso dell'anomalia dell'offerta, ricorrendo tale evenienza sarà necessario specificare i dati economici che verranno all'uopo richiesti.

D) - "DOCUMENTAZIONE TECNICA"

punto 3) **"dossier tecnico"** : Il dossier tecnico raggruppa informazioni inserite alla voce del punto 1) "schede tecniche ecc...", è necessario fornire due volte lo stesso materiale?

R.) Si.

D) "validità del prodotto nel tempo": cosa si intende?

R.) Il tempo di efficacia contenuto entro la scadenza.

D)-"dichiarazione assenza di lattice": è sufficiente un autocertificazione sui prodotti forniti totalmente privi di lattice;

R.) Si.

D) - punto 5) Come comportarsi in caso di inesistenza di letteratura e studi clinici dei dispositivi offerti.

R.) Nel disciplinare viene indicato "ogni altra informazione tecnico-scientifica utile ai fini della valutazione qualitativa e comparativa delle offerte" pertanto qualora non esistente non produrrà l'esclusione .

D) - in relazione ai lotti 150 - 151 - 152 si chiede tra i componenti " fiala di pericaina " . Trattandosi di farmaco i suddetti kit non possono essere classificati dispositivi medici ma Farmaco , tale condizione richiede un approvvigionamento con procedura diversa da quella adottata , pertanto si attende chiarimento in merito.

R.) In applicazione del principio del favor participationis, l'offerta dovrà essere formulata senza considerare i farmaci (ad esempio, pericaina), quindi al netto del prezzo dei farmaci stessi.

D)- Rif lotto 39 – importo annuo a base d'asta : €. 154.000,00 – fabbisogno totale annuo : n.700 pz.

Rif. Lotto 40 — importo annuo a base d'asta : €. 107.800,00 – fabbisogno totale annuo : n. 2.200 pz.

Siamo a chiedere di voler cortesemente confermare gli importi a base di gara sopraindicati, non corrispondenti all'attuale valore di mercato dei prodotti richiesti, e possibilmente una descrizione più specifica.

R.) Si confermano gli importi indicati a base d'asta relativamente ai lotti n. 39 e 40 , tali importi sono stati determinati a seguito di indagine di mercato diramata dalla scrivente SOC Provveditorato, alla quale hanno risposto diversi operatori economici ad eccezione di Codesta Ditta.

Si rappresenta altresì, che le specifiche tecniche indicate nei suddetti lotti hanno consentito a più operatori di riscontrare l'indagine di mercato ed indicare il loro prezzo.

D)- Si segnala che il prodotto presente nel lotto 238 b (ferma arti in tessuto rinforzato con chiusura in velcro, monopaziente –richiesti dall'ASP di Caltanissetta nella quantità di 100 pz. , risulta aggiudicato nella gara di presidi per Anestesia e Rianimazione dell'ASP di Caltanissetta e nella gara di Bacino della Sicilia Occidentale di Anestesia e Rianimazione . Chiediamo il mantenimento di detti contratti.

R.) Con riferimento al lotto 238 voce b) sarà l'ASP di Caltanissetta , che lo ha richiesto, a valutare l'allineamento del prezzo e/o la revoca del corrispondente contratto in essere.

L'esito di aggiudicazione dello stesso lotto potrà essere utile anche qualora non andasse a buon fine la gara di Bacino di Anestesia sottoposta a giudizio di costituzionalità in ordine alla questione del mancato richiamo nella stessa della Legge Regionale n.15/2008

PRECISAZIONI

Relativamente al lotto n. 75, per un mero errore è stato indicato un fabbisogno annuale presunto di n. 26 valvole a pressione regolabile con il sistema che garantisca il mantenimento della pressione selezionata anche se il paziente viene sottoposto a RMI fino a 3 Tesla mentre il fabbisogno corretto è di n. 11 valvole fermo restando l'importo totale annuale a base d'asta di €. 38.740,00 .

La distribuzione delle undici valvole è la seguente:

ARNAS CIVICO PALERMO N. 5 VALVOLE

ASP CALTANISSETTA N. 1 VALVOLA

AOU POLCLINICO PAOLO GIACCONE PALERMO N. 5 VALVOLE

IL DIRETTORE SOC PROVVEDITORATO

Dott.ssa Nora Virga

