



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0009815
Data Prot. : 30-05-2022 13:30:38
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I



UOC PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

PEC

ape.ospedalecivicopa@pec.it

WEB

www.arnascivico.it

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Titolo dell'appalto: Consultazione preliminare di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativo alla procedura di acquisizione, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di un *apparecchio per manometria ed alta risoluzione esofagea e rettale 3D* ; di un *apparecchio per ph impedensiometria ed in somministrazione del relativo materiale di consumo ed in noleggio di un apparecchio per urodinamica e integrazione con elettromiografia* ; meglio identificati nell'allegato A del presente avviso.

L'acquisizione di quanto sopra è stato precedentemente oggetto di consultazione preliminare di mercato pubblicato sulla piattaforma telematica "Appalti -Maggiori" sezione avvisi , (numero di avviso A00094) e sul sito Arnas sezione "ricerche di mercato" .

Il nome degli operatori economici individuati, nella fase di consultazione preliminare di mercato , per il suddetto acquisto sono :

- MEDTRONIC ITALIA S.p.A. relativamente ai lotti n.ri 1 e 2 ;
- EB NEURO srl relativamente al lotto n. 3

L'importo totale della fornitura per un biennio ammonta a circa €. 210.000,00 oltre iva 22%.

Informazioni complementari: Obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questa ARNAS, disposti a fornire i prodotti in oggetto, con caratteristiche simili o analoghe.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa ARNAS, l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara per la fornitura dei prodotti oggetto del presente Avviso, entro e non oltre il termine del 06.06.2022, dichiarando la disponibilità a fornire quanto sopra indicato con caratteristiche simili o analoghe a quelle sopra indicati, proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste e il prezzo medio di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio, presso altre



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto. Qualora al presente avviso darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa attraverso email al seguente indirizzo :
giuseppe.salamone@arnascivico.it

Avviso spedito alla GUCE per la pubblicazione in data 25.05.2022

d'ordine del

Direttore del Dipartimento Amministrativo

Ing. Vincenzo Spera

Il Responsabile Unico del Procedimento

rag. Giuseppe Salamone

Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Capitolato tecnico/scheda fabbisogno

LOTTO 1	Apparecchio per manometria ad alta risoluzione esofagea e rettale 3D con elevato numero di sensori delle sonde per maggiore specificità di diagnosi e con varie tipologie di sonde adattabili all'età pediatrica per la valutazione fisiopatologica dell'apparato digerente per la gestione pre, intra e post operatoria di patologie malformative e acquisite con prognosi severa (lotto 1)	PZ	1	CANONE MENSI- LE 12
LOTTO 2	Apparecchio per pH-impedenziometria con tecnologia ad alta risoluzione e 3D, elevato numero di sensori delle sonde per maggiore specificità di diagnosi e con varie tipologie di sonde adattabili all'età pediatrica per la valutazione fisiopatologica dell'apparato digerente per la gestione pre, intra e post operatoria di patologie malformative e acquisite con prognosi severa (lotto 2)	PZ	1	CANONE MENSI- LE 12
LOTTO 3	Apparecchio per urodinamica con tecnologia wireless e design modulare che assicurano massima praticità e privacy durante l'esame, elevato numero di canali pressori per maggiore specificità di diagnosi e con disponibilità di varie tipologie di cateteri e sonde adattabili all'età pediatrica, corredato da elettromiografia al fine di migliorare la specificità diagnostica (lotto 3)	PZ	1	CANONE MENSI- LE 12

Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Capitolato tecnico/scheda fabbisogno

LOTTO 1	Apparecchio per manometria ad alta risoluzione esofagea e rettale 3D con elevato numero di sensori delle sonde per maggiore specificità di diagnosi e con varie tipologie di sonde adattabili all'età pediatrica per la valutazione fisiopatologica dell'apparato digerente per la gestione pre, intra e post operatoria di patologie malformative e acquisite con prognosi severa (lotto 1)	PZ	1	CANONE MENSI- LE 12
LOTTO 2	Apparecchio per pH-impedenziometria con tecnologia ad alta risoluzione e 3D, elevato numero di sensori delle sonde per maggiore specificità di diagnosi e con varie tipologie di sonde adattabili all'età pediatrica per la valutazione fisiopatologica dell'apparato digerente per la gestione pre, intra e post operatoria di patologie malformative e acquisite con prognosi severa (lotto 2)	PZ	1	CANONE MENSI- LE 12
LOTTO 3	Apparecchio per urodinamica con tecnologia wireless e design modulare che assicurano massima praticità e privacy durante l'esame, elevato numero di canali pressori per maggiore specificità di diagnosi e con disponibilità di varie tipologie di cateteri e sonde adattabili all'età pediatrica, corredato da elettromiografia al fine di migliorare la specificità diagnostica (lotto 3)	PZ	1	CANONE MENSI- LE 12