

PROP. 92

"Ael B"

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

## CAPITOLATO

Procedura negoziata sul MEPA per la fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio multimetrico con centralina, di un polisonnigrafo e di un sistema di acquisizione per EMG/potenziali evocati da destinare all'U.O.C. di Neurologia con Stroke Unit dell'ARNAS, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Importo base di negoziazione Euro 133.500,00 IVA esclusa, articolata in n. 3 lotti:

- Lotto 1 n. 1 elettromiografo per potenziali evocati importo a base di gara €. 28.000,00 iva esclusa CIG. ;
- Lotto 2 n. 1 polisonnigrafo importo a base di gara €. 16.000,00 iva esclusa CIG ;
- Lotto 3 una centrale di monitoraggio con 12 monitor importo a base di gara €. 89.500,00 iva esclusa CIG

### Art.1

#### REQUISITI MINIMI DELLE APPARECCHIATURE

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite ed indicate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato, devono essere necessariamente possedute dalle apparecchiature offerte in gara, a pena di esclusione.

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la conformità delle apparecchiature alle vigenti normative di riferimento (CE, UNI EN, ISO) o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori e del paziente.

Tutte le apparecchiature e le attrezzature fornite dovranno essere (non ricondizionate) **nuove di fabbrica, di ultima generazione presente sul mercato.**

### Art. 2

#### ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera dell'apparecchiatura in oggetto, presso l'U.O.C. di Neurologia con Stroke Unit dell'ARNAS previo accordo con il Responsabile.
2. L'apparecchiatura dovrà essere confezionata ed imballata in modo tale che le caratteristiche e prestazioni

non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

3. La consegna ed il montaggio dell'apparecchiatura dovranno essere effettuata entro il termine che sarà concordato in fase di negoziazione, che comunque non dovrà essere superiore a **30 giorni** a far data dall'ordinativo di fornitura ed avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

4. L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

5. All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, firmata per ricevuta, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato alla stanza 314 III° piano della palazzina Uffici Amministrativi.

### Art. 3

#### ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti, la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dall'esecuzione della fornitura.

### Art. 4

#### COLLAUDO/VERIFICA

1. Le apparecchiature oggetto della fornitura sono soggette a **collaudo e verifica** da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l'obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

**L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.**

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e dei materiali all'ordine d'acquisto;
- verifica del corretto funzionamento del bene/i fornito/i;
- verifica di conformità del bene/i fornito/i alle norme comunitarie e alla normativa vigente

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente o, ove possibile, contestualmente, alle operazioni di collaudo, si procederà alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all'utilizzo delle attrezzature.

### Art. 5

#### ONERI A CARICO DEL FORNITORE

**1. Rischio del perimento della cosa:** sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo e verifica, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

**2. Garanzia:** l'impresa garantisce la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura fornita per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore, da fatti imputabili all'Ente e comunque dall'uso improprio e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'amministrazione:

- a) sostituzione di componenti che risultino difettosi o danneggiati;  
b) nel caso di cui al punto a) del presente capitolato la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;

L'impresa deve pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

**3. fornitura parti di ricambio:** l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia, al prezzo di mercato ridotto almeno della stessa percentuale offerta in gara.

4. Restano altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l'intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria.

#### Art. 6

#### INADEMPIENZE / PENALITA'

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine concordato, in fase di negoziazione, l'Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un importo massimo del 10% del valore del contratto dei beni oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura parziale dei beni costituenti oggetto della fornitura, e la fornitura di materiale difforme da quello offerto o materiale difettato. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

4. **Configureranno inadempienza** i casi in cui l'impresa fornitrice non dovesse ottemperare a quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 del presente capitolato.

In tali casi, la Stazione Appaltante provvederà:

- per il caso di cui al comma 3, ad addebitare al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per la sostituzione delle parti di ricambio, per il periodo indicato (5 anni a decorrere dalla data di scadenza);

- per il caso di cui al comma 4, ad addebitare i costi scaturenti dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva non eseguite dalla ditta fornitrice nel periodo di garanzia).

#### Art. 7

#### FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'acquisto è finanziato con fondi D.A. 658/2020 e D.A. 658/2021 " .

Il pagamento della fornitura sarà effettuato tempestivamente, previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

#### Art. 8

#### SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto (registrazione dello stesso alla quale si provvederà in caso d'uso) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

#### Art. 9

## CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della Magistratura.
2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.
3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

### Art.10 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- le disposizioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n. 2440;
- il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;
- il D.Lgvo n.50/2016;
- le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale; le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

La ditta obbligata

---

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo  
(Ing. Vincenzo Spera)

## Sistema di acquisizione per EMG/Potenziali evocati collegato in rete:

La elettromiografia valuta le condizioni del sistema nervoso periferico e del muscolo e comprende lo studio della velocità di conduzione (elettro-neurografia) e l'elettromiografia ad aghi.

L'elettromiografia valuta la conduzione di uno stimolo elettrico lungo il nervo, l'ampiezza dei potenziali motori e sensitivi e la latenza distale. L'elettromiografia ad ago mostra l'attività spontanea e volontaria del muscolo e studia i potenziali di unità motoria nei loro parametri di ampiezza, durata e numero.

### N. 1 APPARECCHIATURA COMPUTERIZZATA PER EMG/PE A 3 CANALI

- Unità Centrale di tipo desktop, dotata di Sistema Operativo Microsoft Windows di ultima generazione, HDD di almeno 1 Tb, RAM di almeno 8 Gb, processore INTEL I5 o superiore, scheda di rete LAN, masterizzatore CD/DVD, completa di monitor LCD di almeno 24", tastiera e mouse, montata su carrello con trasformatore di isolamento di potenza idonea ad alimentare tutti i componenti.
- Per facilitare l'esecuzione dell'esame e la gestione delle varie procedure l'apparecchio deve essere dotato di una tastiera dedicata alle principali funzioni di acquisizione e stimolazione, di uno stimolatore elettrico dotato almeno di comandi per erogazione dello stimolo e regolazione della intensità dello stesso, di un ingresso per sonda temperatura, di una pedaliera programmabile, di una unità audio ad alta fedeltà e dotato di trigger.
- Per una revisione successiva dell'esame l'apparecchio deve acquisire le tracce del segnale EMG, in video e audio, e consentirne la esportazione.
- Unità compatta di acquisizione a 3 canali (per la registrazione contemporanea dalle varie derivazioni dei PESS) con ingressi tipo DIN e touch-proof per il collegamento dei molteplici tipi di elettrodi di registrazione.
- Nella esecuzione dell'esame elettromiografico lo strumento deve consentire, per la routine, la valutazione dell'attività spontanea e dell'attività volontaria, ma deve anche permettere procedure particolari a seconda del tipo di patologia da indagare come l'EMG di singola fibra (per la miastenia), l'EMG quantitativa, MUNE (per le malattie del motoneurone), l'analisi turns-amplitude (per le miopatie).
- Per la valutazione della funzione del sistema nervoso vegetativo e la ricerca di eventuali neuropatie autonome l'apparecchio deve essere dotato di programma per eseguire la ricerca della Risposta Simpatico Cutanea Riflessa e dell'intervallo RR.
- Per lo studio delle neuropatie la macchina deve essere dotata di programmi per la velocità di conduzione nervosa motoria, la velocità di conduzione nervosa sensitiva e la velocità combinata VCM/VCS, e, inoltre, di metodiche da utilizzare in particolari ambiti diagnostici come l'inching (es tunnel carpale), il blink-reflex (nevralgia del trigemino), riflesso H (lombosciatalgia), Onda F (poliradicolonevrite), stimolazione nervosa ripetitiva (miastenia).
- Per lo studio delle vie nervose lunghe (ad esempio nelle mieloradicolopatie, nelle compressioni midollari, nelle mieliti, etc) deve essere dotato di software per l'esecuzione sia di potenziali evocati somatosensitivi (degli arti superiori che degli arti inferiori) che di potenziali motori (mediante stimolatore magnetico esterno)

- Software semplice e intuitivo: deve consentire un accesso a tutti i parametri, a tutte le modalità di esame, e la personalizzazione di protocolli di studio; deve consentire una refertazione personalizzabile con possibilità di scegliere le informazioni da includere nel referto (tracce, tabelle, etc); deve essere possibile convertire il referto in file non modificabile (es. pdf).
- Integrazione con il sistema di archiviazione ospedaliero mediante standard HL7
- Set completo di elettrodi ed accessori per EMG (compresa sonda termica) di primo utilizzo.

La Ditta dovrà presentare un piano di formazione per il personale nell'utilizzo del sistema proposto.



## Sistema di monitoraggio per la Stroke Unit costituito da 12 monitor e centralina

La gestione del paziente in Stroke Unit comprende il monitoraggio di parametri vitali quali:

- Funzione respiratoria e ossigenazione
- Elettrocardiogramma
- Pressione arteriosa non invasiva

La fase acuta dell'ictus, infatti, rappresenta una delle condizioni neurologiche, e più in generale mediche, che richiedono, e indubbiamente beneficiano, di una gestione assistenziale mirata al pronto riconoscimento e cura di possibili complicanze. A tale proposito il monitoraggio in fase acuta dell'ictus dei parametri fisiologici e il loro mantenimento a livelli omeostatici, si è dimostrato in grado di ridurre il peggioramento neurologico precoce.

Nella gestione del paziente con ictus ischemico acuto risulta, quindi, essenziale considerare la possibile coesistenza o insorgenza di disturbi cardiologici tra cui l'infarto miocardico acuto, l'insufficienza cardiaca congestizia, le aritmie (fibrillazione atriale) e la morte improvvisa, la cui prognosi è fortemente legata alla tempestività dell'intervento. Tali alterazioni raggiungono la massima incidenza nelle prime 24-48 ore dall'esordio dell'ictus ed è per questo che il monitoraggio ECG continuo è indicato sin dall'ingresso del paziente in Stroke Unit e può essere prolungato a seconda delle condizioni cliniche.

Punti critici nella gestione ottimale dell'ictus acuto sono, inoltre, il mantenimento di una adeguata ossigenazione tissutale e la gestione della pressione arteriosa. Infatti, il monitoraggio, continuo o discontinuo, dello stato di ossigenazione ematica è indicato almeno nelle prime 24 ore dall'esordio dell'ictus e va proseguito fino alla normalizzazione e/o stabilizzazione del quadro respiratorio. Allo stesso modo la rilevazione della pressione arteriosa non invasiva va intrapresa sin dall'arrivo del paziente, con intervalli anche di 5-10 minuti, in caso di valori non stabili e in corso di terapie riperfusive (LINEE GUIDA SPREAD).

Da quanto sopra si evince che i monitor in dotazione alla Stroke Unit devono avere come caratteristica principale la possibilità di eseguire:

- ECG a 12 derivazioni con analisi ECG, del tratto ST su tutte derivazioni in contemporanea, analisi delle aritmie ventricolari e della fibrillazione, analisi Qt/QtC in continuo
- SpO2 con visualizzazione curva pletismografica
- Misurazione della Pressione Arteriosa

Devono inoltre possedere:

- Indicatori visivi ed acustici di allarmi
- Dotazione opzione escalation allarmi
- Regolazione manuale o automatica degli allarmi su singolo parametro o in massa
- Configurazione personalizzata delle forme d'onda rispetto lo spazio dello schermo
- Comandi touch-screen a pannello o comando fisico tramite encoder a rotella
- Funzionalità notte e funzione privacy
- Interfacciamento a centrale di monitoraggio
- Capacità di memorizzazione degli eventi e di trend grafici e tabellari
- Accessori di fissaggio su carrello pensile o mensole inclusi – compreso montaggio

La Ditta dovrà presentare un piano di formazione per il personale nell'utilizzo del sistema proposto.

## Polisonnigrafo

### N. 1 apparecchio portatile di ultima generazione per registrazione Video-EEG

Necessario per l'esecuzione di esami nei reparti di terapia intensiva, per lo studio dei disturbi della coscienza (coma) o l'accertamento di morte encefalica; in Pronto Soccorso nel trattamento in urgenza di uno stato di male epilettico o per distinguere quadri infettivi da quadri metabolici; e in tutti i reparti di degenza qualora le condizioni cliniche del paziente non ne permettano lo spostamento.

L'apparecchio deve essere semplice, adeguato e versatile e fornito di:

- Unità di elaborazione di tipo notebook, display di almeno 15", dott di sistema operativo Windows di ultima generazione, HDD almeno 1 Tb, RAM 8 Gb, Processore INTEL I5 o superiore, scheda di rete LAN, masterizzatore CD/DVD, mouse, borsa porta-strumento tipo trolley.
- Unità di acquisizione elettroencefalografica e poligrafica, collegata in maniera diretta al PC, senza alimentazione esterna.
- Telecamera a colori ad alta definizione
- software di acquisizione, lettura, analisi, refertazione, archiviazione tracce EEG e video-EEG
- diversi canali di registrazione simultanea poiché, per analizzare la distribuzione dell'attività EEGrafica, è necessario registrare contemporaneamente da diverse regioni dello scalpo. Ciò al fine di descrivere più dettagliatamente la localizzazione e la ricorrenza di grafoelementi di tipo transiente. Il numero minimo di canali previsti per la registrazione della maggior parte dei pattern EEG, normali e patologici, è di sedici (secondo il sistema internazionale 10-20). Questo sistema è stato, più recentemente, esteso da parte dell'ACNS (American Clinical Neurophysiology Society) a più di 75 posizioni sullo scalpo per altrettanti elettrodi. E', inoltre, necessario aggiungere ulteriori canali, quando si voglia monitorare altre attività fisiologiche: cardiache, respiratorie, motorie, o movimenti oculari (poligrafia).
- Per evidenziare la fotosensibilità del soggetto, che può essere semplicemente un marker di suscettibilità alle crisi, o è possibile riscontrare in soggetti con particolari sindromi epilettiche (epilessia mioclonica fotosensibile) è necessario effettuare la SLI (Stimolazione Luminosa Intermittente) come prova di attivazione di routine.
- Per una migliore e più dettagliata lettura del segnale EEG è necessario potere modificare e controllare tutti i parametri, come l'amplificazione/sensibilità, i filtri, la velocità di scorrimento. Ciò permette di migliorare la definizione di grafoelementi epilettiformi, (distinzione fra attività patologiche e attività inabituali parafisiologiche), ma anche di distinguere un'attività muscolare artefattuale da un pattern critico epilettiforme. Inoltre è indispensabile poter modificare la sensibilità del tracciato EEG nel corso dell'accertamento di morte cerebrale che necessita di sensibilità molto elevate (2 microVolts/mm secondo le "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" (legge 29 dicembre 1993, n. 578)
- Per poter ricondurre l'esame effettuato al singolo paziente, e permettere, quando necessario, un confronto con esami precedenti è necessario che l'apparecchio sia fornito di referti compilati automaticamente, e disponibilità di refertazione da stazione remota.

Per la visualizzazione del paziente, e delle sue manifestazioni motorie e/o delle sue vocalizzazioni,

- Per la visualizzazione del paziente, e delle sue manifestazioni motorie e/o delle sue vocalizzazioni, nel corso delle registrazioni prolungate in sista o in sonno è necessario che l'apparecchio sia dotato di un sistema di ripresa video, sincrono con il tracciato, composto da telecamera a colori
- E' necessario che l'apparecchio sia fornito di un sistema che, nel corso di una registrazione, permetta la rilettura del tracciato già acquisito, senza interromperne l'acquisizione. Tale funzione è indispensabile nel corso di una registrazione di un crisi epilettica o di una condizione di emergenza come lo stato di male epilettico.

n. 111 A 11



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DISCIPLINARE

Procedura negoziata sul MEPA per la fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio multimetrico con centralina, di un polisonnografo e di un sistema di acquisizione per EMG/potenziali evocati da destinare all'U.O.C. di Neurologia con Stroke Unit dell'A.r.n.a.s."

## **1 . PREMESSE**

Con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva, questa Amministrazione ha indetto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b e comma 6 e dell'art.58 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., la procedura articolata in n. 3 lotti, per la fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio multimetrico con centralina, di un polisonnigrafo e di un sistema di acquisizione per EMG/potenziali evocati da destinare all'U.O.C. di Neurologia con Stroke Unit.

L'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura espletata sul MEPA e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è: Arnas Civico Di Cristina Benfratelli U.O.C. di Neurologia con Stroke Unit dell'A.r.n.a.s. – codice NUTS ITG12

## **2 . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

**2.1 DOCUMENTI DI GARA** - La documentazione di gara comprende:

Disciplinare;

Capitolato con annesse schede tecniche;

Avviso di gara;

Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;

Modello dichiarazione in materia di flussi;

Modello dichiarazione iscrizione Camera di Commercio;

DGUE;

Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso agli atti;

Patto d'integrità

Sul sito Internet [www.arnascivico.it](http://www.arnascivico.it) verrà pubblicato nell'apposita sezione bandi di gara e nella sezione amministrazione trasparente l'avviso, mentre tutta la documentazione di gara è disponibile sul portale MEPA nell'apposita sezione RDO n. \_\_\_\_\_

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura direttamente nella piattaforma MEPA nell'apposita sezione "COMUNICAZIONI" entro la data indicata nella RDO.

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nella stessa sezione "COMUNICAZIONI".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, c.5, del Codice.

Salvo quanto disposto al precedente capoverso, tutte le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della piattaforma MEPA.

Si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (chiarimenti, certificazioni etc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate usando la suddetta piattaforma. Gli operatori economici pertanto sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti la presente RDO.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da n. 3 lotti:

- Lotto 1 n. 1 elettromiografo per potenziali evocati importo a base di gara €. 28.000,00 iva esclusa CIG.
- ;
- Lotto 2 n. 1 polisonnografo importo a base di gara €. 16.000,00 iva esclusa CIG ;
- Lotto 3 una centrale di monitoraggio con 12 monitor importo a base di gara €. 89.500,00 iva esclusa CIG

CUP                      Importo complessivo a base di gara € 133.500,00 Iva esclusa.

Non sono previsti costi per la sicurezza trattandosi di mera fornitura con semplice posa in opera atta a mettere in funzione l'apparecchiatura consegnata, da svolgersi o contestualmente alla consegna o comunque nei limiti di cui all'art.26 comma 3-bis del D.lgs 81/08.

E' fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al paragrafo 9 " Modalità di presentazione dell'offerta" del presente Disciplinare, in relazione all'obbligo, per ogni singolo operatore, di indicare nella propria offerta gli eventuali oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura.

La fornitura è finanziata con fondi D.A. 658/2020 e D.A. 658/2021.

### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici iscritti ed abilitati nel MEPA per la categoria oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice ed in caso di loro partecipazione l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

### **5. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di

partecipazione alla gara e nel DGUE allegato alla RDO compilato secondo le indicazioni date nel presente disciplinare e che saranno verificate dalla S.A. secondo le previsioni di legge.

La mancata adesione ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## **6. REQUISITI DI IDONEITÀ**

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui ll'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i certificati camerali.

b) abilitazione al MEPA come sopra specificato.

### **6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali oppure ogni altro mezzo previsto dal D.Lgs 50/2016;

### **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Elenco delle principali forniture, attinenti all'oggetto dell'appalto, prestate negli ultimi DUE anni (2020-2021) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati.

Si precisa che il fatturato richiesto nel settore oggetto della gara deve essere non inferiore al valore indicato per il lotto su base annuale

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.1 e 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16/03/1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla procedura - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **8. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso il Seggio di gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

#### **9. SUBAPPALTO**

Ai sensi della normativa vigente, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura/lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti dovrà essere inserita una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

#### **10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta a pena di esclusione, deve inserita sulla piattaforma MEPA (RDO n. \_\_\_\_\_) e con le modalità previste dallo stesso sistema, entro la data in essa indicata.

Per partecipare alla presente gara la ditta concorrente dovrà trasmettere esclusivamente per via telematica tramite MEPA tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

E' fondamentale che i documenti richiesti vengano inseriti nelle apposite sezioni di pertinenza relative dunque "al tipo di richiesta": amministrativa, tecnica ed economica.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a) DGUE;

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, devono essere rese in relazione al tipo di impresa, dai soggetti

espressamente indicati in coda al medesimo articolo;

- b) Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva corredato da copia fotostatica del/i sottoscrittore/i;
- c) disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;
- d) capitolato speciale di gara, debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;
- e) dichiarazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- f) modulo conto dedicato tracciabilità flussi finanziari;
- g) eventuale documentazione prevista in caso di avvalimento da produrre allegata alla istanza ammissione e dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto b);
- h) dichiarazione per l'accesso atti, debitamente sottoscritta per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;
- i) patto d'integrità debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;
- l) pass OE
- ml) cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93 del D,Lgs. 50/2016 e s.i.m.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) Depliant illustrativi;
- 2) Schede tecniche di casa madre del prodotto offerto;
- 3) Relazione tecnica illustrativa dalla quale possa evincersi la rispondenza di ogni singolo elemento tecnico richiesto con l'indicazione della pagina e del rigo della scheda tecnica o del depliant in cui riscontrare le suddette specifiche, nonché tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione qualitativa con indicazione anche in questo caso di numero e pagina;
- 4) Documentazione attestante la rispondenza alle direttive di riferimento (certificati e dichiarazioni della destinazione d'uso di tutti i materiali oggetto della fornitura;
- 5) Documentazione attestante la conformità CE per ogni bene da acquisire riferibile alla tipologia, marca e modello;
- 6) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che i prodotti offerti sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose per difetti di fabbricazione e/o posa in opera dei prodotti forniti;
- 7) offerta senza prezzi;

I suddetti documenti dovranno essere contrassegnati dai relativi numeri di riferimento secondo il precedente elenco da 1 a 7.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta economica:

- oltre all'offerta economica così come viene generata dal sistema MEPA, dovrà essere inserita l'offerta economica per singola voce con relativi codici articolo ed il modulo di comparazione prezzi.

In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.50/2016, l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Non saranno prese in considerazione offerte alternative.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, l'Operatore economico dovrà quantificare a pena di esclusione i propri costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza aziendale ai sensi dell'art.95, comma 10, D.Lgs 50/2016.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.

## **11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) del Codice degli appalti. **Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.** *Valido*

## **12. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

La istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente l'apposito modello pubblicato nella RDO, e rubricato "Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva".

La dichiarazione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo per tutti i soggetti elencati allo stesso art.80, comma 3 del Codice;

in alternativa:

ognuno dei soggetti elencati all'art. 80 comma 3, del Codice dovrà rendere personalmente ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice da produrre unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

## **13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato

### **PARTE I**

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore [In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico]. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **PARTE II**

Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 12;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Parte III

Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B - C - D).].

Parte IV

Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico - finanziaria di cui al par 7.2 del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare

Parte VI

Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara.

*Il Direttore del Dipartimento Amministrativo*  
*(Ing. Vincenzo Spera)*

"Ael e"



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

## AVVISO

Questa Amministrazione, con sede in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4 ha lanciato sul MEPA una RDO avente il numero \_\_\_\_\_ per la fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio multimetrico con centralina, di un polisonnigrafo e di un sistema di acquisizione per EMG/potenziali evocati da destinare all'U.O.C. di Neurologia con Stroke Unit dell'Arnas".

**L'importo a base d'asta della fornitura annuale è pari ad €. 133.500,00 oltre iva , oneri per la sicurezza pari a zero .**

**La gara è articolata in n. 3 lotti.**

L'aggiudicazione sarà operata ai sensi dell'art. 95 comma 4) lettera B) del D.Lgvo 50/16 e cioè in favore dell'impresa che avrà offerto il prezzo più basso.

Le offerte dovranno pervenire, con le modalità indicate nella lettera invito, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno \_\_\_\_\_ attraverso la piattaforma MEPA.

La lettera invito; il capitolato tecnico; domanda di ammissione e le clausole contrattuali , sono prelevabili sulla piattaforma MEPA.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri telef. 091.6662636 e-mail : conto.capitale@arnascivico.it.


IL DIRETTORE FF UOC PROVVEDITORATO  
ING. VINCENZO SPERA



Civico Di Cristina Benfratelli

Acc  $\triangleright$

## Protocollo di Legalita'/Patto di Integrita'



Civico Di Cristina Benfratelli

## PROTOCOLLO DI LEGALITA'/PATTO DI INTEGRITA'

tra

l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli e i PARTECIPANTI

alla scelta del contraente

### PARTECIPANTE

Procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio multimetrico con centralina, di un polisonnografo e di un sistema di acquisizione per EMG/potenziali evocati da destinare all'U.O.C. di Neurologia con Stroke Unit dell'ARNAS.

NUMERO GARA ANAC

### PREMESSA

Al fine di rafforzare le condizioni di legalità e di sicurezza nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, già sancite, nel 2005, nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", con l'aggiornamento 2019 al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento alla luce dall'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Ai sensi della citata normativa, è stato previsto nell'avviso, bando di gara o lettera d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di scelta o di applicazione delle sanzioni previste all'art. 4.

Il presente documento deve essere pertanto obbligatoriamente ed attentamente esaminato, sottoscritto in calce e siglato su ogni foglio e presentato insieme all'offerta o al preventivo, dal titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto comporterà mancanza di elemento essenziale sottoposto a soccorso istruttorio ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 previo pagamento di sanzione a titolo di penale.

Esso costituisce parte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto conseguentemente assegnato dall'ARNAS.

Nel caso di procedura di scelta *on line* il documento sarà predisposto a cura dell'ARNAS ed inserito negli atti e modelli di gara che ciascun concorrente deve esaminare, sottoscrivere ed inviare nei termini perentori all'amministrazione aggiudicatrice.

### Art. 1 - Oggetto

0 1.1. Questo Protocollo di legalità/Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ARNAS e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

### Art. 2 - Obblighi dell'ARNAS

2.1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ARNAS impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di legalità/Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2.2. A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali comportamenti difformi posti in essere dai concorrenti/contraenti.

2.3 L'Azienda si impegna a comunicare a tutti i partecipanti alla procedura di scelta del contraente, con le forme previste dalla normativa vigente e normalmente mediante evidenza nelle sedute pubbliche, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara/manifestazione d'interesse.

### **Art. 3 Obblighi del partecipante alla procedura di scelta**

3.1. Il Partecipante alla procedura di scelta s' impegna a segnalare all'ARNAS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa.

3.2. Il Partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti; in caso contrario deve dichiarare ogni situazione di controllo o di collegamento sostanziale e formale e dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta, allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo e/o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta stessa.

3.3. Il Partecipante dichiara altresì di non avere concluso né che concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza.

3.4. Il partecipante si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- 1a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- 2b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- 3c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- 4d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- 5e) noli a freddo di macchinari;
- 6f) forniture di ferro lavorato;
- 7g) noli a caldo;
- 8h) autotrasporti per conto di terzi
- 9i) guardiania dei cantieri.

3.5. Il partecipante si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto e di subcontratto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

3.6. L'assegnatario s'impegna a rendere noti, su richiesta dell'ARNAS, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi" in riferimento a tariffari professionali laddove presenti.

3.7. Il partecipante s' impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice

di Comportamento adottato vigenti all'interno dell'ARNAS, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

3.8. Il partecipante è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il concorrente dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

3.9. Il partecipante è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 6 del D.P.R. n. 62/2013, disposizioni per le quali:

a) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore pari ad € 150,00 calcolato su base annua, per ciascun donante effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

b) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

3.10. Il partecipante dichiara quindi di rispettare i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o altre utilità o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ARNAS eventuali comportamenti difformi posti in essere da personale dipendente dell'amministrazione.

## Art. 4 Sanzioni

4.1. Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota ed accetta che, ferme restando le penalità e le cause di risoluzione previste dalla normativa e dai capitoli speciali di appalto/contratti, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità/Patto di integrità comunque accertato dall'ARNAS, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

a) escussione della cauzione provvisoria;

b) risoluzione del contratto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;

c) escussione della cauzione definitiva;

d) penali previste dall'amministrazione, applicate per danni accertati arrecati all'ARNAS nella misura della percentuale prevista, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

e) esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'ARNAS per 1 anno.

- f) segnalazione alle Autorità competenti, compresa l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- g) nullità dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, per i soggetti privati che violano le disposizioni del precedente comma 3.8.

## **Art. 5 Durata del Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e delle relative sanzioni**

5.1. Il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto. Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 "Obblighi del partecipante alla procedura di scelta", il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

## **Art. 6 Foro competente per la risoluzione di controversie**

6.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Legalità/Patto d'Integrità fra l'ARNAS ed i Partecipanti e tra gli stessi Partecipanti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Palermo in quanto Foro esclusivo.

Per l'ARNAS

---


Per il Partecipante

---


(timbro della società)  
(firma legale rappresentante)



809120 Pinza sec. MAGILL, pediatrica, modificata, lunghezza 20 cm, adatta per la rimozione endoscopica di corpi estranei, per impiego con video-laringoscopi di misura 1 e 2




809125 Pinza sec. MAGILL, modificata, lunghezza 25 cm, adatta per la rimozione endoscopica di corpi estranei, per impiego con video-laringoscopi di misura da 2 a 4




8404BXC Video-laringoscopio HD C-MAC® MAC #4, tecnologia CMOS, con lama per laringoscopio sec. MACINTOSH, misura 4, con interfaccia del sistema C-MAC®, documentazione di immagini e sequenze video tramite BlueButton, per impiego con cavo di connessione C-MAC® 8403X per monitor C-MAC® 8403ZXX, 8404ZXX e C-MAC® PM 8403XD

8404BX Idem, con guida per cateteri di misura da 16 a 18 Charr.



8404AXC Video-laringoscopio HD C-MAC® MAC #3, tecnologia CMOS, con lama per laringoscopio sec. MACINTOSH, misura 3, con interfaccia del sistema C-MAC®, documentazione di immagini e sequenze video tramite BlueButton, per impiego con cavo di connessione C-MAC® 8403X per monitor C-MAC® 8403ZXX, 8404ZXX e C-MAC® PM 8403XD

8404AX Idem, con guida per cateteri di misura da 14 a 16 Charr.



8404KXC Video-laringoscopio HD C-MAC® MAC #2, tecnologia CMOS, con lama per laringoscopio sec. MACINTOSH, misura 2, con interfaccia del sistema C-MAC®, documentazione di immagini e sequenze video tramite BlueButton, per impiego con cavo di connessione C-MAC® 8403X per monitor C-MAC® 8403ZXX, 8404ZXX e C-MAC® PM 8403XD