



Provveditorato Dipartimento Amministrativo <provveditorato@arnascivico.it>

PROP. 110

Dichiarazione infungibilità per la fornitura materiale per oncoematologia

Oncoematologia Pediatrica ARNAS Civico <oncoematologia.ped@arnascivico.it>

7 giugno 2022 14:18

A: Provveditorato Dipartimento Amministrativo <provveditorato@arnascivico.it>

Buongiorno,
si trasmette, come da vostra richiesta la dichiarazione di infungibilità pompe infusionali, insieme con la nota Prot. 10-2022 del 28 Gennaio us, per provvedere all'acquisizione.
grazie
Cordiali saluti
Paolo D'Angelo

Il giorno ven 27 mag 2022 alle ore 11:04 Provveditorato Dipartimento Amministrativo <provveditorato@arnascivico.it> ha scritto:

In riferimento alla consultazione di mercato relativa "alla fornitura triennale, in uso gratuito " service full risk" di n. 30 pompe volumetriche a doppio canale a vie indipendenti, per la somministrazione di terapie a velocità di flusso differenziata di farmaci anche incompatibili tra di loro e contestualmente fornitura in somministrazione di relativo materiale di consumo necessario per il loro funzionamento, per l'U.O.C. Onco-Ematologia Pediatrica dell'ARNAS", dalla stessa è emerso che la Ditta Becton Dickinson è la sola sul mercato ad offrire il suddetto materiale, pertanto dovendo valutare la possibilità dell'acquisizione di quanto richiesto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/16 si chiede di trasmettere il modello allegato alla presente debitamente compilato, al fine di potere giustificare l'infungibilità di quanto richiesto dalla S.V.

In attesa di un Vs. sollecito riscontro al fine di avviare l'iter d'acquisto distinti saluti il RUP Salamone

RISERVATEZZA

Le informazioni trasmesse possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato; sono quindi da intendersi esclusivamente ad uso della persona e/o società a cui sono indirizzate. Qualsiasi modifica, inoltramento, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o società diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 e della normativa nazionale di coordinamento. Qualora questa mail fosse stata ricevuta per errore, si prega di contattare il mittente e cancellarne il contenuto.

PRIVACY

The information transmitted may contain confidential document and/or private matter; they are therefore intended exclusively for the use of the person and/or company to which they are addressed. Any change, forwarding, diffusion or any other utilization related to the information provided by persons and/or companies different than the indicated recipients is forbidden according to the European Regulation n. 2016/679 and by the local law of privacy regulation. If this e-mail was received by mistake, please contact the sender and delete the content.

Thank you...

RISERVATEZZA

Le informazioni trasmesse possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato; sono quindi da intendersi esclusivamente ad uso della persona e/o società a cui sono indirizzate. Qualsiasi modifica, inoltramento, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o società diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 e della normativa nazionale di coordinamento. Qualora questa mail fosse stata ricevuta per errore, si prega di contattare il mittente e cancellarne il contenuto.

PRIVACY

The information transmitted may contain confidential document and/or private matter; they are therefore intended exclusively for the use of the person and/or company to which they are addressed. Any change, forwarding, diffusion or any other utilization related to the information provided by persons and/or companies different than the indicated recipients is forbidden according to the European Regulation n. 2016/679 and by the local law of privacy regulation. If this e-mail was received by mistake, please contact the sender and delete the content.

Thank you...

2 allegati

 **Dichiarazione infungibilità pompe infusionali x OEP.pdf**
855K

 **Prot 10 2022 Richiesta pompe infusionali per UOC di OEP 202220220130_16270040.pdf**
391K

Modello dichiarazione di infungibilità

Oggetto: Acquisizione in regime di infungibilità di 30 POMPE INFUSIONALI A DOPPIO CANALE

Visti:

- l'art. 63 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;
- linea guida n. 8 ANAC.

Ciò premesso e considerato,

Il sottoscritto PAOLO DIANEZIO, in qualità di DIRETTORE,
richiede l'acquisto dei seguenti beni o servizi per i quali si presume ricorrano le condizioni di
infungibilità nei quantitativi e per i periodi di seguito evidenziati:

30 POMPE INFUSIONALI + MATERIALE

IN CONSULTO CON LE DOTT. RICCIARELLI

ALLEGATA ALLA PROCEDURA PROT. 10-2022 DEL 28.01.22

Commercializzati dalla Ditta BD, sotto la
propria responsabilità, dichiara che il prodotto/servizio in oggetto risulta essere allo stato attuale
unico ed infungibile per le seguenti motivazioni:

A DOPPIO CANALE A VIE INALTERNANTI

REDAZIONE FETC ED INSORTIBILE.

BARRARE LA VOCE CORRISPONDENTE

(per quanto attiene ai Farmaci):

- non risultano disponibili farmaci alternativi equivalenti dal punto di vista clinico-terapeutico, ovvero con effetto terapeutico comparabile,

(per quanto attiene ai Dispositivi medici):

- non risultano disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscono soluzioni equivalenti in termini di destinazione d'uso, prestazioni o requisiti funzionali;

(per quanto attiene al materiale Protetico):

- non risultano disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscono soluzioni equivalenti in termini di destinazione d'uso, prestazioni o requisiti funzionali;
- si tratta di protesi da realizzare per uno specifico intervento (cd protesi "custom made"), le cui caratteristiche tecniche e funzionali risultano uniche e non altrimenti reperibili sul mercato;
- sussistono ragioni correlate a specifiche indicazioni di natura e di destinazione d'uso diagnostica terapeutica e risultano, di seguito sintetizzate:

(per quanto attiene ai Beni Durevoli):

- sussistono ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura e di destinazione d'uso diagnostica terapeutica e di risultato, di seguito sintetizzate:

- sussistono ragioni tecniche che impongono il rinnovo parziale o ampliamento di forniture esistenti per cui l'impiego di altre apparecchiature simili comporta incompatibilità o difficoltà/rischi tecnici sproporzionati, come di seguito sintetizzato:

(per quanto attiene al Materiale di consumo collegato all'utilizzo dei beni durevoli):

- non risulta possibile l'utilizzo di prodotti pienamente compatibili (come definito dalle direttive europee di regolamentazione dei dispositivi medici) con apparecchiature in dotazione;
- l'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato rappresenta un rischio per la sicurezza degli operatori e degli utenti;
- l'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato non garantisce una sufficiente qualità del risultato dal punto di vista diagnostico/terapeutico;
- l'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato comporta costi aggiuntivi sproporzionati relativamente ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Data 6.06.2022


IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE
Paolo Scelfo

Direttore UOC

Firma Paolo Scelfo
Don. Paolo D'Angelo
U.O. di Oncematologica Pediatrica
Via...
ING PLAS...
C...
ENPAM 300110979A

Visto e Verifica
Direzione Sanitaria / Direzione UOC ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

Firma



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UNITÀ OPERATIVA DI ONCO-EMATOLOGIA PEDIATRICA
Direttore: Dott. Paolo D'Angelo

UFFICIO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6664326-392

FAX
091 6664127

EMAIL
oncoematoped@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA
28/01/2022

PROT
10-2022

A **Provveditorato ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli**
Ing. Mario Bisignano
Rag Giuseppe Salamone
SEDE

Al Direttore Sanitario ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli
Dr. Salvatore Requierez
SEDE

Oggetto: Prot. 10-2022. Richiesta pompe infusionali doppio canale a vie indipendenti, di peso ed ingombro contenuti, per la somministrazione controllata di farmaci chemioterapici a pazienti dell'U.O.C. di Oncoematologia Pediatrica.

Spett.le Settore Provveditorato,


si richiedono, come da oggetto, n. 30 pompe volumetriche a doppio canale a vie indipendenti per la somministrazione di terapie a velocità di flusso differenziata di farmaci anche incompatibili tra di loro ed anche su accessi vascolari separati, qualora la pratica clinica lo richieda.

La velocità ed i volumi sono indipendenti tra i due canali e possono essere programmati in totale libertà.

Tali pompe sono indispensabili nel nostro reparto per la somministrazione del farmaco Blinatumumab, un anticorpo monoclonale che si somministra in infusione continua per 28 giorni, nel trattamento dei pazienti affetti da Leucemia linfoblastica Acuta, ed inoltre per tutti quei farmaci che necessitano di infusione continua per più giorni. Questo consente di poter continuare la terapia al domicilio del paziente. La pompa è dotata di doppio display per una maggiore visibilità dei parametri fondamentali, anche da grande distanza, e di sistemi che garantiscono sicurezza attiva e passiva come codici di accesso ed allarmi visivi ed acustici.

Inoltre il peso di 600 grammi e l'ingombro ridotto (150 x 90 x 45 mm) rendono queste pompe particolarmente adatte alle esigenze dei nostri pazienti. I set infusionali sono microbore a basso volume residuo, dunque a volume di riempimento ridotto, che consente di diminuire lo spazio morto del sistema.

La nostra dotazione di pompe infusionali è peraltro insufficiente per la mole attuale dei pazienti e molte di loro hanno una vetustà che non consente una programmazione terapeutica in costante sicurezza.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Il fabbisogno presunto annuo complessivo dei deflussori per la degenza ordinaria e il DH è il seguente:

- N. 5.000 deflussori per chemioterapia schemati
- N. 1.000 deflussori per chemioterapia con filtro 0.2 micron
- N. 5.000 deflussori per emoderivati
- N. 5.000 deflussori per infusione di immunoglobuline
- N. 5.000 deflussori standard per idratazione

L'Azienda ha confermato la disponibilità alla eventuale fornitura di zainetti con lembo di chiusura trasparente per la continua visualizzazione del display della pompa e costante monitoraggio dei parametri infusionali.

Un caro saluto

Il Direttore dell'U.O.

Paolo D'Angelo


Dott. Paolo D'Angelo
C. P. ONG PLI 590 36 62738 - mail: dpa@osp.cri.it
C. B. 2019041 9001 60710