Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UOC PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

PEC
ape.ospedalecivicopa@pec.it

WEB
www.arnascivico.it

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Titolo dell'appalto: Consultazione preliminare di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativo alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, per la fornitura biennale di kit procedurali per ablazione transcatetere delle aritmie cardiache mediante tecnologia con campo pulsato.

Il predetto dispositivo risulta distribuito in Italia dalla Boston Scientific S.p.A. – **sede legale: Viale Enrico Forlanini, 23- 20134 Milano , che possiede l'autorizzazione all'immissione in commercio sul territorio nazionale.**

Informazioni complementari: Obiettivo del presente avviso è quello di verificare tramite l'apposita consultazione di mercato se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questa ARNAS, fornitori del prodotto in oggetto, con caratteristiche similari o analoghe.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa ARNAS, l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara per la fornitura del dispositivo oggetto del presente Avviso, entro e non oltre il termine del 14 NOV. 2022, dichiarando la disponibilità a fornire il dispositivo suddetto con caratteristiche similari o analoghe a quelle sopra indicati, proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza del dispositivo offerto alle medesime caratteristiche richieste.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all' ARNAS Civico di Palermo, all'indirizzo P.E.C. ape.ospedalecivicopa@pec.it, avente come oggetto "Manifestazione di interesse per la fornitura di kit procedurali per ablazione transcatetere delle aritmie cardiache mediante tecnologia con campo pulsato da destinare all'UOSD di Elettrofisiologia".

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre detto termine.

Il Dirigente Amministrativo dell' U.O.C. Provveditorato

Dott. Giovanni Coco

Allegato A

CARATTERISTICHE TECNICHE E FABBISOGNO RICHIESTO

Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

KIT PROCEDURALE PER ABLAZIONE TRANSCATETERE DELLE ARITMIE CARDIACHE MEDIANTE TECNOLOGIA CON CAMPO PULSATO COMPOSTO DA CATETERE PER ABLAZIONE A CAMPO PULSATO E RELATIVO INTRODUTTORE ORIENTABILE.

Sistema di ablazione a campi elettrici pulsati (PFA) per il trattamento della Fibrillazione , composto da catetere ablatore, introduttore deflettibile e console PFA.
Composto da:

- Catetere ablatore over the wire con la possibilità di variare la forma delle cinque spline da basket a planare (fiore);
- Catetere ablatore dotato di 20 elettrodi (4 per ogni spline) in grado di erogare energia, con una lunghezza di 115 cm e con diametro dello shaft di 12.8 f;
- Introduttore deflettibile monodirezionale con diametro interno di 13 F e diametro esterno di 16.8 F dotato di angolo di deflessione di 180°;
- Introduttore deflettibile disponibile sia con shaft opaco sia con shaft trasparente.

Fabbisogno biennale pz. 60