



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

## U.O.C. PROVVEDITORATO

### AVVISO

#### CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

**Oggetto:** Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 , per la fornitura biennale in somministrazione ed in conto deposito di dispositivi medici occorrenti all'U.O.C. di Radiologia Interventistica dell'A.R.N.A.S. .

Si dà atto che è stata avviata "Consultazione preliminare di mercato", indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 , per la fornitura biennale in somministrazione ed in conto deposito di dispositivi medici occorrenti all'U.O.C. di Radiologia Interventistica dell'A.R.N.A.S., mediante pubblicazione sul MEPA RDO n. 3242128 .

Si precisa che la RDO MEPA verrà utilizzata esclusivamente per l'espletamento della CONSULTAZIONE DI MERCATO e pertanto le ditte interessate non dovranno presentare né offerta tecnica né offerta economica, ma dovranno trasmettere esclusivamente quanto richiesto utilizzando la Sezione "Comunicazioni" all'interno della RDO di riferimento entro i tempi nella stessa previsti.

**L'Operatore economico potrà utilizzare ugualmente la piattaforma telematica dell'Arnas collegandosi al seguente indirizzo <https://eprocurement.arnascivico.it> ed entrando nella sezione avvisi potrà individuare il numero di riferimento dell'Avviso e dovrà trasmettere quanto richiesto nella sezione Comunicazioni all'interno del predetto avviso .**

**Il termine di scadenza del presente avviso viene fissato per il 4 NOV. 2022**

Il Dirigente Amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato  
Dott. Giovanni Coco





**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Allegato A

### CARATTERISTICHE TECNICHE E FABBISOGNO RICHIESTO

**Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.**

**Stent riassorbibile periferico composto da un polimero riassorbibile in Tyrocor derivato della tirosina di spessore di maglia 115 micron e farmaco antiproliferativo Sirolimus che dopo l'impianto a distanza di quattro anni non è più presente nel vaso.**

**Le caratteristiche principali dello stent sono:**

- ❖ **materiale Tyrocor con Sirolimus;**
- ❖ **iodio nella mescola del polimero per radiopacità ottimale;**
- ❖ **gonfiaggio a singolo step;**
- ❖ **forza radiale 0,22N/mm;**
- ❖ **maglie sottili 115 micron**

**Fabbisogno biennale da fornire in somministrazione pz. 50**

1911

...

...