



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DETERMINA n. 166 TEC/2022 del 26-10-2022**

**OGGETTO:** Riparazione di una Spect-TC Siemens modello SYMBIA T2 in dotazione al nuovo reparto di Medicina Nucleare del Nuovo Polo Oncologico. Ditta Siemens - Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera a) del D.lgs 76/2020. CIG Z893849AEF.

<p><b>U.O.C. Gestione Tecnica</b></p> <p>Proposta n. <u>174</u> del <u>25-10-2022</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Funzionario Istruttore Ass. Tec. Antonino Di Salvo <u>Antonino Di Salvo</u></p> <p>Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico </p>	<p><b>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</b> <b>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2022</b></p> <p>N° Conto economico <u>5.03.03.01.0101</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2022 (euro) <u>3.600.000,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>GESTIONE TECNICA</u></p> <p>Scheda BUDGET allegata datata <u>25/10/2022</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento <u>Er</u></p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. <u>Ug</u></p>
--	--

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile dell' U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di ottobre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/22 assistito dal Carmelo Volpe quale segretario, verbalizzante adotta la seguente determina:

**Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico**

**Visto** il D. Lgs. 30.12.1992. n° 502e s.m.i.

**Vista** la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n° 1349 del 14/10/2022, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

**Premesso:**

- che nel nuovo reparto di Medicina Nucleare del Nuovo Polo Oncologico è installata una Spect-TC Siemens modello SYMBIA T2 per il quale dopo dei controlli di qualità e verifiche funzionali effettuati direttamente da parte della casa madre Siemens, in collaborazione con l'U.O.C di Fisica Sanitaria, in previsione del trasferimento dell'attività di Medicina Nucleare presso i nuovi locali, si rende necessario effettuare un intervento tecnico per la riparazione del sistema;

- che in questo momento il ripristino del sistema Spect-TC Siemens modello SYMBIA T2 permetterà all'UOC di Medicina Nucleare, una volta trasferita, l'utilizzo immediato dell'apparecchiatura in quanto unica per tipologia in quanto con la stessa apparecchiatura il paziente può essere sottoposto a tac e scintigrafia;

**Vista** l'offerta economica n° 200602212 del 05/07/2022 della ditta casa madre Siemens relativa a controlli funzionali e di qualità della Spect-TC modello SYMBIA T2 per l'importo di € 4.532,00 IVA esclusa;

**Visti** i rapporti tecnici della ditta Siemens del 13/09, 14/09 e del 28/09 del corrente anno, con i quali sono stati eseguiti controlli funzionali sul sistema con sorgente puntiforme radioattiva di Tc 99 da dove è stato riscontrato che dei detettori non sono funzionanti e che si rende necessario effettuare un intervento di riparazione;

**Vista** l'offerta economica n° 200604583 del 10/10/2020 della ditta casa madre Siemens relativa alla riparazione con sostituzione detettori e parti di ricambio della Spect-TC modello SYMBIA T2 per l'importo di € 10.835,46 IVA esclusa ridotto ad € 9.570,00 IVA esclusa, dopo richiesta di sconto inoltrata dall'Assistente Tecnico A. Di Salvo dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

**Viste** le autorizzazioni della Direzione Strategica a seguito delle note prot. n. 14196 del 23/08/2022 e n.17985 del 20/10/2022 della scrivente UOC per procedere ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 s.m.i.;

**Atteso che** il D.L. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) convertito con L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, prevede l'aggiudicazione mediante affidamento diretto dei servizi per importi inferiori a € 139.000 al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in corso;

**Atteso** che il costo totale di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 14.102,00 oltre IVA, sarà rilevato, per l'esercizio economico 2022, con ordine sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo della Medicina Nucleare ;

**Preso atto che:**

- il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: *CIG Z893849AEF*;

**Dato** atto che il Dirigente proponente il seguente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del DL 23/10/1996 n° 543 come modificato dalla Legge 20/12/1996 n° 639 e che lo stesso è stato predisposto nel

Comune e di Alta Specializzazione  
Cristina

rispetto della L. 6/11/102 n°190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione- nonché nell'osservanza dei contenuti del piano Aziendale della prevenzione della Corruzione 2019-2021;

### Determina

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

**Approvare** la riparazione della Spect-TC modello SYMBIA T2 in dotazione nei nuovi locali della UOC di Medicina Nucleare al piano cantinato del pad.24 del PO Civico;

**Affidare** alla casa costruttrice Siemens Healthcare srl la riparazione della Spect-TC modello SYMBIA T2 a fronte delle offerte economiche n° 200602212 del 05/07/2022 per l'importo di € 4.532,00 IVA esclusa e n. 200604583 del 10/10/2020 per l'importo di € 9.570,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 14.102,00 oltre IVA;

**Prendere atto** che il costo totale di cui al presente provvedimento per l'importo di € 17.204,44 IVA inclusa verrà rilevato per l'esercizio economico 2022 sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo di Medicina Nucleare del P.O. Civico;

**Affidare** l'esecuzione del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Tecnica che procederà a trasmettere copia dello stesso all'U.O.C. Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;

**Disporre** che la documentazione citata nel presente provvedimento sarà custodita presso l'Ufficio proponente;

**Trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale;

**Dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica

Ing. Ernesto Basilio

Il segretario verbalizzante

1917

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...