



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 182/TEC ___ / 2022 del 02-12-2022

OGGETTO: Riparazione fuori garanzia di un VideogastroscoPIO Karl Storz modello 13823PKSK medium s/n 51938 sic 11972 in dotazione alla U.O.C Gastroenterologia con Endoscopia Diagnostica ed Interventistica del P.O. Civico. affidamento ai sensi del D.L. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) Ditta Mesys Srl Italia Srl . CIG: **Z9038B45DB**

U.O.C. Gestione Tecnica

Rif. N° 188 /TEC del 23.11.2022

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Collaboratore Tecnico
Dott.ssa M.F. Monachino

Il Dirigente Ingegnere Clinico
Ing. Vincenzo Nicastri

Il Direttore F. F. dell' U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Ernesto Basilico

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2022

N° Conto economico 5.03.03.01.001

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2022

(euro) 3.880.000,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

GESTIONE TECNICA

Scheda BUDGET allegata

datata 23/11/2022

Il Responsabile
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore F.F. dell' U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventidue il giorno 02 del mese di Dicembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022 assistito da Corrado Valassese, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

Visto il D. Lgs. 30.12.1992. n° 502 e s.m.i.

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 1349 del 14/10/2022, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore F.F. dell' U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

Premesso che l' U.O.C Gastroenterologia con Endoscopia Diagnostica ed Interventistica del P.O. Civico tra le apparecchiature in dotazione detiene un VideogastroscoPIO marca Karl Storz modello 13823 PKSK medium s/n 51938 sic 11972 utilizzato con il Sistema Televisivo per Endoscopia TP 200 Telepack Karl Storz collaudato il 13/05/2020 in garanzia fino al 12/05/2022;

Vista la richiesta di riparazione n°RL00034228 del 27/04/2022 inoltrata dall' U.O.C Gastroenterologia con Endoscopia Diagnostica ed Interventistica del P.O. Civico alla ditta Polygon S.p.a., del servizio integrato per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di questa Azienda, per il ripristino del suddetto strumento non funzionante per rottura del tirante durante una procedura endoscopica;

Considerato che la manutenzione e la riparazione della suddetta apparecchiatura non sono contemplate tra gli oneri del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, per gli elettromedicali, affidato alla ditta Polygon S.p.a (ex Tecnologie Sanitarie Spa), in quanto non inserita nell'elenco delle apparecchiature in gestione essendo coperta da garanzia con l'azienda fornitrice al momento della richiesta di riparazione ;

Visto che con preventivo di spesa n° n° 79/1 del 17/06/22, della Ditta Soramed S.r.l., distributrice autorizzata del marchio K. Storz dichiara, dopo attento controllo che la riparazione del VideogastroscoPIO non può essere inclusa nelle condizioni di garanzia di vendita ;

Preso atto che tale dichiarazione è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto lo stesso preventivo di spesa n° 79/1 del 17/06/22 della ditta Soramed Srl, distributrice ufficiale del marchio Karl Storz Endoscope, per la riparazione del VideogastroscoPIO Karl Storz modello 13823 PKSK medium s/n 51938 sic 11972 per l'importo di € 6.693,00 Iva esclusa;

Considerati l'imminente scadenza del periodo di garanzia ed il costo d'acquisto dello strumento pari ad € 15.194,00 Iva esclusa, si è ritenuto opportuno richiedere anche un preventivo di spesa alla Ditta Me-Sys Srl, specializzata nella riparazione di strumentario chirurgico ed endoscopia rigide e flessibile e già in passato incaricata da quest'Azienda per riparazioni con buoni risultati;

Considerato inoltre che il valore di rinnovo tecnologico dello strumento collaudato in data 13/05/2020 è pari a circa il 42% del valore iniziale e corrisponde a d € 8.812,52 Iva esclusa;

Visto il preventivo di spesa n° 2.276/00 del 26/08/2022 della ditta Me-Sys Srl, per la riparazione del VideogastroscoPIO Karl Storz modello 13823 PKSK medium s/n 51938 sic 11972 per l'importo di € 1.017,00 Iva esclusa;

Atteso che il D.L. 76/2020 l' art. 1 comma 2 lett. a) convertito con L.120/2020 e DL 77/2021 convertito con L. 108/2021, prevede l'aggiudicazione mediante affidamento diretto dei lavori per importi inferiori a € 150.000 al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in corso;

Vista l'autorizzazione di spesa della Direzione Strategica a seguito della nota prot. n° 0020080 del 22/11/2022 della scrivente UOC per procedere ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 s.m.i.

Preso atto che:

- il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente:**Z9038B45DB**

Atteso che il costo totale di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 1.240,74 Iva inclusa, sarà rilevato per l'esercizio economico 2022 sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo dell' U.O.C di Gastroenterologia con Endoscopia Diagnostica ed Interventistica del P.O. Civico;

Dato atto che il Dirigente proponente il seguente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del DL 23/10/1996 n° 543 come modificato dalla Legge 20/12/1996 n° 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6/11/102 n°190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione-nonché nell'osservanza dei contenuti del piano Aziendale della prevenzione della Corruzione 2020-2022;

Preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati :

Approvare la riparazione del Videogastroscopio Karl Storz modello 13823 PKSK medium s/n 51938 sic 11972 in dotazione all' U.O.C di Gastroenterologia con Endoscopia Diagnostica ed Interventistica del P.O. Civico;

Affidare la riparazione, ai sensi del D.l.gs 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a), alla ditta Me-Sys Srl, con sede legale in via M.Teresa di Calcutta 06023 Gualdo Tadino (PG), a fronte del preventivo di spesa n° 2.276/00 del 26/08/2022 per l'importo totale di € 1.240,74 Iva inclusa;

Prendere atto che il costo di cui al presente provvedimento ammonta ad € 1.240,74 Iva inclusa e sarà rilevato per l'esercizio economico 2022 sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo dell' U.O.C di Gastroenterologia con Endoscopia Diagnostica ed Interventistica del P.O. Civico ;

Affidare l'esecuzione del presente provvedimento all' U.O.C. Gestione Tecnica che procederà a trasmettere copia dello stesso all' U.O.C. Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;

Disporre che la documentazione citata nel presente provvedimento sarà custodita presso l'Ufficio proponente;

Trasmettere il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, all' U.O.C. Economico Finanziario ed alla Direzione Generale;

Dare atto ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e *s.m.i.* che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

Il Direttore FF dell' U.O.C. Gestione Tecnica

Ing. Ernesto Basilico



Il Segretario Verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 04-12-2022 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
