



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Area Provveditorato ed Economato  
Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

Telefono  
091 6662680

FAX  
091 6662672

EMAIL  
[provveditorato@ospedalecivicopa.org](mailto:provveditorato@ospedalecivicopa.org)

WEB  
[www.ospedalecivicopa.org](http://www.ospedalecivicopa.org)

PROT. 1075 del 20.05.2014

**Spett.le Ditta**

**Fax** \_\_\_\_\_

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DEL FARMACO PROTOSSIDO D'AZOTO + OSSIGENO IN BOMBOLA .**

*Quest'Azienda Ospedaliera, deve procedere, all'acquisizione del farmaco "protossido d'azoto + ossigeno in bombola" con le seguenti caratteristiche: costituito da una miscela equimolare di 50% Ossigeno + 50% Protossido d'Azoto (Emono) confezionato in bombola da 5 litri caricata a 170 bar corrispondenti a 1470 litri a pressione atmosferica, cod. ATC N01AX63, occorrenti alle UU.OO. di Ostetricia; Centro Ustioni; Oncoematologia; 1° Rianimazione e Pronto Soccorso . Le bombole possono essere realizzate in acciaio o in alluminio, munite di una valvola in ottone a pressione residua, con raccordo di uscita con una valvola in ottone con riduttore di pressione-flussometro specifico per la miscela Emono a doppio scatto ed uno specifico raccordo a L conforme allo standard NF E29-650. La bombola deve consentire due modalità di somministrazione:*

*1. flusso a domanda : si connette all'uscita della bombola un dispositivo di somministrazione "valvola a domanda" che regola automaticamente il flusso in base al bisogno del paziente nella fase di inspirazione e si chiude automaticamente nella fase di espirazione (questo sistema consente il risparmio del farmaco).*

*2. flusso controllato : il flusso viene impostato in base all'esigenze del paziente dal personale sanitario operando sulla manopola della valvola graduata della bombola e monitorato tramite un pallone reservoir posizionato nel circuito di somministrazione.*



*Il fabbisogno presunto annuale è di n. 60 bombole da 5 litri di Emono e di n. 10 valvole a domanda e del relativo materiale di consumo necessario per l'erogazione a 600 pazienti ( mascherina, tubo di connessione ecc).*

*Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire il suddetto farmaco ovvero prodotti aventi **caratteristiche collimanti** con quelle richieste .*

*Qualora una ditta disponga di tale farmaco dovrà indicarne il prezzo di mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche .*

*A tal proposito **si raccomanda che occorre inviare schede tecniche.***

*Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 06.06.2014 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o tramite posta elettronica [provveditorato@ospedalecivicopa.org](mailto:provveditorato@ospedalecivicopa.org). (c.a. Rag. G. Salamone) .*

*Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.*

*La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.*

F.to

Il Direttore S.O.C. Provveditorato  
(Dott.ssa Nora Virga)