



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AREA PROVVEDITORATO-
ECONOMATO

DATA
20/05/2014

U. O. Appalti e Forniture

tel. 091/6662265

fax 091/6662672

web

www.ospedalecivicopa.org

PROT.

2014/ 1067 / u.f.

A: _____

fax _____

email

ubaldo.ferrante@ospedalecivicopa.org

org

OGGETTO :indagine di mercato conoscitiva “colonna artroscopica per U.O. di Ortopedia”-.

Questa Azienda Sanitaria intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di una colonna artroscopica per l'U.O. di Ortopedia per l'attività chirurgica sulla spalla e sul ginocchio, la colonna deve avere le seguenti caratteristiche di minima:

- Monitor LCD da 21 a 30” per applicazioni medicali, conforme agli standard emc sulla sicurezza medicale;
- telecamera 3 CCD digitale, 750 linee di risoluzione, comprendente consolle 3 ccd, camera-head per ccd, c-mount per 3 ccd;
- fonte luminosa con lampada 300 W xenon;
- pompa per infusione artroscopica;
- shaver e manipolo shaver small;
- consolle a radio-frequenza (ablatore coagulatore);
- supporto per monitor LCD;

Il sistema di acquisizione immagini deve essere composta da:

- sistema digitale case desktop;
- pedale doppio;
- telecomando tx;
- ottica a 30°quadrangolo autoclavabile;
- camicia artroscopica a doppia via con attacco quick-lock completa di trocar ed otturatore da 4mm;
- cavo fibre ottiche mm 5,5, metri 2-3 circa.

Il materiale di consumo presumibilmente necessario per dodici mesi è:

- tubo pompa, n. 100 pezzi
- tubo paziente, n. 100 pezzi
- manipolo ablatore, n. 80 pezzi
- piastra per manipolo, n. 80 pezzi



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- lame per motorizzato, varie misure e di diversa tipologia, aggressive e non, tutte devono essere cannulate per una agevole aspirazione, n. 350 pezzi
- palpatore da 3,4 e da 5,4 mm, n. 4 pezzi
- sutura poliblend fiber wir, n. 30 confezioni
- ancorette da 3,5 a 5,5 mm, n. 95 pezzi
- aghi per pinza, n. 30 pezzi
- cannule per artroscopia spalla da 5,75, 6 e 7 mm, n. 40 pezzi

Si precisa che tale indagine di mercato ha solo fini esplorativi, con lo scopo di individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori ed, eventualmente, di prodotti ritenuti equivalenti.

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo fax o posta elettronica, entro il giorno **10/06/2014**, la manifestazione d'interesse a firma del legale rappresentante o di un procuratore, indicando il prezzo di mercato che potrà essere utilizzato per stabilire un'eventuale base di gara, allegare anche la relativa documentazione tecnica.

E' intenzione di questa Azienda, stipulare un contratto biennale che preveda l'uso gratuito della colonna artroscopica, che deve esser nuova e di ultima generazione, e l'acquisto del relativo materiale di consumo.

Cordiali saluti

F/TO IL DIRETTORE PROVVEDITORATO
(D.ssa Nora Virga)