

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 28-05-2023 al giorno

2

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Lina Di Carlo

=====

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Lina Di Carlo

Altre annotazioni



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA n. 93 TEC/2023 del 26-05-2023

OGGETTO: Riparazione sonda ecografica Siemens modello VF 12-4 LINEARE sn 94542006-SIC 12858 in dotazione all'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Civico -CIG - Z5C3B03B17

<p>U.O.C. Gestione Tecnica</p>	<p>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</p>
<p>Proposta n. <u>84</u> del <u>15.05.2023</u></p>	<p>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2023 N° Conto economico <u>5.03.03.01.901</u></p>
<p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p>	<p>N° Conto Patrimoniale _____ Budget assegnato anno 2023</p>
<p>L'Estensore Sig. Concetta Arcoleso</p>	<p>(euro) <u>1.797.120,00</u></p>
<p><u>Concetta Arcoleso</u></p>	<p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p>
<p>Il Dirigente Ingegnere Clinico Ing. Vincenzo Nicastrì</p>	<p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>GESTIONE TECNICA</u></p>
<p>Il Direttore f.f. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico</p>	<p>Scheda BUDGET allegata datata <u>22/05/2023</u></p>
<p><u>Ernesto Basilico</u></p>	<p>Il Responsabile del procedimento _____</p>
<p>Il Direttore dell'U.O.C. <u>Ernesto Basilico</u></p>	<p>Il Direttore dell'U.O.C. <u>Ernesto Basilico</u></p>

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventitre il giorno 26 del mese di maggio, nella sede della U.O.C. dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020 assistito da Ernesto Basilico quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

Visto il D. Lgs. 30.12.1992. n° 502e s.m.i.

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 1349 del 14/10/2022, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore f.f. dell'U.O.C. gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che l'U.O. C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Civico, tra le apparecchiature in dotazione detiene un ecografo Siemens NX3 elite, matr. 506053 Sic – 12857 per il quale si è riscontrato il danneggiamento della guaina di rivestimento della lente della sonda ecografica lineare il che non ne permette il giusto utilizzo;

Considerato che la manutenzione da effettuare non è contemplata tra gli oneri del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale per gli elettromedicali, affidato alla Ditta Polygon Spa, in quanto danneggiata durante il periodo di garanzia e che la stessa scade lo 06/09/2023;

Atteso che l'intervento di riparazione non rientra nelle condizioni di garanzia in quanto la probabile causa del danneggiamento può essere dovuta alle continue disinfezioni effettuate soprattutto l'emergenza Covid;

Vista la richiesta di preventivo di spesa, inoltrata dall' U.O.C. Gestione Tecnica alla ditta F.A.S. , che ha quantificato la riparazione della sonda per l'importo di € 996,00 iva esclusa e nel contempo ha fornito una sonda muletto ;

Visto il preventivo di spesa della Ditta F.A.S Hospital , che ha quantificato la riparazione della sonda per l'importo di € 996, iva esclusa e nel contempo ha fornito una sonda muletto;

Vista l'autorizzazione di spesa firmata in calce dal Commissario Straordinario, Dott.re Roberto Colletti, con N. Prot.0007234 del 26/04/2023 dalla scrivente U.O.C. , per procedere ai sensi dell'art 1 comma 2 lett.a) del D.l. 76/2020 e smi:

Atteso che il D.L. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) convertito con L. 120/2020 e DL 77/2021 convertito con L. 108/2021, prevede l'aggiudicazione mediante affidamento diretto dei servizi per importi inferiori a € 150.000 al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in corso;

Prendere atto che il costo di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 996,00 iva esclusa sarà rilevato con ordine per l'esercizio economico 2023 sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo dell' U.O. C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Civico;

Preso atto che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente **Z5C3B03B17**:

Dato atto che il Dirigente proponente il seguente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del DL 23/10/1996 n° 543 come modificato dalla Legge 20/12/1996 n° 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6/11/102 n°190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione- nonché nell'osservanza dei contenuti del piano Aziendale della prevenzione della Corruzione 2019-2021;

Preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Determina

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

Affidare alla ditta F.A.S. la riparazione della sonda ecografica Siemens modello VF 12-4 LINEARE sn 94542006- SIC 12858 in dotazione all'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. per l'importo di € 1215,12, iva inclusa;

Prendere atto che il costo di cui al presente provvedimento sarà rilevato con ordine per l'esercizio economico 2023 sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche";

Disporre che la documentazione citata nel presente provvedimento verrà custodita presso l'Ufficio proponente;

Affidare l'esecuzione del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Tecnica che procederà a trasmettere copia dello stesso all'U.O.C. Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;

Trasmettere il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla U.O.C. Economico Finanziario e alla Direzione Generale;

Dare atto ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica

Ing. Ernesto Basilico



Il segretario verbalizzante

