



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UOC PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

PEC

ape.ospedalecivicopa@pec.it

WEB

www.arnascivico.it

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Titolo dell'appalto: Consultazione preliminare di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativo alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, per la fornitura in noleggio di un apparecchio angiografico portatile e di un tavolo operatorio radiotrasparente occorrente all'U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell'Arnas.

Le caratteristiche ritenute infungibili dall'utilizzatore sono le seguenti:

- 1) l'apparecchio deve essere dotato di movimenti robotizzati e sincronizzati tra loro in tutte le direzioni, con memorizzazione delle posizioni acquisite, controllabile tramite pannello di controllo remoto dei movimenti dell'arco posizionabile sul tavolo operatorio, con joystick che consenta una agevole ed intuitivo utilizzo per l'operatore. Inoltre ciò deve consentire di lavorare in autonomia nel campo sterile e con assoluta certezza di mantenere i reperi individuati, caratteristica questa cruciale nelle procedure complesse di chirurgia vascolare aortica;
- 2) Altra caratteristica indispensabile è la presenza, su una apparecchiatura motorizzata, di sensori anticollisione che salvaguardano l'operatore e il paziente da urti accidentali;
- 3) Il sistema monoblocco deve avere generatore e tubo assemblati insieme, al fine di produrre un minor riscaldamento, permettendo di aumentare notevolmente i tempi di scopia ed evitare così blocchi termici della macchina, con possibile conseguenza anche drastica per la salute del paziente. Inoltre il sistema monoblocco permette la generazione di impulsi perfettamente regolari e ben definiti che consentono di ridurre drasticamente gli artefatti da movimento e la dose erogata. Contrariamente il sistema non monoblocco che ha generatore e tubo radiogeno separati e collegati da cavi esterni ad alta tensione, che hanno un'impedenza non trascurabile, sono responsabili di artefatti da movimento e dell'aumento della dose emessa, oltre a presentare un ingombro aggiuntivo del sistema;



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

4) Una potenza nominale reale del generatore pari a 25kW e non inferiore , requisito indispensabile per l'attività chirurgica endovascolare complessa per identificare correttamente le endoprotesi e qualsiasi materiale radiopaco di supporto alle procedure anche nei pazienti obesi.

La predetta apparecchiatura , con le suddette caratteristiche infungibili, risulta distribuito in Italia dalla ditta Ziehm Imaging Srl a Socio Unico, Via Borsellino 22/24, 42124 Reggio Emilia. Tel +39 0522610894 Fax +39 0522612477 P.I.&C.F 02119100358, che possiede l'autorizzazione all'immissione in commercio sul territorio nazionale.

Informazioni complementari: Obiettivo del presente avviso è quello di verificare tramite l'apposita consultazione di mercato se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questa ARNAS, disponibili alla fornitura dell'apparecchiatura suddetta, con caratteristiche similari o analoghe.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa ARNAS, l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara per la fornitura del dispositivo oggetto del presente Avviso, entro e non oltre il termine del 10.07.2023, dichiarando la disponibilità a fornire il dispositivo suddetto con caratteristiche similari o analoghe a quelle sopra indicati, proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza del dispositivo offerto alle medesime caratteristiche richieste.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all' ARNAS Civico di Palermo, all'indirizzo P.E.C. ape.ospedalecivicopa@pec.it, avente come oggetto "Manifestazione di interesse per la fornitura in noleggio di un apparecchio angiografico portatile e di un tavolo operatorio radiotrasparente occorrente all'UOC di Chirurgia Vascolare dell'Arnas.

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre detto termine.

Il Direttore dell' U.O.C. Provveditorato
Ing. Vincenzo Lo Medico