



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UOC PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

PEC

ape.ospedalecivicopa@pec.it

WEB

www.arnascivico.it

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Titolo dell'appalto: Consultazione preliminare di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativo alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), del D.Lgs 36/2023, per la fornitura in noleggio (service full risk) n. 3 sistemi integrati multimodali IVUS, FFR ed iFR modello IntraSight di produzione Philips, occorrente alle UU.OO. di Emodinamica e Radiologia Interventistica.

Le caratteristiche ritenute infungibili dagli utilizzatore sono le seguenti:

Il sistema integrato multimodale deve essere in grado di realizzare gli esami IVUS, FFR ed iFR.

Il sistema per immagini ad ultrasuoni per uso intravascolare, deve essere in grado di fornire un'analisi qualitativa e quantitativa della morfologia vascolare.

Il sistema, oltre all'immagine ecografica del vaso, deve fornire un'immagine longitudinale, attraverso ricostruzione sagittale dello stesso.

Il sistema deve presentare la possibilità di acquisire immagini attraverso sonde intravascolari di tipo elettronico con frequenza inferiore ai 10 MHz e compatibili con guide 0.014"; 0.018", 0.035" e 0.038", e di tipo meccanico dove la frequenza non deve essere inferiore ai 45 MHz.

Opzione visualizzazione del flusso ematico, che si sovrappone alla scala di grigi, fornendo così ulteriori informazioni sulla struttura dei vasi; deve risultare inoltre in grado, grazie ad un software apposito, di caratterizzare la placca aterosclerotica con specifico schema di colori.

Il sistema deve offrire la possibilità, tramite la misurazione dell'FFR, di effettuare la valutazione funzionale di lesioni intermedie a supporto dell'appropriatezza delle procedure.

Il sistema deve permettere la valutazione della riserva di flusso coronarico senza l'utilizzo di agenti iperemici: valutazione iFR, anche con la possibilità di valutare lesioni in serie tramite pull-back.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Il sistema deve risultare compatibile con il software di elaborazione immagini angiografiche Syncvision già in dotazione presso l'U.O.S. di Emodinamica.

Il suddetto sistema , risulta distribuito dalla ditta Giovanni Scibilia e Figlio S.p.A. - con sede in Via Libertà 169 - 90143 – Palermo che detiene l'autorizzazione alla commercializzazione sul territorio della Sicilia Occidentale.

Informazioni complementari: Obiettivo del presente avviso è quello di verificare tramite l'apposita consultazione di mercato se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questa ARNAS, disponibili alla fornitura dell'apparecchiatura suddetta, con caratteristiche simili o analoghe.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa ARNAS, l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara per la fornitura del dispositivo oggetto del presente Avviso, entro e non oltre il termine del **27.07.2023**, dichiarando la disponibilità a fornire il dispositivo suddetto con caratteristiche simili o analoghe a quelle sopra indicati, proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza del dispositivo offerto alle medesime caratteristiche richieste.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all' ARNAS Civico di Palermo, all'indirizzo P.E.C. ape.ospedalecivicopa@pec.it, avente come oggetto "Manifestazione di interesse per la fornitura in noleggio noleggio (service full risk) di n. 3 sistemi integrati multimodali IVUS, FFR ed iFR modello IntraSight di produzione Philips , occorrente alle UU.OO. di Emodinamica e Radiologia Interventistica

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre detto termine.

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo Lo Medico