

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 03-09-2023 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 147 TEC/2023 del 01-09-2023

OGGETTO: Riparazione di n°6 ottiche rigide, n°2 Resettori Olympus, n° 2 Cannule esterne e di n°2 Cannule interne Olympus presso la S.O. dell' U.O.C. Ostetricia e Ginecologia piano 2 padiglione 3 del P.O. Civico. Affidamento ai sensi dell'art.50 comma 1, lettera a) del D.lgs 36 del 31/03/2023-Ditta Me-Sys S.r.l. - CIG: **Z693C45527**.

U.O.C. Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2023
Proposta n. <u>150</u> del <u>30.08.23</u>	N° Conto economico <u>7.23.02.01.01.01</u>
<input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.	N° Conto Patrimoniale _____
Il Collaboratore Tecnico Dott.ssa M.F. Monachino 	Budget assegnato anno 2023 (euro) <u>3534.830,00</u>
Il Direttore dell' U.O.C Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico 	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
	STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>GESTIONE TECNICA</u>
	Scheda BUDGET allegata datata <u>30/08/2023</u>
Il Responsabile del procedimento 	Il Direttore dell'U.O.C.

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell' U.O.C Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventitre il giorno 01 del mese di Settembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1102 del 07/07/2023 assistito da NOT. BELLISSIMO SERAFINO, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

Visto il D. Lgs. 30.12.1992. n° 502 e s.m.i.

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n°1102 del 07/07/2023, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore dell' U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

Premesso che la sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia del padiglione 3 del P.O. Civico ha tra la strumentazione in dotazione, Ottiche rigide e Resettori il cui funzionamento è indispensabile per l'attività isteroscopica operativa e diagnostica che si svolge giornalmente;

Viste le richieste di intervento tecnico per la riparazione di n° 6 Ottiche rigide opacizzate, n° 4 cannule e n° 2 Resettori guasti e non utilizzabili, inoltrate dall' U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Civico all' U.O.C Gestione Tecnica con mail del 15/06/2023 e 29/06/2023 ;

Visto che dalle su elencate richieste di riparazione e da una ricognizione presso la sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Civico effettuata dall' U.O.C. Gestione Tecnica, gli strumenti da riparare risultano essere i seguenti:

Quantità	Marca	Modello	Numero di serie	Motivo intervento
n°1	Wolf	Ottica 30° 2,7 mm	1100810149	Scarsa visibilità
n°1	Wolf	Ottica 30° 2,7 mm	1100869684	Scarsa visibilità
n°1	Wolf	Ottica 30° 2,7 mm	5000367578	Scarsa visibilità
n°1	Wolf	Ottica 30° 2,7 mm	6919443996	Scarsa visibilità
n°1	Wolf	Ottica 30° 2,7 mm	1100799846	Scarsa visibilità
n°1	Storz	Ottica 0° per HS Operativa	11947095	Scarsa visibilità e Connettore per il cavo luce mancante
n°2	Olympus	Resettori per HS Operative 12° e 30°	WA22067A	Guarnizione per l'ingresso dell'Ansa mancante provocando fuoriuscita della soluzione durante l'intervento
n°2	Olympus	Cannule esterne 8,5 mm	A42021	Sostituzione della componente di bloccaggio per la camicia esterna
n°2	Olympus	Cannule interne 8 mm	A42011A	Sostituzione guarnizioni di cui una sprovvista di punta porcellanata

Considerato che la manutenzione delle ottiche rigide e dello strumentario chirurgico non è contemplata tra gli oneri contrattuali del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale, l' U.O.C proponente ha individuato delle ditte specializzate nella riparazione dello strumentario chirurgico;

Considerato che sono state invitate con pec prot 16875, prot 16876, prot n° 16874 e prot 16877 del 16/08/2023 a presentare un preventivo di spesa entro giorno 23/08/2023 alle ore 12.00, rispettivamente le ditte Me-Sys Srl, Althea Italia Spa, Mediteck Srl, e Di Emme Import Srl ;

Preso atto che che entro i termini previsti nella lettera d'invito sono pervenute n° 3 offerte;

Viste le offerte che si riportano di seguito:

-la ditta Me-Sys Srl, con preventivo di spesa del 21/08/2023 inviato a mezzo pec prot in entrata n°0017237 del 22/08/2023, ha quantificato la riparazione del sopraelencato strumentario chirurgico in € 2.400,00 Iva esclusa;

-la ditta Althea Italia Spa, con pec prot in entrata n° 0017238 del 22/08/2023, ha presentato la sua offerta con preventivo di spesa del 21/08/2023, per un importo complessivo di € 3.177,00 Iva esclusa;

-la ditta Di Emme Import Srl, con preventivo di spesa n° 31 del 23/08/2023 inviato via pec prot in entrata n°0017348 del 23/08/2023, ha quantificato la riparazione delle sole ottiche rigide in € 5.813,30 oltre Iva

escludendo i Resettori e le cannule di marca Olympus per i quali propone la sostituzione con modalità repair-exchange con ulteriori costi;;

Vista l'autorizzazione di spesa firmata in calce dal Commissario Straordinario Dott. Roberto Colletti con nota prot. n°0013874 del 28/08/2023 della scrivente UOC per procedere ai sensi dell'art.50 comma 1, lettera a) del D.lgs 36 del 31/03/2023;

Atteso che il costo totale di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 2.400,00 oltre Iva, sarà rilevato per l'esercizio economico 2023 con ordine sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo della S.O di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Civico ;

Preso atto che:

- il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: **Z693C45527**;

Dato atto che il Dirigente proponente il seguente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del DL 23/10/1996 n° 543 come modificato dalla Legge 20/12/1996 n° 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6/11/102 n°190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione- nonché nell'osservanza dei contenuti del piano Aziendale della prevenzione della Corruzione 2019-2021;

Preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Determina

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati:

Approvare la riparazione di n° 6 Ottiche rigide opacizzate, n° 4 cannule e n° 2 Resettori guasti e non utilizzabili presso la S.O. della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia piano 2 padiglione 3 del P.O. Civico;

Affidare la riparazione, ai sensi dell'art.50 comma 1, lettera a) del D.lgs 36 del 31/03/2023, alla ditta Me-Sys Srl, specializzata nella riparazione dello strumentario chirurgico, a fronte del preventivo di spesa del 21/08/2023 per l'importo totale di € 2.928,00 Iva inclusa;

Prendere atto che il costo di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 2.928,00 Iva inclusa sarà rilevato con ordine per l'esercizio economico 2023 sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" al centro di costo della S. O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Civico;

Affidare l'esecuzione del presente provvedimento all' U.O.C. Gestione Tecnica che procederà a trasmettere copia dello stesso all' U.O.C. Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;

Disporre che la documentazione citata nel presente provvedimento sarà custodita presso l'Ufficio proponente;

Trasmettere il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, all' U.O.C. Economico Finanziario ed alla Direzione Generale;

Dare atto ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

Il Direttore dell' U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Ernesto Basilico



Il segretario verbalizzante

