



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO



AVVISO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 77 del D.lgs n. 36/2023, per la fornitura biennale di **fibre ottiche per ablazione laser endovenosa** occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell' A.R.N.A.S. Civico- Di Cristina-Benfratelli di Palermo.

L'A.R.N.A.S. Civico ritiene opportuno esperire, prima dell'avviso della procedura di gara, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi della normativa di riferimento.

La presente consultazione non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente consultazione, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente consultazione per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara, *"a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza"* (art. 77 comma 2 D.Lgs, n. 36/2023).

La partecipazione alla presente consultazione non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura di che trattasi.

L'ARNAS Civico valuterà le soluzioni alternative eventualmente suggerite nel contesto dei contributi forniti ed è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti e notizie che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a:

- Agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- Informare gli operatori economici dell'intendimento della S.A. di volere indire l'appalto programmato;
- Verificare che le caratteristiche tecniche/organizzative della fornitura non siano limitanti del mercato;
- Consentire eventuali osservazioni su soluzioni o elementi tecnici/organizzativi equivalenti;
- Verificare il prezzo corrisposto per la fornitura dello stesso tipo di bene sul territorio nazionale.

1. Luogo di realizzazione

La consegna dei prodotti, nello specifico, delle fibre ottiche per ablazione laser endovenosa da destinare all'U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell'ARNAS Civico è presso l'U.O.C. di Farmacia dell'azienda ospedaliera ARNAS Civico-Di Cristina Benfratelli di Palermo.

2. Descrizione dell'oggetto dell'iniziativa

La fornitura biennale delle fibre ottiche per ablazione laser endovenosa occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell'ARNAS Civico, è **meglio descritta nell'allegato al presente avviso e contraddistinto con la lettera "A"**.

3. Presa d'atto

Gli operatori economici, all'atto della dichiarazione della risposta alla consultazione e quindi con la manifestazione di interesse, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

4. Documentazione richiesta

Si precisa che è necessario soddisfare il c.d. **BISOGNO SANITARIO** individuato nella scheda All. "A", indicando se del caso il diverso elemento tecnico in grado comunque di soddisfare la funzione richiesta.

Ai fini suddetti, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, gli operatori interessati sono invitati a fornire il proprio contributo e la propria manifestazione di interesse, presentando:

- schede tecniche del prodotto proposto;
- dichiarazione firmata digitalmente dal Rappresentante legale o suo delegato nella quale viene indicato il prezzo medio tra tutte le forniture della medesima tipologia, che l'operatore economico si è aggiudicato nell'ultimo triennio, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche del territorio nazionale.

5. Modalità di trasmissione

La ditta interessata non dovrà inserire nelle sezioni dedicate né l'offerta tecnica né l'offerta economica, ma dovrà trasmettere esclusivamente quanto richiesto al punto 4), come allegati, utilizzando la piattaforma telematica eprocurement.arnascivico.it (accessibile dal sito istituzionale dell'ARNAS - sezione fornitori - portale appalti) Avviso A00198 entro i tempi previsti ed indicati nel predetto avviso.

Il termine di scadenza del presente avviso pertanto viene fissato per il 09-01-2024

6. Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs n.196/2003 e GDPR 2016/679 , esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso esplorativo.

Il Responsabile del Progetto è il Rag. Giuseppe Salamone, e-mail: giuseppe.salamone@arnascivico.it

Il Responsabile Unico del Progetto

Rag. Giuseppe Salamone

Il Direttore dell' U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE E FABBISOGNO RICHIESTO

Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, disciplinato dall'allegato II.8, così come disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 36/2023.

L'acquisto di **FIBRE OTTICHE** per ablazione Laser Endovenosa è necessario per il trattamento endovascolare mini-invasivo delle vene varicose degli Arti Inferiori (trattamento della grande e piccola safena). Pertanto è indispensabile che i dispositivi abbiano le seguenti caratteristiche:

-Fibra ottica lunghezza metri 3.0 tipo endovascolare ad emissione a 360° con anello di erogazione Radiale, diametro da 600 micron, completo venoso di introduttore da 6F: PZ 50.

Si richiede la fornitura dell'apparecchiatura **LASER A DIODI in comodato d'uso gratuito** con le seguenti caratteristiche:

-Piattaforma Laser portatile con tecnologia a semiconduttori focalizzati con potenza di 15 watt;

-Emissione energetica di 1470 nm per l'assorbimento preferenziale in acqua e emoglobina con eccellente capacità di penetrazione nei tessuti, necessaria alle procedure endovenose;

-Sistema di retrazione Robotico per il controllo e monitoraggio del movimento della fibra durante il trattamento denominato PULL-BACK, direttamente connesso allo stesso laser e gestito dai programmi pre-impostati nello stesso per una maggiore omogeneità e sicurezza nella retrazione della fibra;

-Presenza di software che consente di selezionare direttamente dal diodo una velocità di retrazione della fibra fino a 4 ms riducendo in sicurezza i tempi di trattamento.

Il Responsabile Unico del Progetto

Rag. Giuseppe Salamone

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo Lo Medico

