



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

Capitolato Tecnico / Scheda Fabbisogno

Il fabbisogno sanitario individuato in unico lotto, è così ripartito:

- Noleggio di N.1 Broncoscopio Rigido universale costituito da una base universale e da una serie di tubi intercambiabili:

- La base universale per broncoscopia adulti deve essere dotata di una porta di accesso assiale per l'introduzione dell'ottica e degli strumenti operativi e da 2 aperture laterali: una per la ventilazione e 1 per l'introduzione della fibra laser e/o crio e/o APC ed eventuali accessori.
- La parte prossimale deve avere un fermo a tenuta d'aria che permetta il collegamento ed il bloccaggio dei tubi tracheo-bronchiali intercambiabili.
- N. 5 tubi tracheobronchiali 360 mm di lunghezza e diametri variabili esterni: 13,20mm, 12mm, 10mm, 8 mm e 7 mm; tutti dotati di fori per la ventilazione.
- N. 2 tubi tracheali lungh. 260 mm. diametri da 13,20 a 12,00 mm
- N.1 Kit completo per posizionamento protesi che, usato con il broncoscopio di cui sopra, permetta l'introduzione ed il posizionamento di protesi a Y endotracheali ed endobronchiali in silicone. Il Kit dovrà essere così composto:
 - porta protesi a Y da 14 a 20 mm con relativo introduttore e spingi protesi
 - porta protesi da 10 a 14 mm. con relativo introduttore e spingi protesi
 - N.1 Pinza da presa morso a coccodrillo robusto 3,5 mm L. 60cm.
 - N.1 Pinza reversa morso a coccodrillo robusto 3,5 mm L. 60cm.
 - N.1 Pinza x posiz. Protesi "y" verde c/crem. e att. luer lock-4,5mm 60cm
 - N.2 Ottica broncoscopica diam. 5,5 mm - vis 0° 1.490 mm hd autoclavabile
 - N.1 Ottica broncoscopica diam. 4 mm - vis 0° 1.490 mm hd autoclavabile

N.B: le ottiche previste dovranno essere garantite e presenti nel numero indicato al reparto, per tutta la durata del noleggio, comprendendo la possibile sostituzione o riparazione fino a 4 volte l'anno.

L'istruttore della pratica
Sig. Giorgio Tarantino

Il Responsabile della fase di aggiudicazione

Dott. Alessandro Molinari

Il Responsabile Unico del Progetto

Rag. Giuseppe Salamone

Il Direttore dell'UOC Provveditorato
Ing. Vincenzo Lo Medico