



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841770828

**U.O.C. PROVVEDITORATO**

Tel. 091 6662261- Mail: [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it) - PEC: [ape.ospedalecivicopa@pec.it](mailto:ape.ospedalecivicopa@pec.it)

### **AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA N. 1 TAVOLA INDICIZZATA PORTAPAZIENTE PER TAC**

L'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione di Palermo intende procedere all'effettuazione di un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici in grado di garantire le seguenti forniture per l'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

<b>OGGETTO</b>	<b>Fornitura di n. 1 Tavola Indicizzata Portapaziente per Tac Siemens Somatom X.Cite 128</b>
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	Vedasi allegato "A"
<b>MODALITA' DI PARTECIPAZIONE</b>	<p>Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la loro candidatura tramite Portale Appalti di questa Stazione Appaltante indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• descrizione sintetica del modello proposto che deve rispettare le specifiche riportate nella scheda allegata, dichiarando il possesso di tutte le certificazioni necessarie e confermando che il modello offerto non sia fuori produzione;</li><li>• i prezzi, proposti, per singolo prodotto, che saranno valutati per l'eventuale invito alle negoziazioni;</li><li>• il numero di unità di prodotto relativa al modello offerto, che ci si impegnerebbe a consegnare, in caso di affidamento;</li></ul> <p>Le condizioni oggettive per individuare l'operatore economico affidatario della fornitura che eseguirà, a seguito di Ordinativo di Fornitura, terranno conto della idoneità tecnica, dichiarate in sede di offerta e della pronta fornitura.</p> <p>Nel caso il cui l'operatore economico non posseda un determinato requisito ma è in grado di proporre una soluzione equivalente può evidenziarlo nella scheda tecnica.</p> <p>Il presente Avviso di manifestazione di interesse ha scopo esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione di operatori economici interessati, per ognuna delle singole attrezzature elencate, alle successive procedure di affidamento e non vincola in alcun modo l'Azienda che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, all'avvio o meno delle predette procedure con gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che hanno formulato la migliore offerta economica per affidare a uno o più operatori economici in grado di coprire l'intero fabbisogno delle attrezzature richieste.</p> <p>La selezione degli operatori economici da invitare sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.</p> <p>L'operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la</p>

	<p>prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere.</p> <p>Gli operatori economici che hanno interesse dovranno inserire la propria migliore offerta nella sezione "Comunicazioni" del portale appalti.</p>
<b>REQUISITI RICHIESTI</b>	<p>Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023.</p> <p>Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>• Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto;</li> <li>• di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure sul Portale Appalti di questa Stazione Appaltante all'indirizzo <a href="https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?HOME">https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? HOME » PORTALE APPALTI</a></li> </ul> <p>Le modalità di utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico sono indicate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione "Fornitori" - "Portale Appalti" - "Informazioni", "Istruzioni e manuali".</p>
<b>TEMPISTICA DI PARTECIPAZIONE</b>	<p>Per la necessità di completare la fornitura entro i termini previsti dal citato decreto le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le <b>ore 10:00 del giorno 18/05/2024</b></p>

Per ulteriori informazioni:

- e-mail: [lucia.digangi@arnascivico.it](mailto:lucia.digangi@arnascivico.it) - [conto.capitale@arnascivico.it](mailto:conto.capitale@arnascivico.it)

- Tel. 091.666.6861

Palermo, 08/05/2024

Il RUP  
*Lucia Di Gangi*  
*Lucia Di Gangi*

Il Direttore UOC Provveditorato  
*Ing. Vincenzo Lo Medico*

Allegato "A"

SCHEDA TECNICA PER ACQUISIZIONE DI TAVOLA INDICIZZATA PORTAPAZIENTE PER TAC  
SIEMENS SOMATOM X.CITE 128

Piano di appoggio paziente piatto costituito da tavola in fibra di carbonio o materiale equivalente, compatibile con accessori di posizionamento per la RT, per eseguire CT di simulazione; la tavola deve essere indicizzata, compatibile con quella utilizzata c/o la tomoterapia della nostra azienda, corredata da interfaccia lock-bar e compatibile con i sistemi di immobilizzazione in uso presso la Struttura Complessa di Radioterapia.

La tavola dovrà essere installata presso la tac Siemens Somatom X.Cite 128 posta al piano scantinato del pad 8. La fornitura dovrà quindi essere completa di aggancio al lettino della tac. Il montaggio dell'interfaccia dovrà essere effettuato a carico e piena responsabilità della ditta.

La tavola dovrà avere la medesima indicizzazione del lettino della Tomotherapy.

Radixact di Accuray.

Dimensione longitudinale  $\geq 190$  cm.

Campo effettivamente esplorabile in scansione spirale, senza incontrare sezioni radio-opache  $\geq 150$  cm.

Capacità di carico con carico equi-distribuito e tavolo al massimo sbalzo  $\geq 200$  kg.

Peso inferiore a 15 Kg.

Bassa attenuazione.

Progettata per ridurre al massimo la possibilità di generare artefatti.

Sarà possibile effettuare sopralluogo previo appuntamento con il tecnico Antonino Di Salvo (3357726411).

*ldh*