



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841770828

U.O.C. PROVVEDITORATO

Tel. 091 6662261 - Mail: provveditorato@arnascivico.it - PEC: ape.ospedalecivicopa@pec.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO DI PROTESI PER LA RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO AREOLA-CAPPEZOLO

L'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione di Palermo intende procedere all'effettuazione di un'**indagine di mercato** al fine di individuare gli operatori economici in grado di garantire la seguente fornitura per l'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

OGGETTO	Fornitura di protesi per la ricostruzione del complesso areola-cappezzolo da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Plastica dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo
SPECIFICHE TECNICHE	Vedasi allegato "A"
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	<p>Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la loro candidatura tramite Portale Appalti di questa Stazione Appaltante indicando:</p> <ul style="list-style-type: none">• descrizione sintetica del modello proposto che deve rispettare le specifiche riportate nella scheda allegata, dichiarando il possesso di tutte le certificazioni necessarie e confermando che il modello offerto non sia fuori produzione;• i prezzi, proposti, per singolo prodotto, che saranno valutati per l'eventuale invito alle negoziazioni;• il numero di unità di prodotto relativa al modello offerto, che ci si impegnerebbe a consegnare, in caso di affidamento; <p>Le condizioni oggettive per individuare l'operatore economico affidatario della fornitura che eseguirà, a seguito di Ordinato di Fornitura, terranno conto della idoneità tecnica, dichiarate in sede di offerta e della pronta fornitura.</p> <p>Nel caso il cui l'operatore economico non possieda un determinato requisito ma è in grado di proporre una soluzione equivalente può evidenziarlo nella scheda tecnica.</p> <p>Il presente Avviso di manifestazione di interesse ha scopo esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione di operatori economici interessati, per ognuna delle singole forniture elencate, alle successive procedure di affidamento e non vincola in alcun modo l'Azienda che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, all'avvio o meno delle predette procedure con gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che hanno formulato la migliore offerta economica per affidare a uno o più operatori economici in grado di coprire l'intero fabbisogno delle forniture richieste.</p> <p>La selezione degli operatori economici da invitare sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.</p> <p>L'operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la</p>

	prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere. Gli operatori economici che hanno interesse dovranno inserire la propria migliore offerta nella sezione "Comunicazioni" del portale appalti.
REQUISITI RICHIESTI	Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023. Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico: <ul style="list-style-type: none"> • non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; • Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto; • di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure sul Portale Appalti di questa Stazione Appaltante all'indirizzo https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? HOME » PORTALE APPALTI Le modalità di utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico sono indicate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione "Fornitori" - "Portale Appalti" - "Informazioni", "Istruzioni e manuali".
TEMPISTICA DI PARTECIPAZIONE	Per la necessità di completare la fornitura entro i termini previsti dal citato decreto le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 24/06/2024

Per ulteriori informazioni:

- e-mail: marialetizia.lanza@arnascivico.it

- Tel. 091.666.2655

Palermo, 13/06/2024

Il Responsabile Unico del Progetto
Rag. Giuseppe Salamone

Il Direttore U.D.C. Provveditorato
Ing. Vincenzo Lo Medico

Allegato "A"

SCHEDA TECNICA PER ACQUISTO DI PROTESI PER LA RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO AREOLA-CAPEZZOLO

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI:

La protesi ha la finalità di colmare il vuoto lasciato nei tessuti a seguito dell'eliminazione della massa tumorale dopo l'intervento di mastectomia e deve essere in grado di offrire una soluzione definitiva alla perdita di proiezione del capezzolo causata dalla scarsa tensione posta in essere dai tessuti molli dell'area stessa e quindi deve risultare in grado di supportare il tessuto molle della zona della mammella nei punti deboli della stessa. L'impianto deve essere ipodermico in silicone biocompatibile liscio e solido impiantabile tale da essere posizionato sotto la pelle, nel grasso sottocutaneo per il miglioramento estetico dell'areola del capezzolo femminile. Esso deve essere costituito da un telaio in Nitinol (lega nichel e titanio) a forma di fiore con copertura in silicone solido traforato, il quale deve essere in grado di reagire con morbidezza alla pressione e recuperare facilmente la forma originale, dopo che è stata piegata, per favorire l'inserimento della tasca e consentire l'ancoraggio dell'impianto al tessuto adiacente, una maggior morbidezza e incapsulamento del telaio in Nitinol.

DIAMETRO DELLA BASE: 45.0 MM \pm 1.0 MM

SPESSORE: 3.0 MM- 0.1 MM /+ 0.2 MM

DIAMETRO PROIEZIONE: 14.0 MM \pm 0.20 MM

DIAMETRO FORO DI PROIEZIONE: 1.5 MM \pm 0.20 MM

ALTEZZA: 14.9 MM \pm 0.20 MM

MATERIALE: MED-4810 SILICONE-NITINOL

METODO DI STERILIZZAZIONE: GAS EtO.

QUANTITA': N. 50 protesi.

Si precisa che le quantità indicate sono riferite al fabbisogno annuale.

Il Responsabile Unico del Progetto

Rag. Giuseppe Salamone

