

## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: https://www.arnascivico.it - P.IVA 05841770828

## **U.O.C. PROVVEDITORATO**

Tel. 091 6662261- e-mail: provveditorato@arnascivico.it – PEC: ape.ospedalecivicopa@pec.it

## AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N. 20 MATERASSI PER BARELLE

L'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione di Palermo intende procedere all'effettuazione di un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici in grado di garantire le seguenti forniture per l'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

OGGETTO	Fornitura di n. 20 materassi per barelle da destinare al Pronto Soccorso P.O. Civico e Pronto Soccorso P.O. Di Cristina
SPECIFICHE TECNICHE	Vedasi allegato "A"
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	Vedasi allegato "A"  Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la loro candidatura tramite Portale Appalti di questa Stazione Appaltante indicando:  • descrizione sintetica del modello proposto che deve rispettare le specifiche riportate nella scheda allegata, dichiarando il possesso di tutte le certificazioni necessarie e confermando che il modello offerto non sia fuori produzione;  • i prezzi, proposti, per singolo prodotto, che saranno valutati per l'eventuale invito alle negoziazioni;  • il numero di unità di prodotto relativa al modello offerto, che ci si impegnerebbe a consegnare, in caso di affidamento;  Le condizioni oggettive per individuare l'operatore economico affidatario della fornitura che eseguirà, a seguito di Ordinativo di Fornitura, terranno conto della idoneità tecnica dichiarate in sede di proposta di offerta e della pronta fornitura (tempistiche di consegna).  Nel caso il cui l'operatore economico non possegga un determinato requisito ma è in grado di proporre una soluzione equivalente può evidenziarlo nella scheda tecnica (ALLEGATO II.5 - Specifiche
	Il presente Avviso di manifestazione di interesse ha scopo esplorativo e si rende necessario al solo scopo di appurare la presenza di un interesse transfrontaliero certo in merito al contratto che sottende l'affidamento diretto da effettuare.  Pertanto, non vincola in alcun modo l'Azienda che si riserva, a
	proprio insindacabile giudizio, all'avvio o meno delle predette procedure.  L'operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere.  Gli operatori economici che hanno interesse dovranno inserire la

	propria proposta economica nella sezione "Comunicazioni" del portale appalti.
REQUISITI RICHIESTI	Possono manifestare interesse i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023.  Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico:  • non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  • iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto;  • di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure sul Portale Appalti di questa Stazione Appaltante all'indirizzo https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? HOME » PORTALE APPALTI  Le modalità di utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico sono indicate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile
TEMPISTICA DI PARTECIPAZIONE	direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione "Fornitori" - "Portale Appalti" - "Informazioni", "Istruzioni e manuali".  Per la necessità della Stazione Appaltante le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 05/09/2024

Per ulteriori informazioni: E-mail: conto.capitale@arnascivico.it

Palermo, 20.08.2024

Il Responsabile UOS Acquisizione beni, attrezzature e servizi Dott. Giovanni Coco

## SCHEDA TECNICA FORNITURA N. 20 MATERASSI PER BARELLE DA DESTINARE AL PRONTO SOCCORSO P.O. CIVICO E PRONTO SOCCORSO P.O. DI CRISTINA

- Imbottitura: in schiuma di poliuretano
- Saldatura in PVC con fodera lavabile e disinfettabile
- Per quanto riguarda la reazione al fuoco si richiede che la struttura/imbottitura e il rivestimento siano in classe 1IM secondo il DM 26/06/1984 e s.m.i. e UNI 9177:2008 da attestare con Omologazione Ministeriale valida
- Dimensioni: cm 185x65x10/12h
- Marchio CE come dispositivo medico secondo la direttiva 93/42/CEE