

Area Provveditorato ed Economato
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB
www.ospedalecivicopa.org

Prot. n. 2001 del 06/30/2014

Spett.le Ditta

OGGETTO :indagine di mercato conoscitiva “materiale dedicato in Utin (Neonatologia)”-.

Questa Azienda Sanitaria intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento della fornitura del sottoelencato materiale specialistico dedicato in Utin (Neonatologia) di produzione Euromed -Cremascoli e/o equivalente:

- maschere facciali per rianimazione respiratoria del neonato in silicone riutilizzabile di produzione Euromed e/o equivalente. Il materiale descritto neonatale è monopaziente, destinato al supporto respiratorio non invasivo, tale sistema deve essere latex free, leggero ed ergonomico, deve essere riutilizzabile per diversi cicli di sterilizzazione e totalmente compatibile con i dispositivi in possesso all'Utin.

Misura neonato codice CP6101-----fabbisogno annuale pz. 50

Misura Infante codice CP6102-----fabbisogno annuale pz. 50

Misura Pediatrica codice CP6103-----fabbisogno annuale pz. 50

- Cannula nasale che fornisce il supporto respiratorio per i bambini denominata Neotech ram cannula di produzione Euromed e/o equivalente. Il materiale descritto neonatale è monopaziente, destinato al supporto respiratorio non invasivo, tale sistema deve essere latex free, leggero ed

ergonomico, deve essere dotato di un singolo tubo per il collegamento + adattatore per l'ossigeno da usare con le apparecchiature in possesso dell'Utin.

Neotech ram cannula cod. N4901NS per prematuro <1000 gr. ----fabbisogno annuale pz. 50

Neotech ram cannula cod. N4902NS per neonato 1000-2500 gr---fabbisogno annuale pz. 50

Neotech ram cannula cod. N4903NS per infante >2500 gr. -----fabbisogno annuale pz. 50

Adattatore ossigeno cod. N4820-----fabbisogno annuale pz. 50;

- Filtro “destinato alla terapia infusione dove è richiesto il dispositivo a due vie per farmaci fotosensibili a circuito chiuso” da 0,2 micron codice AVP11201 di produzione Cremascoli e/o equivalente fabbisogno annuale pz. 200;
- Filtro “destinato alla terapia infusione dove è richiesto il dispositivo a due vie per farmaci fotosensibili a circuito chiuso” da 1,2 micron codice AVP11202 di produzione Cremascoli e/o equivalente fabbisogno annuale pz. 100;

Si precisa che tale indagine di mercato ha solo fini esplorativi, con lo scopo di individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori ed, eventualmente, di prodotti ritenuti equivalenti. Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura. I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo fax o posta elettronica, entro il giorno **17/10/2014**, la manifestazione d'interesse a firma del legale rappresentante o di un procuratore, indicando il prezzo di mercato che potrà essere utilizzato per stabilire un'eventuale base di gara, allegare anche la relativa documentazione tecnica.

Distinti saluti

IL DIRETTORE SOC PROVVEDITORATO

D.ssa Nora Virga

