

CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE , UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN'ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE
L'IMPRESA INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELATIVA SCHEDA TECNICA

LOTTO 1	U.M	FABBISOGNO BIENNALE	numero di unità di prodotto relativo al modello proposto	possesso di tutte le certificazioni necessarie . Indicare SI/NO	EVENTUALI OSSERVAZIONI	informazioni su elementi economici riferiti ai prezzi di mercato in essere presso altre SA con rif. Atti aggiudicazione
sorgente multigamma in geometria Marinelli da 1 litro, diametro 77mm, di attività totale nominale pari a 40kBq e con miscela di radionuclidi: NG3 (60-1836 keV) per il controllo della catena spettrometrica dell'impianto di smaltimento reflui a servizio della Medicina Nucleare caratteristiche descrittive:	nr	1				€.
attività totale nominale pari a 40kBq						
miscela di radionuclidi: NG3 (60-1836 keV						

diametro interno 77mm,						
volume attivo: 1 litro						
densità: 1 g/cm3						
certificato: DakkS						
Sorgente beta "Wide Area" di 90 SR di attività totale nominale pari a 3 kBq, calibrata in attività ed emissione superficiale, dimensione parte attiva: 100 mm x 100 mm. classificazione ISO/12/C34645, per il controllo della strumentazione di radioprotezione caratteristiche descrittive:	nr	1				€.
attività totale nominale pari a 3 kBq +/- 30%						
dimensione parte attiva: 100 mm x 100 mm.						
densità: 1 g/cm3						
certificato: EZN						
La fornitura delle sorgenti sopra elencate dovrà comprendere il ritiro, trasporto e smaltimento finle, attestato da idonea certificazione, della sorgente multigamma in geometria Marinelli in dotazione, decaduta e non più idonea all'utilizzo, type QCRB1155 s.n. BC-4557.						
Le sorgenti dovranno essere munite di certificato di calibrazione, in particolare, per la sorgente Beta il certificato dovrà riportare il rateo di emissione superficiale (β -cm2 - S1)						