



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841770828

U.O.C. PROVVEDITORATO

Tel. 091 6662261- Mail: [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it) - PEC: [ape.ospedalecivicopa@pec.it](mailto:ape.ospedalecivicopa@pec.it)

### **AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA BIENNALE DI N. 8 UNITA' DI RISCALDAMENTO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUANTITA' DEL VOLUME DEI FLUIDI DI IRRIGAZIONE NELLE PROCEDURE OPEN, A TEMPERATURA COSTANTE E CONTROLLATA, PER IL LAVAGGIO INTRAOPERATORIO DEL PAZIENTE, CON CORREDATO DA 1200 TELI MONOUSO CON TECNOLOGIA "CHIPS AND LOCK" DA DESTINARE ALLE UU.OO.CC. DI CHIRURGIA ONCOLOGICA, CHIRURGIA GENERALE I AD INDIRIZZO D'URGENZA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'A.R.N.A.S. CIVICO DI PALERMO**

L'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione di Palermo intende procedere all'effettuazione di un'**indagine di mercato** al fine di individuare gli operatori economici in grado di garantire le seguenti forniture per l'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo i sensi dell'art. 108 c.3 del medesimo decreto.

<b>OGGETTO</b>	<b>Fornitura biennale di n. 8 unità di riscaldamento corredato da 1200 teli monouso con tecnologia "chips and lock" per il riscaldamento e monitoraggio della quantità del volume dei fluidi di irrigazione nelle procedure open, a temperatura costante e controllata, all'interno del campo sterile per il lavaggio intraoperatorio del paziente da destinare alle UU.OO.CC. di Chirurgia Oncologica, Chirurgia Generale I ad Indirizzo d'Urgenza e Ostetricia e Ginecologia dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo.</b>
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	Vedasi allegato "A"
<b>MODALITA' DI PARTECIPAZIONE</b>	<p>Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la loro candidatura tramite Portale Appalti di questa Stazione Appaltante indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• descrizione sintetica del modello proposto che deve rispettare le specifiche riportate nella scheda allegata, dichiarando il possesso di tutte le certificazioni necessarie e confermando che il modello offerto non sia fuori produzione;</li><li>• i prezzi, proposti, per singolo prodotto, che saranno valutati per l'eventuale invito alle negoziazioni;</li><li>• il numero di unità di prodotto relativa al modello offerto, che ci si impegnerebbe a consegnare, in caso di affidamento;</li></ul> <p>Le condizioni oggettive per individuare l'operatore economico affidatario della fornitura che eseguirà, a seguito di Ordinativo di Fornitura, terranno conto della idoneità tecnica, dichiarate in sede di offerta e della pronta fornitura.</p> <p>Nel caso il cui l'operatore economico non posseda un determinato requisito ma è in grado di proporre una soluzione equivalente può evidenziarlo nella scheda tecnica.</p> <p>Il presente Avviso di manifestazione di interesse ha scopo</p>

	<p>Il presente Avviso di manifestazione di interesse ha scopo esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione di operatori economici interessati, per ognuna delle singole forniture elencate, alle successive procedure di affidamento e non vincola in alcun modo l'Azienda che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, all'avvio o meno delle predette procedure con gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che hanno formulato la migliore offerta economica per affidare a uno o più operatori economici in grado di coprire l'intero fabbisogno delle forniture richieste.</p> <p>La selezione degli operatori economici da invitare sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere.</p> <p>Gli operatori economici che hanno interesse dovranno inserire la propria migliore offerta nella sezione "Comunicazioni" del portale appalti.</p>
<p><b>REQUISITI RICHIESTI</b></p>	<p>Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023.</p> <p>Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>• Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto;</li> <li>• di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure sul Portale Appalti di questa Stazione Appaltante all'indirizzo <a href="https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?HOME">https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?HOME</a> » PORTALE APPALTI</li> </ul> <p>Le modalità di utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico sono indicate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione "Fornitori" - "Portale Appalti" - "Informazioni", "Istruzioni e manuali".</p>
<p><b>TEMPISTICA DI PARTECIPAZIONE</b></p>	<p>Per la necessità di completare la fornitura entro i termini previsti dal citato decreto le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le <b>ore 10:00 del giorno 28/02/2025</b></p>

Per ulteriori informazioni:

- e-mail: [marialetizia.lanza@arnascivico.it](mailto:marialetizia.lanza@arnascivico.it) - [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it) alla C.A. della Dott.ssa M. L. Lanza/Rag. G. Salamone

- Tel. 091.666.2655

Palermo, 12/02/2025

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dott.ssa Maria Letizia Lanza



Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Ing. Vincenzo Lo Medico



Allegato "A"

Scheda tecnica/scheda fabbisogno per la fornitura biennale di n. 8 unità di riscaldamento in grado di assicurare fluidi caldi ed immediatamente accessibili all'interno del campo sterile, per il lavaggio intraoperatorio del paziente, che consente di misurare la quantità di liquido irrigato all'interno del distretto anatomico corredato da 1200 teli monouso con tecnologia "chips and lock" per sistemi di monitoraggio della quantità del volume dei fluidi di irrigazione nelle procedure open, a temperatura costante e controllata, in comodato d'uso, necessari alle UU.OO.CC. di Chirurgia Oncologica, Chirurgia Generale I ad indirizzo d'Urgenza e Ostetricia e Ginecologia dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo.

Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente" ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n.36 del 2023 e s.m.i che rinvia all'allegato II.5 " Specifiche tecniche ed etichettature".

Capitolato tecnico/scheda fabbisogno

<p>Sistema di riscaldamento in grado di assicurare fluidi caldi e immediatamente accessibili all'interno del campo sterile, per il lavaggio intraoperatorio del paziente e che consente di misurare la quantità di liquido irrigato, all'interno del distretto anatomico dotato di:</p> <p>Pannello /display luminoso per una immediata visualizzazione dei parametri impostati; sistema di riscaldamento dei fluidi in un tempo inferiore di 10 min per una rapida ed immediata disponibilità della soluzione di lavaggio; possibilità di settare la temperatura (indicare il range della temperatura che deve essere tra 20 °C e 49°C); sistema di regolazione dell'altezza dell'unità di controllo (indicare parametri di regolazione in cm); notevole quantità di liquido disponibile all'interno della bacinella termica del sistema (indicare valore massimo in lt); sistema per la misurazione della quantità del liquido irrigato, consentendo il monitoraggio della quantità di soluzione utilizzata durante l'intervento; ruote girevoli, per una semplice e comoda portabilità e trasporto dell'apparecchiatura, all'interno del blocco operatorio; attivazione del riscaldamento in modo automatico e solo in presenza del liquido.</p>	PZ	8
<p><b>Materiale a corredo:</b></p> <p>Telo monouso dedicato dotato di tecnologia "chips and lock" per sistemi di monitoraggio della quantità del volume dei fluidi di irrigazione nelle procedure open, a temperatura costante e controllata</p>	PZ	1200

Si precisa che le quantità indicate sono riferite al fabbisogno biennale.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Maria Letizia Lanza  


Il Direttore U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo Lo Medico  
