

Allegato "A"

Scheda tecnica/scheda fabbisogno per la fornitura annuale in somministrazione di aghi per biopsia osteomidollare e per aspirato midollare necessari ala U.O.S.D. di Oncoematologia con Trapianto autologo dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo.

Qualora la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente" ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n.36 del 2023 e s.m.i che rinvia all'allegato II.5 "Specifiche tecniche ed etichettature".

Capitolato tecnico/scheda fabbisogno

Aghi per Biopsia Osteomidollare da cresta iliaca posteriore: 8 Gauge fino a 100 mm	PZ	150
Aghi per Biopsia Osteomidollare: 8 Gauge fino a 150 mm	PZ	200
Impugnatura ergonomica Lunghezza fino a 100 mm e a 150 mm Gauge 8 Cannula/mandrino in acciaio inoz Mandrino con punta trocar Cannula con punta a corona Regolatore di profondità Dispositivo di intrappolamento per il recupero ottimale del frustolo (trapsystem)		
Aghi per aspirato midollare da cresta iliaca posteriore/esterno: 14 Gauge fino a 80 mm	PZ	300
Aghi per aspirato midollare da cresta iliaca posteriore/esterno: 14 Gauge fino a 100 mm	PZ	100

Si precisa che le quantità indicate sono riferite al fabbisogno annuale.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Maria Letizia Lanza



Il Direttore U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo Lo Medico

