



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO

DIRETTORE: Ing. Vincenzo Lo Medico

TELEFONO: 091.666.2241

MAIL: provveditorato@arnascivico.it

SITO WEB: WWW.ARNASCIVICO.IT

ALLEGATO A

Scheda tecnica/fabbisogno per la fornitura in somministrazione di maschere per terapia iperbarica necessari alla U.O.C. SUES 118 Centrale Operativa PA/TP

- **Tipologia Fornitura:** Maschere per Terapia Iperbarica
- **Fabbisogno Richiesto:** n. 30 unità
- **Caratteristiche Tecniche :** Maschere complete di cinghie per terapia iperbarica, onde consentire il regolare turnover delle stesse durante i cicli giornalieri delle terapie.

Tali maschere dovranno essere dispositivi di protezione individuale in silicone, in cui sono stati sostituiti gli originali attacchi di collegamento dei filtri con attacchi forniti di valvole unidirezionali.

Il dispositivo di protezione deve:

- essere anallergico e idoneo a subire un lavaggio e disinfezione giornaliera;
- essere fornito di cinghie smontabili e regolabili che consentano la perfetta aderenza al volto del paziente;
- avere un adattatore collocato a sinistra o a destra, posizionabile a 360° che consente di collegare la mandata dell'aria nelle posizioni più confortevoli;
- avere un punto di prelievo, collocato centralmente, per l'analisi facoltativa dell'aria all'interno della maschera;
- avere un adattatore, collocato a sinistra e a destra, per la fuoriuscita dell'aria;

Qualora la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel presente allegato, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata della menzione "o equivalente" ai sensi dell'articolo 79 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i che rinvia all'allegato II.5 "Specifiche tecniche ed etichettatura.

Il RUP

Alessandro Molinari

IL Direttore UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Lo Medico