



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841770828

### U.O.C. PROVVEDITORATO

Tel. 091 6662261 - Mail: [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it) - PEC: [ape@ospedale.civico.pa.it](mailto:ape@ospedale.civico.pa.it)

**Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in Service di attrezzature da laboratorio e dei relativi materiali di consumo dedicati per lo screening neonatale per atrofia muscolare spinale (SMA).**

### CHIARIMENTI

Oggetto	Capitolato
Quesito 1	Punto 4 A (Caratteristiche tecniche di minima - Strumentazione Richiesta): Le quantità indicate relative alla strumentazione richiesta, sono riferite al singolo centro o per entrambi i centri? A titolo di esempio, n° 2 punzonatori e n° 2 termociclatori RT PCR, sono da intendersi per ciascuno centro (e quindi in totale 4 punzonatori/4 termociclatori RT PCR come strumentazione minima richiesta) o sono le quantità totali (2 punzonatori e 2 termociclatori RT PCR come strumentazione minima richiesta)?
Risposta	<b><i>Le quantità indicate sono riferite AD ENTRAMBI I CENTRI</i></b>

Oggetto	Disciplinare
Quesito 2	A fronte delle disposizioni indicate nel Disciplinare di gara al paragrafo "Inadempienze e penalità", si chiede se in ogni caso è fatta salva una valutazione in contraddittorio tra le parti per valutare l'effettiva causa di eventuali ritardi nella consegna dei materiali e che in ogni caso le penalità non saranno applicate qualora il ritardo derivi da cause di forza maggiore e/o non causati dal fornitore.
Risposta	<b><i>Si conferma quanto previsto nel Capitolato: "In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell'esecuzione del contratto d'intesa con il RUP, mediante apposito provvedimento".</i></b>

Oggetto	<b>Capitolato</b>
<b>Quesito 3</b>	In caso di fornitura di strumentazione di Back-Up per i siti di Catania e Palermo, Codesta Amministrazione accetta una variazione sui tempi di intervento e risoluzione dei problemi modificandoli in 10gg lavorativi?
Risposta	<b><i>Si Conferma quanto previsto nel Capitolato di gara.</i></b>

Oggetto	<b>Capitolato</b>
<b>Quesito 4</b>	Qualora la produzione e conservazione dei reagenti venga gestita dal sito produttivo aziendale posto al di fuori dell'Italia (ad esempio Finlandia), ed è quindi soggetta alle condizioni di trasporto che garantiscono la corretta conservazione offerta dai partner della logistica, ferme restando le penali indicate in gara, Codesta Amministrazione accetta una consegna rapida in 7gg ed una consegna normale in 15gg?
Risposta	<b><i>Si Conferma quanto previsto nel Capitolato di gara.</i></b>

Oggetto	<b>Capitolato</b>
<b>Quesito 5</b>	Per una più efficiente gestione delle consegne, proponiamo una programmazione delle consegne annuali su base trimestrale. E' accettabile per la Vostra organizzazione lavorare con consegne programmate su base trimestrale? Ciò viene proposto per assicurarvi gli stessi lotti con cadenza annuale, al fine di garantire una più efficiente lavorazione dei campioni in laboratorio.
Risposta	<b><i>Si Conferma quanto previsto nel Capitolato di gara.</i></b>

Oggetto	<b>Capitolato</b>
<b>Quesito 6</b>	Punto 4B, reativo a: Kit certificato di conferma per SMN1 e SMN2 CNV si richiedono i seguenti chiarimenti: Il kit deve essere certificato CE IVD?
Risposta	<b><i>SI, il Kit deve essere certificato CE IVD.</i></b>

Oggetto	<b>Capitolato</b>
<b>Quesito 7</b>	Specificare il numero massimo di test previsto (totale per i 2 centri) per anno, in modo tale da poter quantificare i reagenti necessari.
Risposta	<b><i>Il numero massimo di test è quello previsto da Capitolato. Si specifica altresì che l'operatore economico aggiudicatario potrà eventualmente fornire soltanto il kit e il software, non gli strumenti o altri consumabili associati a questo tipo di conferma diagnostica.</i></b>

Oggetto	<b>Capitolato</b>
<b>Quesito 8</b>	In relazione alla richiesta di fornire stampanti e relative cartucce a colori, si richiede la possibilità di fornire cartucce in bianco e nero, trattandosi di strumentazione ancillare

	ed eventualmente da utilizzare per stampare un referto.
Risposta	<b><i>Si conferma la richiesta come da Capitolato di gara</i></b>

Oggetto	<b>Capitolato:</b>
<b>Quesito 9</b>	Nel capitolato di gara è indicato che "Nel caso in cui si verificano ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti del laboratorio, o attraverso evidenza documentale): le Aziende appaltanti si riservano la facoltà di applicare un'ulteriore penale, pari a 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto". Si chiede in base a cosa verranno stabiliti i ritardi sulle manutenzioni.
Risposta	<b><i>Si conferma quanto previsto nel Capitolato di gara.</i></b>

Oggetto	<b>Capitolato:</b>
<b>Quesito 10</b>	Nel capitolato di gara è indicato che "Notifica al Laboratorio di riferimento di ogni richiamo, alert o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati: le Aziende appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a 500,00 per ogni giorno solare di ritardo." Si chiede dove sono indicati i tempi di riferimento superati i quali le Aziende Appaltanti hanno la facoltà di applicare le penali.
Risposta	<b><i>Si conferma quanto previsto nel Capitolato di gara.</i></b>

Oggetto	<b>Capitolato:</b>
<b>Quesito 11</b>	Nel capitolato di gara è indicato che "In caso di guasti, non risolvibili senza l'intervento diretto dell'operatore, devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 48 ore solari dalla richiesta". In caso di presenza di uno strumento di back-up, è possibile estendere il tempo di ripristino da 48 ore solari a 48 ore lavorative?
Risposta	<b><i>Si conferma quanto previsto nel Capitolato di gara. Nel caso specifico le penali saranno applicate immediatamente</i></b>

Oggetto	<b>Capitolato:</b>
<b>Quesito 12</b>	Per la procedura in corso si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Capitolato - sezione 4 B) consumabili per punzonatore DBS: si prega di specificare se da includere le Guthrie Cards
Risposta	<b><i>No la Guthrie Cards non è da includere.</i></b>

Quesito 13	Per la procedura in corso si chiedono i seguenti chiarimenti: Capitolato - sezione 4 B) kit certificato di conferma SMN1 e SMN2 CNV: si prega di specificare la tecnologia su cui utilizzare i suddetti kit e nr analisi previste o formato del kit richiesto (in reazioni)
Risposta	<b><u>I TEST DI CONFERMA SARANNO UTILIZZATI SUGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI RIFERIMENTO. IL KIT (COME DA CAPITOLATO) DEVE ESSERE CONCORDATO CON I CENTRI DI RIFERIMENTO</u></b>

Il Responsabile del Progetto  
*Ing. Lo Medico Vincenzo*