



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

**AREA PROVVEDITORATO**

Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

**Telefono**

091 6662261

**FAX**

091 6662672

**EMAIL**

[provveditorato@ospedalecivicopa.org](mailto:provveditorato@ospedalecivicopa.org)

**WEB**

[www.ospedalecivicopa.org](http://www.ospedalecivicopa.org)

**DATA**

31.10.14

**PROT.**

**2014/2189**

Spett.le Ditta

Fax \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura del servizio di noleggio triennale di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito.**

Questa Amministrazione ha necessità di procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto.

A tal fine intende verificare:

- 1) Se codesta ditta e se prodotti richiesti siano presenti sul Mepa ed il relativo metaprodotto
- 2) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche collimanti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 3) se codesta ditta dispone di tutti i materiali di cui si compone ciascun lotto
- 4) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, le discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il **12.11.14** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 ovvero al seguente indirizzo mail: [provveditorato@ospedalecivicopa.org](mailto:provveditorato@ospedalecivicopa.org), rinviando l'allegato elenco dei lotti con l'indicazione del prezzo di mercato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato  
Dott.ssa Nora Virga



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

**-CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**Procedura aperta avente ad oggetto il servizio di noleggio biennale  
di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito**

## INDICE

ART.	OGGETTO	PAG.
1	OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO	3
2	QUANTITATIVI PRESUNTI ED IMPORTI	3
3	SOPRALLUOGO	4
4	ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RITIRO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RICONSEGNA DISPOSITIVI	4
5	CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO	5
6	ONERI DI ESERCIZIO	5
7	RISORSE UMANE	5
8	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	6
9	CONTROLLI DEL CONDUTTORE	6
10	TEMPI DI AVVIAMENTO DEL NOLEGGIO	6
11	INADEMPENZE E PENALITA'	6
12	PREZZI	7
13	RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'	7
14	MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	7
15	PAGAMENTO FORNITURE	7
16	CONTROLLI	7
17	CONTESTAZIONI	8
18	SICUREZZA	8
19	REVOCA-RISOLUZIONE-RECESSO	8
20	FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE, SCIoglimento- CESSAZIONE DELL'APPALTATORE	8
21	DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO	9
22	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	9
23	SUBAPPALTO	9
24	STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE ACCESSORIE	9
25	FORO COMPETENTE	10
26	PRIVACY O RISERVATEZZA	10
27	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO	10
28	ESECUZIONE ANTICIPATA OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI	10

## ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

La presente procedura aperta ha per oggetto la fornitura del **SERVIZIO SU CHIAMATA DI NOLEGGIO DI MATERASSI, PER LA PREVENZIONE E CURA DEL DECUBITO per pazienti adulti con tipologie di rischio differenziato, ad alto e ad altissimo rischio** per le varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo nazionale e di Alta specializzazione Civico, G. Di Cristina e Benfratelli” .

La procedura è articolata in un singolo lotto:

- Lotto n. 1 comprendente la tipologia A e B dei materassi per adulti

Il contratto che si instaura con l'aggiudicazione, è un **contratto di somministrazione**.

Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nell'allegato 1 del presente C.S.

I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell'Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si risconteranno nel corso degli anni di durata del contratto. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi. L'Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

Il servizio avrà una durata triennale **(3) anni**.

## ART. 2 QUANTITATIVI PRESUNTI ED IMPORTI .

**Riepilogo dei quantitativi ed importi al netto dell'iva distinti per anno relativo ai lotti in gara**

	<b>Tipologia materasso</b>	<b>Numero di giornate</b>	<b>importo a base di gara per giornata</b>	<b>importo annuo a base di gara</b>
<b>Lotto n. 1</b>	<b>Tipologia. A</b>	<b>Giornate annue CONTINUATIVE n. 7500</b>	<b>€ 3,80</b>	<b>€ 28.500,00</b>
	<b>Tipologia. A</b>	<b>Giornate annue SU CHIAMATA n° 5.000</b>	<b>€ 4,20</b>	<b>€ 21.000,00</b>
	<b>Tipologia. B</b>	<b>Giornate annue SU CHIAMATA n° 1.500</b>	<b>€ 6,20</b>	<b>€ 9.300,00</b>
	<b>Tipologia. B</b>	<b>Giornate annue CONTINUATIVE n° 1.000</b>	<b>€ 5,95</b>	<b>€ 5.950,00</b>
			<b>Totale annuo</b>	<b>€ 64.750,00</b>

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del Committente "A" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a possibile potenziale rischio	Valutazione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza
<b>Tutti i rischi interferenziali declinati nelle diverse tipologie</b> (biologico, chimico, fisico, incendio ed esposizione, rischi infortunistici, utilizzo attrezzature e impianti)	"A" Rischio biologico	UU.OO. di destinazione	2	DPI: guanti, camici, cappellini, mascherine monouso non sterili	<b>Guanti</b> (paio) € 0,04x28.000 = € 1.120,00  <b>Calzari</b> (paio) € 0,085x14.000 = € 1.190,00
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.310,00</b>

### IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO A BASE DI GARA € 194.250,00 OLTRE IVA

Tale importo si ritiene comprensivo degli oneri non ribassabili relativi alla sicurezza come specificato nella suesposta in tabella.

### ART. 3 SOPRALLUOGO

Le Ditte partecipanti, al fine di valutare tutti gli aspetti organizzativi e logistici del servizio, dovranno recarsi presso Az. Osp. ARNAS per prendere visione dei locali e dei percorsi oltre che delle esigenze specifiche. Per effettuare il sopralluogo la Ditta dovrà rivolgersi alla Direzione Sanitaria di Presidio Osp. Civico dell'Az. Osp. ARNAS che rilascerà una relazione di avvenuto sopralluogo.

Nel corso del sopralluogo le Ditte dovranno rilevare tutti i dati necessari per la corretta formulazione dell'offerta.

### ART. 4 ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RITIRO, TRASPORTO,



## TRATTAMENTO E RICONSEGNA DISPOSITIVI

La ditta dovrà provvedere ad organizzare e realizzare a proprie spese tutte le procedure di ritiro, trasporto, lavaggio, confezionamento, sanificazione, controllo e riconsegna dei dispositivi.

Tali procedure potranno subire variazione previamente concordate e autorizzate dalla Direzione Servizi Infermieristici qualora nel corso del rapporto contrattuale la stazione appaltante dovesse rilevare esigenze diverse.

La ditta è tenuta ad:

- organizzare una modulistica di registrazione adeguata di supporto alle procedure sopra definite.
- sviluppare un piano di ritiro, trattamento e riconsegna dei dispositivi, con cadenze definite e fissate in accordo alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera. Eventuali ritardi saranno sanzionati con una penale valutata dall'Azienda Ospedaliera estensibile a sanzioni accessorie di natura civile, penale o amministrativo.

**I dispositivi trattati e riconsegnati presso i reparti dovranno rispondere a tutti i requisiti essenziali di igienicità ed alle caratteristiche minime previste negli articoli precedenti.**

### ART. 5 CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO

Ogni presidio dovrà essere garantito e collaudato circa la rispondenza alle conformità e alle norme di sicurezza elettrica e di utilizzo.

Ogni presidio richiesto deve essere consegnato entro le 24 ore successive dalla richiesta e ritirato entro le successive 24 ore dalla richiesta di ritiro dello stesso.

Dovrà provvedere, in occasione della prima installazione o quando l'Azienda Ospedaliera lo ritenga necessario, a formare il personale infermieristico e sanitari all'uso del presidio.

Tutto il materiale dovrà essere fornito a corredo di manuale d'uso in pdf, depliant illustrativo dei prodotti offerti e manutenzione redatto in lingua italiana e redatto in conformità alle norme italiane ed europee.

In caso di guasto dovrà provvedere nel tempo massimo di 12 ore dalla chiamata ad inviare sul posto personale qualificato ed equipaggiato in grado di effettuare interventi sul campo su qualsiasi tipo di presidio fornito. Qualora il guasto non sia riparabile sul campo, si dovrà procedere all'immediata sostituzione del presidio con altro identico e funzionante. Al termine dell'utilizzo per ogni singolo paziente, effettuare una sanificazione/disinfezione completa (intero sistema di decubito) ed eventuale sterilizzazione per le componenti che lo permettono.

Effettuare visite periodiche almeno mensili per il controllo delle attrezzature in noleggio.

Fornire certificazione di avvenuta sanificazione/disinfezione per ogni presidio antidecubito al momento della consegna al reparto richiedente.

Fornire con cadenza mensile, un reports statistico in formato elettronico(foglio excel) sulla fornitura eseguita, specificando in particolare:

numero e tipo di presidi antidecubito a noleggio continuativo, noleggio a chiamata e numero di corrispondenti giornate di utilizzo per ognuno degli stessi per unità operativa.

Assicurare che venga effettuata la verifica della sicurezza elettrica al momento della messa in funzione dei presidi antidecubito presso le UU.OO. dell'Azienda

Tutto il materiale ritirato per guasto o per fine noleggio dovrà essere accuratamente trasportato al centro di sanificazione per venire sottoposto a specifico trattamento di pulizia e decontaminazione.



Nel progetto offerta, la ditta dovrà indicare le metodologie e le procedure che intende seguire in caso di ritiro per rottura o fine noleggio del presidio, e dovrà produrre dettagliata relazione circa la procedure di controllo che attua per garantire l'efficacia di tali trattamenti.

## **ART. 6 ONERI DI ESERCIZIO**

La ditta è tenuta a organizzare a proprie spese tutte le risorse, i mezzi ed adeguato personale al fine di espletare il servizio richiesto.

La stessa è vincolata ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni prescritte nel presente capitolato, nonché quelle che la stessa descrive nel progetto tecnico ed è tenuta all'osservanza scrupolosa di tutte le normative vigenti e future inerenti il servizio specifico definito dal presente capitolato e le ulteriori obbligazioni che il codice impone al locatario.

Tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria, i sistemi di lavaggio, confezionamento e decontaminazione, sono a cura della ditta che ne garantirà l'effettuazione solo con personale specializzato ed originali parti di ricambio.

Altresì, al termine contrattuale, indicato nella delibera di aggiudicazione, la Ditta procederà al ritiro delle attrezzature locate a proprie spese, senza alcuna comunicazione in tal senso del conduttore.

L'utilizzo che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell'art. 2041 del c.c. così come l'eventuale furto o danneggiamento dei sistemi non potrà essere oggetto, da parte della Ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di sanzionare la ditta con una penale di Euro 200 al giorno in caso di interruzione del servizio richiesto da presente capitolato.

## **ART. 7 RISORSE UMANE**

La ditta deve disporre di idonee ed adeguate risorse umane per il conseguimento del servizio richiesto dal presente capitolato. Il personale deve essere alle dipendenze della ditta ed inquadrato secondo i normali obblighi giuridici e sindacali. A tal fine la ditta deve presentare all'Azienda Ospedaliera apposita certificazione, resa dal legale rappresentante, nei modi previsti dal D. Lgs 445/2000, attestante la conformità delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, nonché il regolare versamento dei contributi previdenziali e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La ditta durante la fase di insediamento ed a regime provvederà a fornire annualmente la lista dei dipendenti occupati e contestualmente un report personale di avvenuto addestramento, training e formazione specifica.

La ditta è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente da scioperi o manifestazioni sindacali generali o di categoria in quanto fornitore di un servizio essenziale in accordo alla legislazione attuale (art. 1 e 2 della Legge 12/06/96 n° 146).

## **ART. 8 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

La Ditta è responsabile per qualsiasi tipo di danno derivante dall'esecuzione del servizio richiesto dal presente capitolato, in particolare dei danni dovuti alla cattiva esecuzione del servizio.

La Ditta sarà responsabile civilmente dei danni che dovessero essere arrecati a terzi causati dalla cattiva esecuzione del servizio richiesto nel presente capitolato o da vizi presentati dal materiale offerto. A garanzia di



quanto sopra, all'aggiudicazione, la ditta deve stipulare apposita polizza assicurativa con copertura per tutto il periodo contrattuale, avente un massimale unico per sinistro di € 1.500.000,00 riferito direttamente a persone per sinistro.

## **ART. 9 CONTROLLI DEL CONDUTTORE**

La Direzione Infermieristica effettuerà a propria scelta, relativamente a tempistiche e metodiche, controlli sul corretto funzionamento del servizio e dei presidi forniti:

- invio delle comunicazioni di consegna e ritiro dei presidi alla Ditta appaltatrice.
- verifica presso i reparti della corretta gestione del servizio.
- verifica periodica o su richiesta, delle certificazioni aggiornate, sulle procedure di autocontrollo in materia di decontaminazione, lavaggio, sanificazione e sterilizzazione adottate dalla Ditta appaltatrice .
- controllo gestione dei tabulati mensili, relativi alle giornate di noleggio e della loro conformità con valutazione periodica delle relative entità (caratteristiche tecniche dei presidi forniti, numero dei giorni di utilizzo delle singole U.O. , gestione del servizio, tempistica degli interventi, ecc.).

Qualora lo ritenga necessario la Direzione Infermieristica formulerà apposito report di verifica che sarà inoltrato alla Ditta appaltatrice e per conoscenza alla Direzione Economale.

La Ditta prenderà visione delle non conformità riscontrate e delle osservazioni fatte dando immediate linee di risoluzione per i punti definiti nel report.

## **ART. 10 TEMPI DI AVVIAMENTO DEL NOLEGGIO**

La ditta aggiudicataria dovrà comunque assicurare la piena operatività del servizio entro 5 giorni dalla aggiudicazione ed essere in grado di conferire i presidi presso le unità indicate dalla Direzione Medica.

## **ART. 11 INADEMPIENZE / PENALITA'**

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto, l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 2% del valore della fornitura consegnata in ritardo.

2. **Il frazionamento della consegna** rispetto all'ordine ricevuto, configura "mancata consegna", e soggiace, pertanto, all'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", **la fornitura di materiale difforme da quello offerto**. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.



5. Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L'amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

#### **ART. 12 PREZZI**

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) facchinaggio, posa in opera e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell' IVA,

#### **ART.13 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ**

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 81/08 e s.i.m. e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

#### **ART. 14 MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

La ditta dovrà emettere fattura relativa al canone di noleggio di materassi. Le relative fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata;

Nelle stesse dovranno essere riportati i codici, i quantitativi, i prezzi unitari, i codici Cig, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

#### **ARTICOLO 15 PAGAMENTO DELLE FORNITURE**

L'appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell'Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Alle summenzionate fatture dovranno essere allegate le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.



In applicazione del decreto legge n.136/10, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12.11.10, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero Cig dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture

## **ART. 16 CONTROLLI**

### **Controllo dell'Impresa.**

L'Impresa è tenuta ad effettuare regolari controlli sulla funzionalità e sull'efficienza dei presidi concessi a noleggio, al fine di verificare il costante rispetto dei livelli qualitativi prescritti dal presente capitolato, fornendole periodicamente i risultati alla Direzione Medica Ospedaliera.

### **Controllo dell'Azienda Ospedaliera**

E' facoltà dell'Azienda Ospedaliera effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa secondo quanto previsto dal presente capitolato così come descritto all'art. 8. Dei controlli sarà informato il Responsabile del Servizio dell'Impresa, il quale avrà la facoltà di presenziarvi.

## **ART. 17 CONTESTAZIONI**

L'Azienda Ospedaliera farà pervenire all'Impresa per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati ed ai rilievi mossi dai tecnici.

Comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni, alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi nei tempi che la Direzione Medica indicherà.

Saranno comunque applicabili le norme relative alle penali, nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento.

## **ART. 18 SICUREZZA**

La ditta offerente dovrà ritirare copia conforme all'originale del documento informativo di valutazione dei rischi adottato con delibera n. 346 del 12.03.2010 e copia del documento unico di valutazione rischi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 che verrà successivamente in sede di stipula del contratto debitamente compilato e firmato dalla ditta aggiudicataria e dal Commissario Straordinario, e costituirà parte integrante dello stesso.

## **ART. 19 REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO**

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Oltre i casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà l'aggiudicazione della fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.



La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto o alla revoca dell'aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non dovesse essere in regola con le vigenti norme in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro.

La stazione appaltante procederà, altresì, al recesso dal contratto o alla revoca dell'aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non abbia sottoscritto la dichiarazione di cui al punto 26 dell'allegato modello di dichiarazione unito al presente CSA.

Si rappresenta, altresì, che la violazione di quanto richiesto ai punti 21, 22, 23, 24 e 25 della dichiarazione allegata al presente CS e già richiamata al precedente art. 4 comporta per le imprese il **divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.**

#### **ART. 20**

#### **FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE, SCIOGLIMENTO- CESSAZIONE DELL'APPALTATORE**

##### **A) fallimento della Ditta Appaltatrice**

Il contratto s'intenderà senz'altro risolto nel caso di fallimento della Ditta Appaltatrice, dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della Committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

##### **B) fallimento della Ditta Appaltatrice in presenza di A.T.I.**

Il contratto s'intenderà senz'altro risolto nel caso di fallimento dell'Impresa mandataria, dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della Committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

Nel caso di fallimento dell'impresa mandante, si procederà od a ripartizione dei lavori tra le imprese restanti oppure a sostituzione dell'impresa con altra in possesso di analoghi requisiti in capo all'azienda fallita.

##### **C) liquidazione, scioglimento o liquidazione della Ditta Appaltatrice o di cambiamento della ragione sociale**

In questo caso la Committente avrà diritto di recedere o di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta che subentrerà, così come la Committente riterrà di decidere, sulla base dei documenti che la nuova Ditta Appaltatrice sarà tenuta a fornire.

Nel caso in cui la Committente opterà di recedere dal contratto incamererà il deposito cauzionale e procederà a nuova gara.

#### **ART. 21**

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto.

#### **ART. 22**

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dall'art. 15 del presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'impresa aggiudicataria.

#### **ART. 23 SUBAPPALTO**

La disciplina del subappalto è regolamentata dall'art 118 del D.LGS 163/06 e s.i.m.  
Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

#### **ART. 24 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE ACCESSORIE**

La stazione appaltante procederà agli ulteriori adempimenti nei tempi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs 163/06 e s.i.m.

#### **ART.25 FORO COMPETENTE**

In caso di controversie legali legate all'espletamento del servizio, è territorialmente competente il Foro di Palermo.

#### **ART. 26 PRIVACY O RISERVATEZZA**

Si precisa che tutti i dati forniti dalle Ditte saranno trattati nel rispetto della legge 675/96 e dei relativi obblighi di riservatezza.

Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 675/96 il trattamento dei dati suddetti, in quanto raccolti e detenuti per le sole finalità suindicate e in virtù di obblighi di legge, non necessita di consenso.

#### **ART. 27 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO**

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90, come modificata dal D.P.R. 445/200, dalla L. 15/2005, dalla L. 80/2005 e dal D.P.R. 184/2006, ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità



dell'azione amministrativa, l'Azienda Ospedaliera garantisce, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi

L'esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4
- 1. Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

#### **ART. 28**

##### **ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI**

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali discendenti dall'aggiudicazione provvisoria pronunciata dal seggio di gara nelle more che la stessa sottoscriva il contratto di fornitura previsto dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs 163/06 e s.i.m..

Palermo lì, \_\_\_\_\_



## **LOTTO N.1 - CIG - COMPRENDENTE LA TIPOLOGIA A e B CON MODALITA' "CONTINUATIVO" O "SU CHIAMATA" DEI MATERASSI PER ADULTI**

### **TIPOLIGIA A**

#### **MATERASSO DINAMICO ANTIDECUBITO A SCOPO TERAPEUTICO E PREVENTIVO PER PAZIENTI AD ALTO RISCHIO**

Basato su tecnologie tipo fluttuazione dinamica o pressione alternata, e a tale scopo il sistema Materasso / Pompa, a pena esclusione dovrà garantire:

##### **- MATERASSO:**

**A)** integralmente sostitutivo del materasso ospedaliero, di altezza non inferiore ai 18 cm e, comunque, proporzionato rispetto alle dimensioni delle sponde dei letti in dotazione alle diverse UU.OO. dell'Azienda, in modo da prevenire le cadute dei pazienti e nel rispetto della legislazione vigente in materia; di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti articolati in dotazione all'Azienda

Il materasso dovrà essere integralmente costituito da celle d'aria di forma tale da garantire un supporto stabile al paziente, con il numero più elevato possibile di celle e garantendo al contempo una superficie piana, le celle devono essere radiotrasparenti.

**B)** Le celle dovranno essere inserite in una fodera sanitaria di materiali altamente tecnologici, che nella parte superiore dovrà essere in grado di smaltire il vapore acqueo e di non influenzare la temperatura corporea del paziente descrizione dettagliata nella sezione -COVER.

**C)** Il materasso dovrà effettuare una terapia alternata con un ciclo uno/due garantendo una superficie di d'appoggio, piana e continuativa, sul materasso pari ai 1/2.

**D)** Posizionabile sul letto da parte di un singolo operatore o da personale specializzato della ditta fornitrice

**E)** Il materasso dovrà essere facilmente sgonfiabile in emergenza tramite apposito sistema di comando e controllo prontamente identificabile e accessibile posizionato sullo stesso(CPR).

**F)** Funzione trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo su una superficie d'aria in mancanza di collegamento di rete per almeno 8 ore.

##### **- COVER:**

**A)** Copertura superiore delle celle d'aria, facilmente asportabile, lavabile e disinfettabile con buona resistenza all'uso, anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistatico ed ignifugo.

**B)** Impermeabile ai liquidi, permeabile ai vapori dotato di proprietà fungicida.

**C)** Materiale bielastico o a strati sovrapposti, idoneo a ridurre le forze di frizione o di taglio al fine di evitare l'insorgenza di lesioni da decubito.

**D)** Rispondente al D.lgs 81/08e s.i.m., marcatura CE rispondente alla direttiva 93/42/CEE

##### **- UNITA' DI INSUFFLAZIONE :**

**A)** Compatta separata dal materasso con sistemi di pompaggio che riducano al minimo le vibrazioni, gestione elettronica dei programmi e mantenimento delle scelte terapeutiche indipendentemente dalla posizione e dal peso del paziente, ancoraggio o alla sponda del letto o posizionabile sul pavimento.

**B)** L'unità dovrà essere munita di sensore per la rilevazione della pressione di gonfiaggio del materasso consentendo all'operatore di regolare i livelli di rigidità, il sistema dovrà essere in grado di sostenere pazienti obesi e dotato di portata terapeutica fino a 200Kg.

**C)** Sul pannello di controllo dovranno essere presenti allarmi visivi ed acustici silenziabili, rumorosità durante il normale funzionamento minore o uguale a 20 dBa.



<b>N. 7.500 Giornate annue CONTINUATIVE</b>
<b>N. 5.000 Giornate annue SU CHIAMATA</b>

## TIPOLOGIA B

### MATERASSI PER PAZIENTI AD ALTISSIMO RISCHIO

Sistema in grado di garantire una terapia antidecubito a pressione alternata a scopo terapeutico e preventivo al fine di garantire uno scarico pressorio continuo e contemporaneamente garantire una superficie di contatto più ampia possibile, e a tale scopo il sistema Materasso / Pompa, a pena esclusione dovrà garantire:

#### - MATERSO:

**A)** Altezza di almeno 20 cm, e di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti articolati in dotazione all'Azienda e, comunque, proporzionato rispetto alle dimensioni delle sponde dei letti in dotazione alle diverse UU.OO. dell'Azienda, in modo da prevenire le cadute dei pazienti e nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia; di lunghezza e larghezza perfettamente compatibile con i letti articolati in dotazione all'Azienda. Il materasso dovrà essere integralmente costituito da celle d'aria o moduli di celle in numero il più elevato possibile formando un doppio strato di celle o moduli indipendenti, di forma tale da garantire un supporto stabile al paziente anche lateralmente con lati fermi sia nella degenza che nel trasporto, garantendo comunque una superficie d'appoggio piana e continuativa pari ad almeno il 66%, le celle devono essere radiotrasparenti.

**B)** Suddiviso dal punto di vista pneumatico in almeno tre zone pressorie a portata differenziata con la possibilità di scelta terapeutica tra modalità statica e alternata con cicli uno/tre e con possibilità di porre in scarico la zona dei talloni e del capo con la possibilità di intervento sulla pressione delle singole celle, consentendone lo sgonfiamento totale.

**C)** Nel caso di sistemi che incorporano sensori di pressione per la gestione totalmente automatica o interattiva del paziente si richiede la produzione dei certificati di corrispondenza alle più severe norme di sicurezza elettrica dei dispositivi medici.

**D)** Posizionabile sul letto da parte di un singolo operatore o personale della ditta fornitrice, sgonfiabile velocemente tramite apposito sistema di comando e controllo prontamente accessibile (CPR) per consentire l'esecuzione di manovre in emergenza.

**E)** Le celle dovranno essere inserite in una fodera sanitaria di materiali altamente tecnologici, che nella parte superiore dovrà essere in grado di smaltire il vapore acqueo e di non influenzare la temperatura corporea del paziente descrizione dettagliata nella sezione (-COVER)

**F)** Funzione trasporto in grado di garantire il sostegno del corpo su una superficie d'aria in mancanza di collegamento alla rete per almeno 8 ore.

#### - COVER:

**A)** Copertura superiore delle celle d'aria, facilmente asportabile, lavabile e disinfettabile con buona resistenza all'uso, anallergico, privo di lattice, antibatterico, antistatico ed ignifugo.

**B)** Impermeabile ai liquidi, permeabile ai vapori dotato di proprietà fungicida.

**C)** Materiale bielastico o a strati sovrapposti, idoneo a ridurre le forze di frizione o di taglio al fine di evitare l'insorgenza di lesioni da decubito.

**D)** Rispondente al D.lgs 81/08e s.i.m. Marcatura CE rispondente alle direttive 93/42/CEE

#### - UNITA' DI INSUFFLAZIONE:

**A)** Compatta separata dal materasso con sistemi di pompaggio che riducano al minimo le vibrazioni, gestione elettronica dei programmi e il mantenimento delle sue scelte terapeutiche indipendentemente dalla posizione e dal peso del paziente, ancoraggio alla sponda del letto o posizionabile sul pavimento.

**B)** L'unità dovrà essere munita di sensore per la rilevazione della pressione di gonfiaggio del materasso consentendo al sistema di essere in grado di sostenere pazienti grandi obesi ed una portata terapeutica oltre i 200Kg. Sul pannello di controllo dovranno essere presenti allarmi visivi ed acustici silenziabili, rumorosità durante il normale funzionamento minore o uguale a 20 dBa.

**C)** Saranno valutati come elementi preferenziali la presenza di sistemi con batteria tampone che permettano la prosecuzione della terapia alternata in mancanza di rete per almeno 12 ore.

<b>N. 1.000 Giornate annue CONTINUATIVE</b>
---

<b>N. 1.500 Giornate annue SU CHIAMATA</b>
--