

SCHEDA TECNICA

MONITORS MULTIPARAMETRICI da destinare al Pronto Soccorso dell'ARNAS

N.8 MONITORS configurati per wireless e dotati di CENTRALINA di monitoraggio e 3 VIDEO collegati centrale.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Modulari, con video touchscreen minimo 10 pollici, batteria estraibile con autonomia non inferiore ad un'ora e con possibilità di estensione della durata.

Ogni singolo modulo deve permettere il monitoraggio di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, traccia ECG, SpO2 con curva del polso, temperatura corporea.

Deve consentire un'analisi delle aritmie avanzate con memorizzazione degli eventi.

MATERIALI DI CONSUMO:

tali da consentire un'autonomia di 12 mesi (fornitura triplice per ogni elemento consumabile o deteriorabile per ogni singola unità di monitoraggio (cavi prossimali, cavetti ECG, pulsossimetri).

Nell'indicazione del prezzo complessivo di mercato per la superiore fornitura, la ditta interessata, dovrà tenere in considerazione la fornitura del materiale di consumo come sopra indicata.