



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO

Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

Telefono  
091 6662680

FAX  
091 6662672

EMAIL  
[provveditorato@ospedalecivicopa.org](mailto:provveditorato@ospedalecivicopa.org)

WEB  
[www.ospedalecivicopa.org](http://www.ospedalecivicopa.org)

Prot. n. 119 del 15/01/2015

**OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura triennale , con eventuale rinnovo di ulteriori dodici mesi, in somministrazione di dispositivi per la manipolazione degli antiblastici iniettivi in UFA – CHIARIMENTI 2**

**In merito al lotto 4:** voci A-B , si precisa che con la dicitura "2 e 4 vie" si intende descrivere un deflussore dotato di una linea infusione principale, contenente un raccordo a "Y" tale da permettere la somministrazione di n. 2 o 4 soluzioni antiblastiche; voce E : il rubinetto a tre vie, descritto nel capitolato, ed il test unico per il 5-FU, non sono elementi la cui mancanza sarà pena di esclusione.

**In merito al lotto 5:** si precisa che il test unico per il 5-FU, non è elemento la cui mancanza sarà pena di esclusione, così come la dicitura "deflussore ON.OFF non è pena di esclusione.

In merito alla richiesta di riformulazione dei lotti n. 4 e 5 si precisa che le **caratteristiche tecniche indicate nella scheda fabbisogno sono state oggetto di indagine di mercato espletata in data 20.05.2014 prot. 1076 pubblicata sul ns. sito aziendale [www.ospedalecivicopa.org](http://www.ospedalecivicopa.org) , senza alcuna segnalazione da parte degli operatori economici di limitazione alla partecipazione e con manifestazione di interesse da parte di più ditte , pertanto si conferma quanto richiesto in gara.**

**Distinti saluti**

**Il Direttore della SOC Provveditorato  
Dott.ssa Nora Virga**