



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

DATA

10.03.2015

PROT.

2015/480

Spett.le Ditta

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura, in service full risk di un Polissonnigrafo

Questa Amministrazione ha necessità di acquisire un'apparecchiatura per l'esecuzione delle registrazioni poligrafiche ambulatoriali. A tal fine intende verificare:

- 1) Se codesta ditta e se i sistemi richiesti (strumentazione + materiale di consumo) siano presenti sul Mepa ed il relativo metaprodotto
- 2) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche collimanti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 3) se codesta ditta dispone di tutti i materiali di cui si compone il lotto
- 4) il prezzo di mercato riferito all'intero lotto nella sua interezza (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, le discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il **20.03.15** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 ovvero al seguente indirizzo mail: provveditorato@ospedalecivicopa.org, rinviando l'allegato elenco dei lotti con l'indicazione del prezzo di mercato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261. La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato
Dott.ssa Nora Virga

Fornitura in service full risk di un polisonnografo per l'esecuzione di polisonnografie ambulatoriali

L'apparecchiatura deve avere, almeno, un numero di canali che permetta di registrare:

- 1) flusso aereo nasale, respiro toracico, respiro addominale,
- 2) russamento,
- 3) saturazione di ossigeno,
- 4) ECG,
- 5) EEG,
- 6) posizione del corpo.

Lo stesso polisonnografo ambulatoriale deve avere la possibilità di funzionare simultaneamente con apparecchiature C-PAP e permettere in tal modo la verifica dell'adattamento del paziente alla C-PAP stessa.

Si precisa inoltre che per quanto riguarda lo studio della saturazione di ossigeno l'apparecchio deve avere all'esterno solo il sensore deputato alla registrazione di detto parametro.

L'apparecchio polisonnografo che meglio rispecchia le nostre esigenze dovrebbe: essere dotato di auto CPAP per la valutazione della pressione del flusso aereo, utilizzare cannule monouso per la misurazione del flusso aereo nasale e batterie interne ricaricabili.

Il fabbisogno annuale del materiale di consumo è il seguente:

- n.600 nasocannule
- n.4 sonde di saturimetria
- n. 4 sensori per la valutazione respiro addominale.