



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662655-241

FAX

091 6662672

EMAIL

valeria.miceli@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

DATA
27/05/2015

Prot. n. 893

Spett.le Ditta

OGGETTO: procedura aperta per fornitura annuale in somministrazione di materiale di consumo per TC e per acceleratore lineare HI Art-Tomotherapy per l' U.O.C. di Radioterapia Oncologica dell'A.R.N.A.S.- N. GARA 6001960 .

Facendo seguito ai chiarimenti richiesti da una ditta si precisa quanto segue:

- **il termine "polifunzionali"** vuole indicare il riposizionamento pazienti per distretti e permette di irradiare più campi. Si rinvia alla descrizione generale di cui alla scheda tecnica del lotto n. 1 (ultima pag. del CSA);
- **"il modello, la marca delle basi** su cui verranno agganciate le maschere e le maschere attualmente in utilizzo"... **(lotto n. 2)** sono ORFIT RAYCAST;
- **"il modello, la marca delle basi** su cui verranno agganciate le maschere e le maschere attualmente in utilizzo"... **(lotto n. 3)** sono Q-FIX;
- la busta contenente l'offerta economica deve essere contrassegnata dal n. 4 come viene giustamente indicato alla pag. 9 del Disciplinare di gara e non dal n. 3 come invece erroneamente descritto alla pag. 11 dello stesso Disciplinare, trattasi di un refuso di stampa.
- **Lotto n. 1: in alternativa "alla campionatura" può essere resa dalla ditta apposita dichiarazione, con assunzione di responsabilità** circa il fatto che i prodotti offerti siano compatibili ed adattabili con le apparecchiature in dotazione e precisamente con l'Acceleratore lineare Siemens modello Mevatron M2/PRIMUS e Tomoterapia HI ART, nonché descrizione dettagliata e completa di documentazione fotografica;
- **la descrizione delle caratteristiche tecniche del lotto n. 1 (basi funzionali...) deve intendersi integrata dalla menzione equivalente", detta equivalenza sarà positivamente valutata** nella misura in cui i prodotti offerti assolvano alla medesima funzione, abbiano comunque la configurazione tecnica richiesta per il materiale di cui sono composte le basi e siano adattabili e compatibili con le apparecchiature attualmente in dotazione c/o l'U.O. richiedente di Radioterapia (l'Acceleratore lineare Siemens modello Mevatron M2/PRIMUS e Tomoterapia HI ART);

- **le basi del lotto n. 1 sono tre in totale**, di cui 2 in materiale a bassa densità per unità di trattamento ed 1 in acrilico ad alta densità per simulatore e TC;
- **non è possibile dilazionare i tempi di consegna** oltre i 10 gg. previsti dal Disciplinare di gara;
- **proroga dei termini per la presentazione dei plichi contenenti la campionatura**: quest'A.R.N.A.S. non può dilazionare il termine di scadenza della gara di che trattasi, in quanto ciò comporterebbe un allungamento dei tempi per l'acquisizione del materiale di consumo, richiesto peraltro in urgenza dalla Responsabile dell'U.O.C. di Radioterapia, nonché un ulteriore aggravio economico in capo a quest'Amministrazione, dovendosi procedere alla rettifica dei termini di pubblicazione sulla G.U.R.I.

Il Direttore Area Provveditorato
Dott.ssa Nora Virga

